



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 72300690-949
Konu : Zeyilname (Kardiyoloji 99 Kalem)

ZEYİLNAME

Hastanemizce 01.07.2019 tarihinde saat:10:00'da yapılması planlanan 2019 Yılı Kardiyoloji Kliniği 99 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesinde;

İhale listemizin **25. kalemi Anjiografi Örtü Seti Femoral** malzemesinin teknik şartnamesinin **2. maddesi** "*Hasta üst örtülerinin tüm yüzeyi iki katlı materyalden oluşmalı ve örtünün emicilik oranının azalmaması için katlar birbirine püskürtme yapışkan yöntemi ile lamine edilmiş en az 50 (\pm 5) gram/m² olmalı üst katının fazla emici olması uzun ameliyatlara için avantaj sağlayacağından tercih sebebidir.*" şeklinde, **7. maddesi** "*Alet masa örtüsünün üst katı emici alt katı 65 micron polietilenden yapılmış olup iki katlı olmalıdır.*" şeklinde değiştirilmiştir.

İhale listemizin **95. kalemi ASD Okluder Taşıma Sistemi** malzemesinin teknik şartnamesinin **2. maddesindeki ilgili kısım** "*Okluderi bağlama, gönderme ve serbestleştirme fonksiyonu gören taşıma teli*" şeklinde değiştirilmiştir.

İhale listemizin **96. Kalemi Mitral Valvuloplastik Balon Kateteri Seti** malzemesinin teknik şartnamesinin **6. maddesi** "*Teklif edilecek balon mitral valvuloplasti kateteri setleri özel alınmış Amerikan FDA veya Avrupa CE belgeleri olmalı ve belgeler ihale belgeleri ile teslim edilmelidir. FDA ve CE belgelerini teslim etmeyen firmalar ihale dışı kalacaktır.*" şeklinde değiştirilmiştir.

İhale listemizin **11. Kalemi PTCA Balon İlaç Salımlı** malzemesinin teknik şartnamesinin **7. maddesi** "*Balonların boy olarak 10-30 mm arası en az 4 ayrı uzunlukta ve çap olarak 2-4 mm arası en az 7 farklı boyutta seçenekleri olmalıdır*" şeklinde, **11. maddesi** "*Balon 6-7 atmosferde nominal ölçüye varmalı, rated burst pressure asgari 14-15 atmosfer ve üzerinde olmalıdır.*" şeklinde değiştirilmiştir.

İhale listemizin **45. Kalemi PTCA Balon İnce Profil** malzemesinin teknik şartnamesinin **5. Maddesi** "*Balon 1.2-1.5 mm çap için en az 2, diğer çaplı balonlar için*

10-20 mm arasında en az 3 farklı uzunlukta olmalıdır.” şeklinde, **11. maddesi** “Balon kateteri lezyondan rahat geçiş sağlanabilmesi için PEBAK-COMAXII veya DURA-TRAC malzemesinden hidrofilik kaplı imal edilmiş olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

İhale listemizin **94. Kalem ASD Okluder Aleti** malzemesinin teknik şartnamesinin **4. Maddesi** “Alet size'ları uzun dönemde erozyonu önlemek için 6 mm ile 20 mm aralığındaki ölçülerde 1 mm veya en fazla 2 mm aralığında, 20 mm ile 40 mm arasındaki ölçülerde ise 2 mm veya en fazla 3 mm olarak artış göstermelidir. Her defekt çapına uygun ölçülerde ASD kapama cihazı olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

İhale listemizin **33. Kalem PTCA Balon Kateteri** malzemesinin teknik şartnamesinin **2. Maddesi** “Sürtünmenin azalması için distal hidrofilik kaplı olmalıdır. Proksimal shaft PTFE ya da silikon kaplı olmalıdır.” şeklinde, **4. maddesi** “Balonlar boy olarak 8-30 mm (± 2 mm) arası, çap olarak 1.25 (± 0.25) – 6.0 mm arasında kurumun belirleyeceği ebatlarda teslim edilebilmelidir.” şeklinde, **6. maddesi** “Kateterin boyu 140-150 cm olmalı, proksimal shaft kalınlığı en çok 2.4 F, distal shaft kalınlığı en çok 2.7 F olmalıdır.” Şeklinde, **10. Maddesi** “ Balon geçiş profili en fazla 0,032 inç veya 0,82 mm olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

İhale listemizin **13. Kalem PTCA Mikro Kateteri Tek Lümenli** malzemesinin teknik şartnamesinin **3. Maddesi** “Distal (uzak uç) segmenti 1.8 F; proksimal segment (yakın gövde) en fazla 2.6 F olmalıdır.” şeklinde, **12. maddesi** “En az 1 (bir) adet numune ihale öncesinde kullanım için teslim edilmiş olmalıdır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

İhale listemizin **15. Kalem Retrograd Koroner Kanallama Kateteri** malzemesinin teknik şartnamesinin **7. Maddesi** “Proksimal segment plastik veya özel kaplama ile pıhtılaşma atma riskini ortadan kaldırmış olmalıdır.” şeklinde, **8. maddesi** “Proksimal segment ile konnektör arası rotasyonu olanaklı ve kırılmaya karşı direnci olmalıdır.” şeklinde, **10. maddesi** “En az 0,016 inç giriş profiline sahip olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

İhale listemizin **19. Kalem Perikardiyosentez Seti** malzemesinin teknik şartnamesinin **4. Maddesi** “Kit içerisinde giriş içerisinde gerekli iğneler (18G, 19G ve 22G) 0,0,35 inç kalınlığında 70 veya 80 cm uzunluğunda J uçlu kılavuz tel olmalıdır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

İhale listemizin **12. Kalem Basınç Ölçer Kılavuz Tel 175 cm** malzemesinin teknik şartnamesinin **4. Maddesi** “Konnektörün, analizör cihazına bağlanabilmesi için yeterli uzunlukta kablosu veya kablosuz adaptörü olmalıdır.” şeklinde, **14. maddesi** “Teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl miadlı olması gerekmektedir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

İhale listemizin **32. Kalem** **Non_Komplian PTCA Balon Kateteri** malzemesinin teknik şartnamesinin **14. Maddesi** “*Malzemeyi teslim eden firma 2.5-5 mm arası non-compliant monorail balonu, 9 (±1) 20 mm arası kliniğin belirlediği ebatlarda teslim etmelidir. Gerekğinde kliniğin belirlediği ebatlarda değişimi taahhüt etmelidir.*” Şeklinde değiştirilmiştir.

İhale listemizin **35. Kalem** **Guide Wire Steerable Floppy 0,014** ve **37. Kalem** **Guide Wire Steerable İntermediate 0,014** malzemelerinin teknik şartnamelerinde yer alan SUT kodları KR1086 olarak değiştirilmiştir.

İhale listemizin **84. Kalem** **Anjiografi Kateteri Örgülü Yumuşak Uçlu** malzemesinin teknik şartnamesinin **1. Maddesi** “*Alınacak diagnostik kateterler Judkins Sağ (JR4, JR5), Judkins Sol (JL 3.5, JL4, JL4.5, JL5, JL6), Amplatz Sağ (AR1, AR2), Amplatz Sol (AL1, AL2, AL3), Multipurpose kateter, İMA kateter, Sones kateter, sol ve sağ safen kateterleri vb. ihtiva etmelidir.*” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

e-imzalıdır.

İhale Yetkilisi

Op. Dr. Aziz Ahmet SUREL

Koordinatör Başhekim