



00098245057

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 72300690-949
Konu : Zeyilname

ZEYİLNAME

Hastanemiz tarafından 07/08/2019 tarihinde Saat:10:00'da yapılacak olan 2019 Yılı Göğüs Cerrahisi Kliniği 45 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi'nde;

İhale listemizin 30. kaleminin 5.maddesi "**Koagülasyon makası mekanik enerji ile dokulara minimum termal hasar vermelidir. Bunun için aletin ucu, elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmek için 47 veya $55,5 \pm 2$ kHz frekansla , 60-100 mikron genliğinde titreşme özelliğine sahip olmalıdır.**" şeklinde, 10. maddesi "**Koagülasyon makası cihaz ve doku arasındaki enerji düzeyini ayarlayan 'Doku Uyumu Teknolojisine' veya 'Akıllı Doku Teknolojisine' sahip olmalı ve bu teknolojinin jeneratör tarafından sesli geri bildirim özelliğini desteklemelidir.**" şeklinde değiştirilmiştir.

İhale listemizin 31. kaleminin 5.maddesi "**Koagülasyon makası mekanik enerji ile dokulara minimum termal hasar vermelidir. Bunun için aletin ucu, elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmek için 47 veya $55,5 \pm 2$ kHz frekansla , 60-100 mikron genliğinde titreşme özelliğine sahip olmalıdır.**" şeklinde, 9. maddesi "**Şaft, kullanıldığı ameliyatta ergonomi ve erişim sağlayan optimum uzunlukta –en az 35 cm- olmalıdır.**" şeklinde, 10. maddesi "**Koagülasyon makası cihaz ve doku arasındaki enerji düzeyini ayarlayan 'Doku Uyumu Teknolojisine' veya 'Akıllı Doku Teknolojisine' sahip olmalı ve bu teknolojinin jeneratör tarafından sesli geribildirim özelliğini desteklemelidir.**" şeklinde değiştirilmiştir.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

e-imzalıdır
İhale Yetkilisi
Opr.Dr.Aziz Ahmet SUREL
Koordinatör Başhekim