



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ -
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
20/07/2020 15:55 - 72300690 - 949 - E.32457



00121423511

Sayı : 72300690-949
Konu : Zeyilname (Beyin ve Sinir Cerrahisi
116 kalem Tıbbi Sarf Malzeme
İhalesi)

ZEYİLNAME

Hastanemizce 27/07/2020 tarihinde saat 10:00'da yapılacak olan, 2020/302812 İKN'li 2020 Yılı Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği 116 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesinde;

İhale listemizin 1-93 üncü arasında bulunan "Anevrizma Seti" adlı malzemelerin teknik şartnamesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ANEVRİZMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teklif edilecek anevrizma seti Sugita tasarımı üretilmiş olmalı, bu konuda tanınmış bir firmanın imalatı olmalı ve aşağıda yazılı teknik özellikleri taşımaktadır.

1. Teklif edilecek anevrizma klipleri ameliyathane demirbaşında bulunan tasarım setine ve bu setin tutucularına birebir uyumlu olmalıdır veya hastanemizde bulunmayan bir set verilecekse setin tutucularla birlikte temin edilmesi gerekmektedir
2. Mini, standart, büyük, fenestre büyük, uzun, geçici mini, geçici standart, eğik, asimetrik fenestre, AVM mikro ve booster anevrizma kliplerden geniş bir dizi imalatla bulunmalıdır
3. Anevrizma klip bleydleri azami derecede açılabilir. Klip kapanma kuvvetleri açısından standart değerlere uygun olmalıdır.
4. Kolay açılması için kliplerin çift helezonlu mekanizması olmalıdır veya kliplerde kutu kilit mekanizması olmalıdır.
5. Krom-kobalt alaşımından veya titanyum ve benzeri alaşımlardan üretilmiş olmalı.
6. MR görüntüleme sistemleri ile uyumlu olmalıdır.
7. Klipler, non-steril veya steril tekli ambalajlarda verilmeli, her tür sterilizasyona girebilmelidir.
8. Teslim edilecek klipler aşağıdaki tabloda verilen özellikleri taşıyacaktır. Kliplerde birbiriyle uyum açısından grup bütünlüğü vardır. Tabloda verilen bütün kalemlere teklif verilecektir. Tablo Sugita katologuna göre oluşturulmuştur. Tablo örnek katalogtur. Diğer firmalar bu tablodaki kodlara uyan ürünleriyle ihaleye girebileceklerdir.
9. Teklif veren firmanın TSE ve Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.
10. Temin edilen bu setlerin bakım, onarım ve kırılması durumunda ilgili firma tarafından 24 saat

Ankara Şehir Hastanesi {İhale Birimi}

Telefon: Faks No: (0312) 552 99 78

e-Posta: omer.tekin2@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <http://ankarasehir.saglik.gov.tr/>

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 36b1e87a-51c9-469c-bf87-78e712d393d0 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Ömer TEKİN

Veri Hazırlama ve Kontrol İşt.

Telefon No: (0 312) 552 60 00

içerisinde yedeğinin temini sağlanacaktır.

11. Tabloda belirtilen kliplere uygun aşağıda adet ve özellikleri yazılı olan anevrizma klip uygulayıcılarının da set ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Tablo Sugita kataloğuna göre oluşturulmuştur. Tablo örnek katalogtur. Diğer firmalar bu tablodaki kodlara uyan ürünleriyle ihaleye girebileceklerdir.

REF. NO	AÇIKLAMA	MİKTAR
07.941.01	Sugita klip Aplikatör (Klip Uygulayıcı) Standart Düz	5 (BEŞ) ADET
07.942.01	Sugita klip Aplikatör (Klip Uygulayıcı) Mini Düz	5 (BEŞ) ADET

S.No	Klip Özelliği	Blade Uzunluğu	Blade açılımı	Kapanma Basıncı	Sut Kodu
1	Standart Kalıcı Düz	7 mm	8 mm	110-145 g	KN1001
2	Standart Kalıcı Düz	10 mm	9 mm	125-160 g	KN1001
3	Standart Kalıcı Bayonet	7 mm	9 mm	120-155 g	KN1001
4	Standart Kalıcı Açılı	8 mm	8 mm	120-155 g	KN1001
5	Standart Kalıcı Hafif Açılı	8 mm	8 mm	120-155g	KN1001
6	Standart Kalıcı Yana Açılı	8 mm	9 mm	120-155 g	KN1001
7	Standart Kalıcı Yana Eğik	9 mm	9 mm	105-140 g	KN1001
8	Standart Kalıcı Yana Eğik Bayonet	6 mm	9 mm	105-140 g	KN1001
9	Standart Kalıcı Eğik	9 mm	8 mm	125-160 g	KN1001
10	Standart Kalıcı Eğik	9 mm	8 mm	115-150 g	KN1001
11	Standart Kalıcı Hafif Eğik	9 mm	7 mm	120-155 g	KN1001
12	Standart Kalıcı Hafif Eğik	11 mm	9 mm	125-160 g	KN1001
13	Standart Kalıcı Hafif Eğik	11 mm	9 mm	125-160 g	KN1001
14	Standart Kalıcı Eğik	9 mm	8 mm	120-155 g	KN1001
15	Mini Kalıcı Düz	4 mm	3.5 mm	105-140 g	KN1000
16	Mini Kalıcı Düz	6 mm	5 mm	110-145 g	KN1000
17	Mini Kalıcı Eğik	4 mm	3.5 mm	105-140 g	KN1000
18	Mini Kalıcı Açılı	5 mm	4 mm	105-140 g	KN1000
19	Mini Kalıcı Ucu Eğik	4 mm	3.5 mm	105-140 g	KN1000
20	Mini Kalıcı Yana Eğik	7 mm	5 mm	105-140 g	KN1000
21	Mini Kalıcı Eğik	5 mm	4 mm	105-140 g	KN1000
22	Mini Kalıcı Eğik	7 mm	4 mm	115-150 g	KN1000
23	Mini Kalıcı Bayonet	5 mm	5 mm	100-135 g	KN1000
24	Mini Kalıcı Düz Ucu İnce	4 mm	3.5 mm	105-140 g	KN1000
25	Mini Kalıcı Düz Ucu İnce	6 mm	5 mm	110-145 g	KN1000
26	Mini Kalıcı Yana Eğik Ucu İnce	6.7 mm	4 mm	115-150 g	KN1000
27	Mini Kalıcı Yana Eğik Ucu İnce	8.2 mm	5 mm	115-150 g	KN1000
28	Mini Kalıcı Yana Eğik Ucu İnce	5.2 mm	3.5 mm	100-135 g	KN1000
29	Büyük Kalıcı Düz	12 mm	11 mm	115-160 g	KN1001
30	Büyük Kalıcı Yana Açılı	12 mm	11 mm	120-165 g	KN1001
31	Büyük Kalıcı Bayonet	10 mm	11 mm	120-165 g	KN1001
32	Büyük Kalıcı Bayonet	12 mm	13 mm	125-170 g	KN1001
33	Büyük Kalıcı Düz	15 mm	13 mm	130-175 g	KN1001
34	Büyük Kalıcı Yana Eğik	18 mm	12 mm	130-175 g	KN1001
35	Büyük Kalıcı Düz	18 mm	14 mm	135-180 g	KN1001
36	Büyük Kalıcı L Şekli	5 mm	8 mm	100-145 g	KN1001

Ankara Şehir Hastanesi (İhale Birimi)

Telefon: Faks No: (0312) 552 99 78

e-Posta: omer.tekin2@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <http://ankarasehir.saglik.gov.tr/>

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 36b1e87a-51c9-469c-bf87-78e712d393d0 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Ömer TEKİN

Veri Hazırlama ve Kontrol İşt.

Telefon No: (0 312) 552 60 00

37	Büyük Kalıcı L Şekilli	10 mm	8 mm	115-160 g	KN1001
38	Büyük Kalıcı J Şekilli	6 mm	8 mm	100-145 g	KN1001
39	Büyük Kalıcı J Şekilli	9 mm	8 mm	100-145 g	KN1001
40	Büyük Kalıcı 45 ° Açılı	5 mm	8 mm	105-150 g	KN1001
41	Büyük Kalıcı 45 ° Açılı	7.5 mm	9 mm	115-160 g	KN1001
42	Büyük Kalıcı 45 ° Açılı	10 mm	10 mm	120-165 g	KN1001
43	Büyük Kalıcı Yana Eğik	14 mm	10 mm	140-185 g	KN1001
44	Büyük Kalıcı ¼ Yana Eğik	7.7 mm	7 mm	105-150 g	KN1001
45	Büyük Kalıcı ¼ Yana Eğik	8.7 mm	7 mm	110-155 g	KN1001
46	Büyük Kalıcı ¼ Yana Eğik	11 mm	8 mm	110-155 g	KN1001
47	Büyük Kalıcı Düz	21 mm	17 mm	135-185 g	KN1001
48	Büyük Kalıcı Bayonet	21 mm	19 mm	140-190 g	KN1001
49	Büyük Kalıcı Düz	25 mm	18 mm	140-190 g	KN1001
50	Büyük Fenestre Kalıcı Düz ø 3.5	6 mm	10 mm	100-140 g	KN1002
51	Büyük Fenestre Kalıcı Düz ø 3.5	9 mm	11 mm	110-150 g	KN1002
52	Büyük Fenestre Kalıcı Düz ø 3.5	12 mm	12 mm	120-160 g	KN1002
53	Büyük Fenestre Kalıcı Düz ø 5	6 mm	10 mm	95-135 g	KN1002
54	Büyük Fenestre Kalıcı Düz ø 5	9 mm	11 mm	110-150 g	KN1002
55	Büyük Fenestre Kalıcı Düz ø 5	12 mm	12 mm	120-160 g	KN1002
56	Büyük Fenestre Kalıcı Açılı ø 3.5	5 mm	8 mm	95-135 g	KN1002
57	Büyük Fenestre Kalıcı Açılı ø 3.5	7.5 mm	9 mm	100-140 g	KN1002
58	Büyük Fenestre Kalıcı Açılı ø 3.5	10 mm	10 mm	110-150 g	KN1002
59	Büyük Fenestre Kalıcı Açılı ø 5	7.5 mm	9 mm	100-140 g	KN1002
60	Büyük Fenestre Kalıcı Açılı ø 5	10 mm	10 mm	110-150 g	KN1002
61	Büyük Fenestre Kalıcı L Şekilli ø 3.5	5 mm	7 mm	95-135 g	KN1002
62	Büyük Fenestre Kalıcı L Şekilli ø 3.5	7.5 mm	7 mm	95-135 g	KN1002
63	Büyük Fenestre Kalıcı L Şekilli ø 3.5	10 mm	7 mm	110-150 g	KN1002
64	Büyük Fenestre Kalıcı L Şekilli ø 5	5 mm	8 mm	95-135 g	KN1002
65	Büyük Fenestre Kalıcı L Şekilli ø 5	7.5 mm	8 mm	95-135 g	KN1002
66	Büyük Fenestre Kalıcı L Şekilli ø 5	10 mm	8 mm	105-145 g	KN1002
67	Büyük Fenestre Kalıcı Bayonet ø 5	5 mm	9 mm	95-135 g	KN1002
68	Büyük Fenestre Kalıcı Bayonet ø 5	7.5 mm	10 mm	100-145 g	KN1002
69	Büyük Fenestre Kalıcı Bayonet ø 5	10 mm	11 mm	110-150 g	KN1002
70	Büyük Fenestre Kalıcı L Şekilli Sola Kavisli ø 5	5 mm	8 mm	100-140 g	KN1002
71	Büyük Fenestre Kalıcı L Şekilli Sola Kavisli ø 5	7.5 mm	8 mm	105-145 g	KN1002
72	Büyük Fenestre Kalıcı L Şekilli Sola Kavisli ø 5	10 mm	8 mm	110-150 g	KN1002
73	Büyük Fenestre Kalıcı L Şekilli Sağa Kavisli ø 5	5 mm	8 mm	100-140 g	KN1002
74	Büyük Fenestre Kalıcı L Şekilli Sağa Kavisli ø 5	7.5 mm	8 mm	105-145 g	KN1002
75	Büyük Fenestre Kalıcı L Şekilli Sağa Kavisli ø 5	10 mm	8 mm	110-150 g	KN1002
76	Büyük Fenestre Kalıcı Açılı ø 5	7.5 mm	9 mm	100-140 g	KN1002
77	Büyük Fenestre Kalıcı 70° Sağa Açılı ø 5	7.5 mm	8 mm	105-145 g	KN1002
78	Büyük Fenestre Kalıcı 70° Sola Açılı ø 5	5 mm	8 mm	100-140 g	KN1002
79	Büyük Fenestre Kalıcı L Şekilli Sağa Açılı ø 5	5 mm	7 mm	95-135 g	KN1002
80	Büyük Fenestre Kalıcı L Şekilli Sağa Açılı	7.5 mm	7 mm	95-135 g	KN1002

Ankara Şehir Hastanesi {İhale Birimi}

Telefon: Faks No: (0312) 552 99 78

e-Posta: omer.tekin2@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <http://ankarasehir.saglik.gov.tr/>

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 36b1e87a-51c9-469c-bf87-78e712d393d0 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Ömer TEKİN

Veri Hazırlama ve Kontrol İşit.

Telefon No: (0 312) 552 60 00

	ø 5				
81	Büyük Fenestre Kalıcı L Şekilli Sola Açılı ø 5	7.5 mm	7 mm	95-135 g	KN1002
82	Uzun Kalıcı Düz	30 mm	19 mm	160-215 g	KN1001
83	Uzun Kalıcı Düz	35 mm	21 mm	175-230 g	KN1001
84	Uzun Kalıcı Düz	40 mm	23 mm	180-235 g	KN1001
85	Booster Kalıcı	5 mm	4 mm		KN1001
86	Standart Geçici Düz	7 mm	8 mm	50-70 g	KN1004
87	Standart Geçici Düz	10 mm	9 mm	55-75 g	KN1004
88	Standart Geçici Bayonet	7 mm	9 mm	55-75 g	KN1004
89	Standart Geçici Açılı	8 mm	8 mm	55-75 g	KN1004
90	Standart Geçici Yana Eğri	11 mm	9 mm	65-85 g	KN1004
91	Mini Geçici Düz	6 mm	5 mm	65-85 g	KN1004
92	Mini Geçici Açılı	5 mm	4 mm	60-80 g	KN1004
93	Mini Geçici Ucu İnce Düz	6 mm	5 mm	65-85 g	KN1004

Sözleşme tasarısının **Madde 9-Sözleşmenin süresi başlıklı 9.1. maddesi** "Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren **5 aydır.**" şeklinde değiştirilmiştir.

Sözleşme tasarısının **Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı başlıklı 10.3.** Teslim programı ve teslim **tarihi** maddesi "10.3.1. Teslimatlar, idarenin yazılı siparişleri (siparişler faks yoluyla tebliğ edilecektir. Gerektiğinde elden veya posta yoluyla yapılacaktır) doğrultusunda teknik şartnamedeki hususlar göz önünde bulundurularak, kısmi kabul şeklinde 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır. Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse 15/12/2020 tarihinde kalan malların tamamını, Hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır. " şeklinde değiştirilmiştir.

Sözleşme tasarısının **Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi başlıklı 34.2 maddesi** "Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin bindebeşi oranında gecikme cezası uygulanır" şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda yapılan değişiklikler nedeniyle, İdari Şartnamenin 13.3 maddesine istinaden, ihale aynı saatte yapılmak üzere ~~07~~08/2020 tarihine ertelenmiş ve İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde yer alan "Geçici Teminat Mektubunun" geçerlilik süresi 03/01/2021 olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

e-İmzalıdır.
İhale Yetkilisi
Uzm. Dr. Süha ŞEN
Kordinatör Başhekim Yardımcısı