



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 72300690-949
Konu : Zeyilname-1

ZEYİLNAME-1

Hastanemiz tarafından 20/08/2020 tarihinde saat:10:00'da yapılacak olan **2020 Yılı Koroner Çocuk Anjiyografi Ünitesi 64 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesinde;**

*İhale listemizin 36. kaleminin teknik şartnamesinin 2. maddesi *“Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden (poliüretan) veya Vest-Tech nylon materyalinden imal edilmiş olmalıdır”* şeklinde, 4. maddesi *“Teflonla veya Enhance Lubricious coating kaplanmış/tromborezitanı azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır”* şeklinde, 6. maddesi *“Kateterin proksimalinde renkli kodlama tekniği kullanılmalı, ucunda French ölçüsü, kateterden geçebilecek guidewire’in ölçüsü veya iç lümen çapı, maksimum enjeksiyon basıncı yazılı olmalıdır”* şeklinde, 10. maddesi *“Firma miadı dolmasına üç ay kala ürünleri değiştirmeyi kabul ve taahhüt etmiş olur”* şeklinde değiştirilmiştir.

*İhale listemizin 38. kaleminin teknik şartnamesinin 3. maddesi *“Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden (poliüretan) veya Vest-Tech nylon materyalinden imal edilmiş olmalıdır”* şeklinde, 5. maddesi *“Teflonla veya Enhance Lubricious coating materyali kaplı pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.”* şeklinde, 7. maddesi *“Kateterin proksimalinde renkli kodlama tekniği kullanılmalı, ucunda French ölçüsü, kateterden geçebilecek guidewire’in ölçüsü veya iç lümen çapı, maksimum enjeksiyon basıncı yazılı olmalıdır”* şeklinde, 11. maddesi *“Firma miadı dolmasına üç ay kala ürünleri değiştirmeyi kabul ve taahhüt etmiş olur”* şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
İhale Yetkilisi
Dr. Taner GÖKÇINAR
Koordinatör Başhekim Yardımcısı