T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ -
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
27/10/2020 13:38 - 72300690 - 949 - E.49434
00127782270

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 72300690-949
Konu : Zeyilname

ZEYİLNAME

Hastanemizce 06.11.2020 tarihinde saat 10:00'da yapılması planlanan 2020/517990 İKN'li 18 Aylık Tam Otomatik/Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Seti İhalesi'nde;

2.2.6. Flakon Adaptörü teknik şartnamesinin 4. maddesi "Ürün tek veya çift membranlı filtreli veya çift filtreli tip flakon adaptörü özelliği ile mekanik olarak kapalı sistem oluşturmalıdır." şeklinde,

2.2.7. Kemoterapi İlaç Bağlantı Seti teknik şartnamesinin 4. maddesi "Setin distal ucunda geriye sıvı kaçışını engelleyen check valf veya sıvı akışını kesen hidrofobik filtreli koruyucu kapak olmalıdır." şeklinde,

2.2.8. SET B Antineoplastik İlaç Hazırlama Seti ile uyumlu Tam Otomatik Sistem İlaç Hazırlama Cihazının teknik özelliklerinin 22. maddesi "Cihaz ile ilaç hazırlanırken, cihazın kaset mekanizmasına veya farklı ilaç transfer aparatı ile hem ilaç hem de son dolum torbası takılabilmeli, bu işlem için her iki ürün de sistemden ayrılmaması gerekmektedir." şeklinde, 25. maddesi "Gravimetrik doğrulama yapan tartılar paslanmaz çelikten veya alüminyumdan olmalıdır." şeklinde,

SET C Antineoplastik İlaç Hazırlama Seti teknik özelliklerinin 2.3.2. maddesi "İşlem Paket Seti içinde ışıktan korumalı torba ihtiyacı olan ilaçlar için, 1 adet 290 – 450 nm dalga uzunluğunda UV ışık korumalı torba bulunmalıdır veya medifleks torbayı ışıktan korumalı hale getiren kılıf set sayısı kadar bedelsiz verilmelidir." şeklinde, 2.3.3. maddesi "Işıktan korumalı torba ihtiyacı olan ilaçlar için set farklı ihtiyaçlara cevap verebilmesi için UTS sistemine ayrı ayrı kaydedilmiş farklı ürün kodlarıyla 250ml, 500ml ve 1000ml hacimlerinde ışıktan korumalı torba içermelidir veya yüklenici firma kemoterapi dolumu için hastane serum poşetlerini kullanması durumunda ışıktan korunması gereken ilaçlar için ışıktan korumalı kılıf gerektiği kadar bedelsiz temin edecektir." şeklinde, 2.3.4. maddesi "Antineoplastik İlaç Hazırlama işlemi için İşlem Paket seti içindeki ışıktan korumalı torbanın 3 girişi olmalıdır; ilaç hazırlama girişi, ön dolum ve bağlantı hattı girişi olmalıdır veya yüklenicinin kurmuş olduğu sistem, ışıktan korumalı torba ve ön dolum sistemine ihtiyaç duymuyor ise set içerisinde sunulmasına gerek yoktur. " şeklinde, 2.3.8. maddesi "İşlem Paket Seti içinde 1

Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No:9 Bilkent-Çankaya/ANKARA
Bilgi için: Deniz KARAKUŞ
Telefon: Faks No: 03125529978
Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.
e-Posta: deniz.karakus2@saglik.gov.tr İnternet Adresi: ankarasehir.saglik.gov.tr
Telefon No: (0 312) 552 60 00
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden ee934895-e1fd-4203-afdc-932cf3458198 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

adet ‘Sitotoksik Uyarı Etiketi’ bulunmalıdır veya set içerisinde ‘sitotoksik uyarı Etiketi’olmayan firmalar sitotoksik uyarı etiketi bedelsiz olarak temin edilmelidir.” şeklinde,

2.3.12 SET C Antineoplastik İlaç Hazırlama Seti Teknik Özellikleri ile uyumlu Robotik Sistem İlaç Hazırlama Cihazının teknik özelliklerinin 4. maddesi “Cihaz, enjektörlere dolum yapması durumunda enjektörlerin ucunu luerlock özelliğe sahip tek kullanımlık kapaklarla veya enjektör iğnesinin kendi kapağı ile otomatik olarak kapatarak ilaç sızıntısı, akıntısı ve kontaminasyonunu engellemelidir. “ şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda yapılan değişiklikler nedeniyle, İdari Şartnamenin 13.3. maddesine istinaden ihalemiz aynı saatte yapılmak üzere **09.11.2020** tarihine ertelenmiş ve İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde yer alan Geçici Teminat Mektubunun geçerlilik tarihi **07.04.2021** olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
İhale Yetkilisi
Uzm. Dr. Süha ŞEN
Koordinatör Başhekim Yardımcısı

Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No:9 Bilkent-Çankaya/ANKARA Bilgi için: Deniz KARAKUŞ
Telefon: Faks No: 03125529978 Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.
e-Posta: deniz.karakus2@saglik.gov.tr İnternet Adresi: ankarasehir.saglik.gov.tr Telefon No: (0 312) 552 60 00
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden ee934895-e1fd-4203-afdc-932cf3458198 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.