



T.C.  
ANKARA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

Sayı : E-72300690-949  
Konu : Zeyilname (85 Kalem Tıbbi Sarf  
Malzeme Alımı)

ZEYİLNAME-2

Hastanemiz tarafından 29/06/2021 tarihinde saat 10:00'da yapılacak olan 2021 Yılı 85 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi'nde;

İhale listemizin **34. kalemi** olan SANTRAL VENÖZ KATETER TEK YOLLU 2FR ( 80ML 22G) malzemesinin teknik şartnamesinin;  
3.maddesi "Kateterin dahili uzatması olmalıdır ve bu uzatma poliüretandan üretilmiş ve 4 cm (+/-1 cm) uzunluğunda olmalıdır." şeklinde,  
9. maddesi "Kateter kalınlığı 2 Fr olmalı; uzunluğu 4 cm (+/-1), 6 cm (+/-1) veya 8cm olmalıdır. şeklinde,

İhale listemizin **35. kalemi** olan SANTRAL VENÖZ KATETER TEK YOLLU 2FR (60 ML 22G) malzemesinin teknik şartnamesinin;  
3.maddesi "Kateterin dahili uzatması olmalıdır ve bu uzatma şeffaf poliüretandan üretilmiş ve 4 cm (+/-1 cm) uzunluğunda olmalıdır." şeklinde,

İhale listemizin **36. kalemi** olan SANTRAL VENÖZ KATETER ÇİFT YOLLU 3FR (60ML 22G) malzemesinin teknik şartnamesinin;  
7. maddesi " Kateter üzerinde distal uçtan itibaren cm işaretleri olmalıdır." şeklinde,  
17. maddesi "Kılavuz tel kink yapmayacak özellikte olacak, bu özellik teslim edilen numuneler denedikten sonra onay verilecektir. şeklinde,

İhale listemizin **37. kalemi** olan SANTRAL VENÖZ KATETER ÇİFT YOLLU 3 FR (80ML 22G) malzemesinin teknik şartnamesinin;  
7.maddesi "Kateter üzerinde distal uçtan itibaren cm işaretleri olmalıdır." şeklinde,  
17. maddesi "Kılavuz tel kink yapmayacak özellikte olacak, bu özellik teslim edilen numuneler denedikten sonra onay verilecektir. şeklinde,

İhale listemizin **55. kalemi** olan EEG DİSP. İĞNE ELEKTROD (SEREBRAL FONKS. MONİTÖR UYUMLU) malzemesinin teknik şartnamesinin;  
e.maddesi " 1 pakette 10 adet veya 4 adet iğne elektrod bulunmalıdır." şeklinde,

**Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Belge Do rulama Kodu: 8e723c72-8a57-4522-986f-2a2605b85cd7 Belge Do rulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ankara Şehir Hastanesi {İhale Birimi}

Telefon: Faks No: (0312) 552 99 78

e-Posta: omer.tekin2@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <http://ankarasehir.saglik.gov.tr/>

Bilgi için: Ömer TEKİN

Veri Hazırlama ve Kontrol İşt.

Telefon No: (0 312) 552 60 00



f. maddesi “Her bir elektrod 10’lu veya 4’lü paket içerisinde tek tek steril ambalajlı olmalıdır. şeklinde, g maddesi “Nötr ve sağ / sol frontal yerleşimin kolay ve amplifikatöre bağlantının anlaşılır olması için her bir elektrod farklı farklı en az 2 adet renk kodlu olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

İhale listemizin **67. kalemi** olan RAM KANÜLÜ (PREMATÜRE NAZAL KANÜL) malzemesinin teknik şartnamesinin;

12. maddesi " Ürünün UBB kaydı ve SUT (OR4270 veya OR4280) olmalıdır." şeklinde,

İhale listemizin **68. kalemi** olan RAM KANÜLÜ (NEONATAL NAZAL KANÜL) malzemesinin teknik şartnamesinin;

12. maddesi " Ürünün UBB kaydı ve SUT (OR4270 veya OR4280) olmalıdır." şeklinde,

İhale listemizin **69. kalemi** olan RAM KANÜLÜ (INFANT NAZAL KANÜL) malzemesinin teknik şartnamesinin;

12. maddesi " Ürünün UBB kaydı ve SUT (OR4270 veya OR4280) olmalıdır." şeklinde,

İhale listemizin **15. kalemi** olan POLYESTER VASKÜLER YAMA 10(±1)MM X 10(±1)CM) malzemesinin teknik şartnamesinin;

10. maddesi “Yama Polyester özellikte olmalıdır." şeklinde,

İhale listemizin **27. kalemi** olan ANESTEZİ VE SEDASYON DERİNLİK SENSÖRÜ (BİS) SENSÖRÜ (TEK KULLANIMLIK) (PEDIATRİK) malzemesinin teknik şartnamesinin;

6. maddesi “Yüklenici Firma sensörler ile birlikte hastanenin belirlediği sayıda sensörler ile uyumlu anestezi derinlik ölçüm modülü ve anestezi derinlik ölçüm monitörü verilmelidir." şeklinde,

İhale listemizin **29. kalemi** olan VENTİLATÖR DEVRESİ DÜŞÜK AĞIRLIKLI (yenidoğan) malzemesinin teknik şartnamesinin;

1. maddesi “Hasta devre paketi; ısıtıcıl inspirasyon hattı, ara bağlantı hortumu, basınç ölçüm hattı, farklı uygulamalardan için ISO 5356-1 standardına göre üretilmiş çok amaçlı adaptör parçaları, yenidoğan tek veya çift şamandıralı otomatik beslemeli chamberdan oluşmalıdır." şeklinde,

3. maddesi “Teklif edilen hasta seti; ventilasyon syratejilerini başarılı bir şekilde yapabilmelidir ve ürün klinik tarafından denendikten sonra alınma karar verilecektir." şeklinde,

4. maddesi “Ventilatör chamber ara bağlantı hortumu üzerinden veya Y konnektör üzerinden dahili nitrik oksit portu bulunmalıdır. Hasta devresinin inspirasyon hatları farklı renkte olmalıdır. şeklinde,

5. maddesi “Hasta devresini oluşturan hortum bölümleri, kuvöz uzatma hattı ve tüm bağlantı bölümleri yenidoğan hasta grubuna uygun çapta olmalıdır. 10 mm-15mm çapa sahip olmalıdır.” şeklinde,

7. maddesi “Hasta devresinin ekspirasyon hattı içerisinde ısıtıcı tel tertibatı olmalıdır. Ek olarak hasta devresi, su buharını geçiren seçici geçirgen özellikli malzemedan üretilmiş olmalıdır veya tamamı bu malzemedan üretilmiş olmalıdır. Bu özellik ile devre içerisinde oluşabilecek yoğunlaşma problemi difüzyon ile dışarı atılabilmelidir. Böylece ventilasyon sorunları (Otomatik PEEP, Ventilatör-Hasta uyumsuzluğu, Ventilatör cihazlarının akış veya basınç ölçüm mekanizmalarının yoğunlaşmadan dolayı hassasiyetlerinin bozulması, patojen transfer riski vb.) ve ekspirasyon hattındaki su yoğunlaşma problemleri önlenilmelidir.” şeklinde,

**Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Belge Do rulama Kodu: 8e723c72-8a57-4522-986f-2a2605b85cd7 Belge Do rulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ankara Şehir Hastanesi {İhale Birimi}

Telefon: Faks No: (0312) 552 99 78

e-Posta: [omer.tekin2@saglik.gov.tr](mailto:omer.tekin2@saglik.gov.tr) İnternet Adresi: <http://ankarasehir.saglik.gov.tr/>

Bilgi için: Ömer TEKİN

Veri Hazırlama ve Kontrol İřt.

Telefon No: (0 312) 552 60 00



9. maddesi “Hasta devresi paketi içerisinde bir adet tek veya çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır.” şeklinde,

11. maddesi “İleride istenilmesi durumunda ücreti karşılığında set ile aynı marka çift cidarlı yapıya sahip bakteri virüs filtresi verebilmelidir Çift cidar özelliği ile filtre içerisinde yoğunlaşma problemi en aza indirgenmelidir. Ventilatör cihazlarının ekspirasyon bloğuna su ulaşma riskinin azaltılmalıdır. Filtrenin ölü boşluğu en fazla 65 ml olmalıdır. 30-45 Litre/ Dakika akımda dahi en fazla 1.08 cmH2O direnç oluşturmamalıdır. Filtrenin bu özellikler orijinal broşüründe gösterilebilmelidir.” şeklinde,

12. maddesi “Hasta seti paketi üzerinde paket içerisinden çıkan parçaların resmini gösteren etiket olmalıdır. Setler hidrokolloid bant içerikli yüksek akış kanülleri ve çift hatlı seçici geçirgen özellikli CPAP ara yüzleri ile kullanılabilir çapta tasarlanmış ve sete uygun olmalıdır. Ayrıca talep edilmesi durumunda ücreti karşılığında firma ürünleri tüm parçaları ile beraber teklif olarak sunulmalıdır.” Şeklinde,

İhale listemizin **51. kalemi** olan UZATMA HATTI 250 PSİ 120CM malzemesinin teknik şartnamesinin; 2. maddesi “Uzatmalar 17 bar (250 PSI) veya 4 bar basınca dayanıklı olmalıdır.” şeklinde,

3. maddesi “Uzatma hattı 3.0x4.1mm veya 1x2,5mm ve ucu M/F uçlu olmalıdır.” şeklinde,

İhale listemizin **52. kalemi** olan UZATMA HATTI (800PCI)145-150CM. BASINCA DAYANIKLI IŞIĞA DUYARLI M/F malzemesinin teknik şartnamesinin;

2. maddesi “Uzatmalar (800 PSI) veya 4 bar basınca dayanıklı olmalıdır.” şeklinde,

3. maddesi “Uzatma hattı 3.0x4.1mm veya 1x2,5mm ve ucu M/F uçlu olmalıdır.” şeklinde,

Yukarıda yapılan değişiklikler nedeniyle, İdari Şartnamenin 13.3. maddesine istinaden ihalemiz aynı saatte yapılmak üzere **14/07/2021** tarihine ertelenmiş ve İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde yer alan Geçici Teminat Mektubunun geçerlilik tarihi **10/12/2021** olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.  
İhale Yetkilisi  
Uzm. Dr. Süha ŞEN  
Koordinatör Başhekim Yardımcısı

**Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Belge Do rulama Kodu: 8e723c72-8a57-4522-986f-2a2605b85cd7 Belge Do rulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ankara Şehir Hastanesi {İhale Birimi}

Telefon: Faks No: (0312) 552 99 78

e-Posta: [omer.tekin2@saglik.gov.tr](mailto:omer.tekin2@saglik.gov.tr) İnternet Adresi: <http://ankarasehir.saglik.gov.tr/>

Bilgi için: Ömer TEKİN

Veri Hazırlama ve Kontrol İřlt.

Telefon No: (0 312) 552 60 00

