ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

KAN VERME SETİ STERİL

1.Kan torbasında bulunan kan ve kan ürünlerinin hastaya verilmesine uygun yapıda olmalıdır.
2.Kan verme setinin 170 ile 200 mikron arasında steril filtresi olmalıdır.
3. Açma kapama ve akış hızının ayarlanabilmesine olanak sağlayan roller sistemi olmalıdır.
4.20 damla su =1 ml. (±0,1 ml) olmalıdır.
5. Setin torbaya giren kısmı keskin ve kırılmayacak şekilde dayanıklı olmalıdır.
6. Hastaya bağlanan ucu luer lock olmalıdır.
7.Set büküldüğünde eski halini almalıdır.
8.Malzeme tekli steril ambalajında bulunmalı, ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.

Prof.Dr. Dilek ÖZTÜRK KAZANCI
Ankara Şehir Hastanesi
Anestezyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Sicil No:90630 Tescil No:88858

Prof. Dr. Sema TURAN
Ankara Şehir Hastanesi
Yoğun Bakım Kliniği
Dip. No:11393 Sicil No: 75712

Uzm. Dr. Hayriye CANKAR DAL
Ankara Şehir Hastanesi
Yoğun Bakım Yan Dal Uzm. İç Hastalıkları Uzm.
Dip. Tescil No: 147776

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

SERUM SETİ 21G LUER LOCK

1. Setlerde hidrofob özellikli partikül tutucu filtre bulunacak ve akış hızını etkilemeyecektir.
2. Setlerin damla ayar yerlerinde Roller klempli olmalıdır.
3. Hazne üzerinde hava çıkışını sağlayan On-Of bulunmalıdır.
4. Setler iğneli olmalıdır. Set ucu luer locklu olmalıdır.
5. Setlerin puşa lastiği bombeli ve boyu yaklaşık 140-150 cm aralığında olmalı ve serum line-nın king yapmayacak sertlikte olması gerekmektedir.
6. Setin haznesi geniş, serum içinde kalan kısmında 2 (iki) delik bulunup puşe enjeksiyona uygun olmalıdır.
7. Setler etilen oksit veya gama sterilizasyonla steril edilmiş olmalıdır.
8. Ürünün üzerinde ve/veya ambalaj üzerinde CE işareti bulunacaktır.
9. Serum seti PVC veya cam şişeye uygun olmalıdır.
10. Setlerin üzerinde seri no, üretim ve son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
11. Damla ayar anahtarı tam kapalıdan tam açığa hassas bir şekilde ayarlanabilir olmalıdır. Tam kapalı iken basınç altında kaçak yapmamalıdır.
12. Haznede bulunan hava deliğinin kapağı tam sağlam kapanabilmeli ve yüksek basınca dayanıklı olmalıdır.

12-Yüksek basınçlarda setin herhangi bir yerinden kaçak olmamalıdır. (300 mm Hg)

13-Teklif veren firmalar en az 10 adet örnek getirecektir.

Ayşe ARNAZ
TIBBİ SARF
DEPO

Cengiz BAYRAM
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
TOBANA TIBBİ SARF AMBARI
TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

NİHAL DİNÇEL KARPINAR
Lab.Tek.
Sicil No:[illegible]

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU, 2000ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. PVC'den imal edilmiş olmalıdır.
2. İdrar torbası en az 2000 ml kapasiteli olmalıdır.
3. Torba 100'den başlayarak her 100ml için ölçüm çizgisi bulunmalı, her 500 ml'de bir ölçüm rakamla belirtilmiş olmalıdır.
4. Tamamen dolu olmadığında da doğru ölçüm yapmalıdır.
5. Bükülmeye karşı dirençli en az 80cm'lik hortum ve ucunda konik bağlantı konektörü ihtiva etmelidir.
6. Konik bağlantı konnektörü kapaklı olmalı ve foley sondaya kolayca takılmalıdır.
7. Torbanın alt kısmında ileri-geri hareketiyle açılıp kapanan musluğu bulunmalıdır.
8. İdrar boşaltma musluğu sağlam olmalı, idrar kaçırmamalıdır.
9. Torba, hortum ve bağlantı yerlerinde idrar akışını engelleyecek veya dışarıya idrar kaçışına neden olacak delik, yapışkanlık ve deformasyon olmamalıdır.
10. Torbanın bağlantı hortumu olan tarafında, her iki uçta torbanın asılmasını sağlayan delikler bulunmalıdır. Askı delikleri torba tam doluyken torbayı en az 24 saat taşıyabilmelidir.
11. Bağlantı hortumunun torbada kalan kısmında idrarın hortuma dönmesine engel olacak düzenek bulunmalıdır.
12. Steril, tekli, orijinal ambalajında olmalıdır.
13. Torbalar 10-50 adetlik iç paketlerde ve en fazla 300 adetlik karton kutularda teslim edilmelidir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildiği tarihte raf ömürlerinin en az üçte ikisi kalmış olmalıdır.
2. Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miatlılarla değiştirilecektir.
3. Tıbbi malzeme orijinal ambalajında olmalı, yapıştırma etiket vb yollarla ürün yeniden ambalajlanmış olmamalıdır.
4. Orijinal etiket üzerinde imalatçı firmanın ticari adı, markası, ürünün numarası, hangi malzemeden imal edildiği, sterilizasyon metodu, sahip olduğu kalite veya güvenlik işaretleri, lot numarası, son kullanma tarihi gibi bilgiler iç ve dış ambalaj üzerinde (tek ambalaj ise bunun üzerinde) olmalıdır.
5. Ürünler kolayca depolanabilecek, taşınabilecek, sayılabilecek dayanaklı ve sağlam ambalajlar içinde teslim edilecektir.
6. Ürünün kullanılması için gerekli araç, gereç, donanım ve sistemler en geç ilk parti teslimat ile birlikte kullanıcı birime kurulmalıdır, ürün teslim edildiğinde kullanıma hazır olmalıdır.
7. Alımı yapılan ürünlerde seri hata çıkması halinde o seriye ait ürünlerin tamamı yeni ürünle değiştirilmelidir.
8. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.
9. MKYS kayıtlarına göre tıbbi sarf malzeme koduna sahip ürünlerin TİTUBB kaydı bulunması zorunludur.

Ayşe ARNAZ
TIBBİ SARF
DEPO

[illegible]
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
TOBANA TIBBİ SARF AMBARI
TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

NİHAL DİNÇEL KARPINAR
Lab.Tek.
Sicil No:[illegible]

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

İDRAR TORBASI SAATLİ

1. En az 500ml. kapasitesi olmalıdır.
2. Toplama bölümüne gelen line bükülmeye dirençli olmalı ve üzerinde klemp olmalıdır.
3. Toplama bölümünün iki yanında yatak askısı olmalıdır.
4. İdrarı ileten line'nin uzunluğu en fazla 120cm olmalıdır.
5. Numune idrar alma portu olmalıdır.
6. Hidrofobik bakteri filtreli hava girişi olmalıdır.
7. Taşmayı önleyen by-pass sistemi olmalıdır.
8. Tüm bölmeleri aynı anda boşaltan musluk sistemi olmalıdır.
9. Kullanıma hazır kontaminasyonu önleyen kapalı sistem dizaynın da olmalıdır.
10. Torbaya alttan boşaltabilecek bağlantı ve musluğu olmalıdır.
11. İdrar torbasındaki çıkış musluğunu sabitlemek, kontaminasyonu engellemek, ilave zemin temizliğini sağlamak için torba üzerinde tutucu sistem bulunmalıdır.
12. İdrar torbasının, toplama kabı ile birleştiği yerin altında toplama kabına geri dönüşü önleyen sistem olmalıdır.

13.Tamamen dolu olmadığında da doğru ölçüm yapmalıdır

Ayşe ARNAZ
TIBBI SARF
DEPO

TIBBİ SARF AMBARI
TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

NİHAL DİNÇEL KARPINAR
Lab.Tek.
Sicil No:K68966

HASTA VÜCUT BAKIM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SET İÇERİK GENEL ÖZELLİKLER

1. Set içerisinde bariyer kremli inkontinans mendili ,saç yıkama bonesi ve bariyer kremli inkontinans perine pedi birlikte ayrı paketler halinde 1(bir) set olacak şekilde ayrıca paketlenmiş olmalıdır.
2. Bariyer kremli inkontinans mendili en az 100 defa açilir kapanir paketlerde ve bir pakette en az 12 adet bariyer kremli inkontinans mendili olmalidir.
3. Bariyer kremli inkontinans perine pedi en az 25 adet bir paket içinde, her bir paket en az 100 defa açilir kapanir özellikte olmalidir.
4. Saç yikama bonesi, 1 adet 1 paket İçinde olmalidir. Antibakteriyel özelikte olmalidir.Antibakteriyel özelliğini sağlayan %5 clorheksidin glukonat içermelidir.
5. Vücut bakim seti olarak ubb kaydi olmalidir ürünler sut OR 2130 sgk geri ödeme kapsaminda olmalidir.
6. Ürünler sınıf-ı diğer (class) uts de kayitli olmalidir

A.BARIYER KREMLI İNKONTINANS MENDİLİ ÖZELİKLERİ

1. Bezler en az 20*25cm ebatlarinda 60 gsm kalinliğinda (%+/- 5) dokuma olmayan emici özelliği yüksek olan malzemeden yapilmış olmalıdır.
2. Her bir pakette en az 12 adet ve bariyer kremli inkontinans mendil olmalidir.
3. Oda sicakliğinda, soğutarak ve mikrodalga firinda isitilarak hasta temizliğinde kullanilabilmelidir.
4. Durulama gerektirmez özellikte olup ciltte kalıntı bırakmayacak özelikte olmalidir.
5. Ciltte alerji yapmayan hipoallerjen özelikte oluğu paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
6. Latex, alkol ve lanolin içermemelidir.
7. Cilt nemlendirici ve yumuşatıcı özelliğ olmalidir.
8. Tahriş etmemesi için sik kullanima uygun olmalidir.
9. Her cildin asiditesine göre ph 5 veya ph 5,5 ayarlanmiş olmalidir.
10. Bezler 650 veya 700 watt mikrodalga firinda isitilmasi için ısıya dayanıklı paket içerisinde olmalidir.
11. Haricen herhangi bir sivi emdirme ihtiyaci duyulmamalidir.
12. Cildin doğal bariyer sistemin güçlendirmesini sağlamalidir.
13. Ürünler orijinal paketli ambalaj içinde olmali ve paket üzerinde ürün adi ve paket iç adeti ile birlikte belirtilmelidir.

B.BARİYER KREMLİ İNKONTİNANS PERİNE PEDİ ÖZELİKLERİ

1. Cildin açilmasini önleyici bariyer krem içermelidir.
2. Ürün perine bölgesi için, nemlendirici, koku giderici, özellikte olmalidir.
3. Latex, alkol ve lanolin içermemelidir.
4. Bariyer krem içermelidir.
5. Cildi nemlendirici ve yumuşatici özellikte olmalidir.
6. Bezler en az 22*25cm ebatlarinda olmalidir.
7. Poşetlerdeki malzeme kontaminasyon önleyici nitelikte kullanima hazir olmalidir.

Özel FİLİZAY
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Sorumlu Hemşire

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ... HASTANESİ
KADIN ... HASTANESİ
Uzm. ... EKİN
Çocuk S... / Neonatoloji

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ... HASTANESİ
KADIN ... HASTANESİ
Uzm. ... ME
Çocuk S...

8. Durulama, kurulama gerektirmez özellikte olmalidir.
9. Cildi kurutmamali ve alerji yapmamalidir.
10. Her cildin asiditesine göre 5 ph veya 5,5 ph ayarlanmiş olmalidir.
11. Tahriş etmemesi için sik kullanima uygun olmalidir.
12. Haricen herhangi bir sivi emdirme ihtiyaci duyulmamalidir
13. Ürünler orjinal paketli ambalaj içinde olmali ve paket üzerİnde ürün adı ve paket içi adeti belirtilmelidir.

C.SAÇ YIKAMA BONESİ ÖZELİKLERİ

1. Boneye şampuan ve bariyer krem emdirilmiş olmalidir.
2. Bone hastaya bakim masaji uygulanirken içindeki kİmyasal maddeleri dişariya akmamasi için bonenin dişi lamine kapli olmalidir.
3. Her bir hasta için tek tek ambalajlarda olmalidir.
4. Bone çikarildiktan sonra saçlar yeniden yikanip, durulanmaya gerek kalmamalıdır.
5. Latex, alkol ve lanolin içermemelidir.
6. Haricen herhangi bir sivi emdirme ihtiyaci duyulmamalidir.
7. Antibakteriyel özellikte olmalidir ,antibakteriyel özellİğİnİ sağlayan en az %5 clorheksedin glukonat içermelidir.

Ünal FİLİZAY
Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteşi
Sorumlu Hemşire

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KADIN DOĞUM ... HASTANESİ
Uzm. Dr. ...
Çocuk Sağlığı ve ... Hastalıkları

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KADIN DOĞUM ... HASTANESİ
Uzm. Dr. ...
Çocuk Sağlığı ve ... Hastalıkları

OKSİJEN MASKESİ REZERVUARLI (YETİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 *Hastanın %100 Oksijen soluyabilmesi için rezervuar bulunmalı

2 *Standart bağlantı konektörü bulunmalı

3 *Maske non-toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalı

4 *Yetişkin hastalara uyumlu olmalı

5 *Kokusuz olmalı

6 *Nazal bölgede uygun şekilde yerleştirmeyi sağlamak için klipsi bulunmalı

7 *Yıldız boşluklu tüp hortum sayesinde hortumun kaza ile kırılmasında bile oksijeni itebilmeli

8 *Tüp hortumunun uzunluğu 2 metreden kısa olmamalı

9 *Teklif verecek firmalar numune getirmeli uygunluk almalıdır.

10 *Ürünler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatlı olmalıdır ve saklama koşulları belirtilmelidir.

11 *Son kullanım tarihinin dolmasına 3 ay kalan ürünler, uzun miatlı ürünler ile değiştirilmelidir.

12 *UBB kodu olmalıdır.

13 *Alım, numune denenerek, bölümün onayı alındıktan sonra yapılacaltır.

AYBÜ Tıp Fakültesi
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Prof. Dr. Ayşegül KARALEZLİ
Göğüs Hastalıkları
Dip. Tes. No: 33522

AYBÜ Tıp Fakültesi
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Prof. Dr. Emine ARGÜDER
Göğüs Hastalıkları
Dip. Tes. No: 102993

Uzm. Dr. Fatih SEGMEN
Ankara Şehir Hastanesi
Yoğun Bakım Kliniği
Dip. No: 07130 10081
Dip. Tes. No: 134947

FEEDİNG BESLENME SONDASI NO.6 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-) Numara ölçüsü üzerinde yazılı olmalı ayrıca renk kodu ile belirlenebilir (yeşil) olmalıdır.

2-)50±5 cm uzunluğunda olmalıdır.

3-) Ucu pürüzsüz olmalıdır. Yanlarında birer deliği olmalıdır.

4-) Steril olmalıdır.Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

5-) Fazla yumuşak veya sert olmamalıdır.

6-) İşlem sırasında kıvrılmamalıdır.

7-)Sonda giriş kısmı enjektörlere uyumlu olmalı. Çoklu kullanımda gevşeme ve aşınma olmamalıdır.Kapatma tıpası geri atmamalıdır.

8-)Katater üzerinde işaretlemeye yardımcı çizgi ve numara olmalıdır.

9-)Depoya raf teslimi yapılmalıdır.

ÜNAL FİLİZAY
Ankara Şehir Hastanesi
Kadın Doğum Hastanesi
HEMŞİRE H113502

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KADIN DOĞUM HASTANESİ
Uzm. [illegible] Tanı DERME
Çocuk Sağlığı [illegible] (Neonatoloji)
Dip [illegible] 9830

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ
Öğretim Üyesi Neonatoloji Uzmanı
Prof. [illegible]
Dip.Tes. No. 109056 Dip.No: 2542

FEEDİNG BESLENME SONDASI NO.8 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-) Numara ölçüsü üzerinde yazılı olmalı ayrıca renk kodu ile belirlenebilir (mavi) olmalıdır.

2-)50±5 cm uzunluğunda olmalıdır.

3-) Ucu pürüzsüz olmalıdır. Yanlarında birer deliği olmalıdır.

4-) Steril olmalıdır.Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

5-) Fazla yumuşak veya sert olmamalıdır.

6-) İşlem sırasında kıvrılmamalıdır.

7-)Sonda giriş kısmı enjektörlere uyumlu olmalı. Çoklu kullanımda gevşeme ve aşınma olmamalıdır.Kapatma tıpası geri atmamalıdır.

8-)Katater üzerinde işaretlemeye yardımcı çizgi ve numara olmalıdır.

9-)Depoya raf teslimi yapılmalıdır.

ÜNAL FİLİZAY
Ankara Şehir Hastanesi
Kadın Doğum Hastanesi
HEMŞİRE HT13502

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KADIN DOĞUM HASTANESİ
Uzm. Dr. [illegible]
Çocuk Sağlığı [illegible]

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ
Öğretim Üyesi Neonatal'yi Uzmanı
Prof. [illegible]
Dip.Tes.No 10[illegible] D.o.No. 2542

TRANSPORT VENTİLATÖR DEVRESİ YETİŞKİN

1. Hasta devresi transport hastanede kullanılan ventilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Devrenin uzunluğu en az 150 cm olmalıdır.
3. Devre üzerinde ekspirasyon çıkışı için manifold bulunmalıdır . Manifoldun ölçüleri 22F , 22M/15F , 30M olmalıdır. Üzerinde 6M kapaklı port olmalıdır. İçinde hava akım yönünü gösteren , taze hava geldiğinde açılıp geri dönen havada kapanan silikon valf bulunmalıdır.
4. Devre Drager marka cihazlarla sorunsuz çalışabilmelidir .
5. Hortumun ucunda cihaz bağlantısı için uygun konnektör bulunmalıdır. Cihaz bağlantı noktalarına kolayca takılabilmeli fakat kendiliğinden çıkmamalıdır.
6. Hortumlar EVA materyal üretilmiş olmalıdır.
7. Devre bir adet hmef bakteri filtresi içermeli ve filtrenin bakteri ve virüs filtrasyon etkinliği %99.99 olmalıdır.
8. Devrenin bütün parçaları birleştirilmiş ve tekli olarak set halinde paketlenmiş olmalıdır.
9. Devreyi oluşturan bütün parçalar disposable olmalıdır.
10. Devreler cleanroom ortamında paketlenmiş olmalıdır ve uluslararası standart belgelerine sahip olmalıdır (CE)
11. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
12. Steril tekli ve orjinal ambalajında teslim edilşmelidir. Ambalaj üzerinde miadı lot no ve gerekli bütün bilgiler yazılı olmalıdır.
13. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Prof.Dr. Ahmet YÖZGÖK
Ankara Şehir Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm
Dip.No: 33213 33314

Prof.Dr. Ümit KARADE...
Ankara Şehir Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip.No: 91AB027 - 57578

Doç.Dr. Nevriye SALMAN
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.No: 39...

EEG DİSPOSABLE İĞNE ELEKTROD
(SEREBRAL FONKSİYON MONİTÖR UYUMLU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. VAZGEÇİLMEZ TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

   a) Diagnostik EEG de bioelektriksel sinyallerin subkütan kaydı için kullanılabilmelidir.
   b) Kliniğimizde kullanılan **Unique CFM** marka aEEG / Serebral Fonksiyon Monitörü'ne %100 uyumlu olmalıdır.
   c) İğnenin boyutu 12mm x 29Ga ölçülerinde olmalıdır.
   d) Cihazın amplifikatör modülüne %100 uyumlu olmalıdır.
   e) 1 pakette 10 adet iğne elektrod bulunmalıdır.
   f) Her bir elektrod 10'lu paket içerisinde tek tek steril ambalajlı olmalıdır.
   g) Nötr ve sağ / sol frontal yerleşimin kolay ve amplifikatöre bağlantının anlaşılır olması için her bir elektrod farklı farklı 10 adet renk kodlu olmalıdır.
   h) High-Impedance özelliği olmalıdır.
   i) CE belgeli olmalıdır.

ÜNAL FİLİZAY
Ankara Şehir Hastanesi
Kadın Doğum Hastanesi
HEMŞİRE H113582

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KADIN DOĞUM HASTANESİ
Uzm. Dr. [illegible] DERME
Çocuk Sağlığı [illegible] Neonatoloj
[illegible]

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ
Öğretim Üyesi Neonatoloji Uzmanı
Prof. [illegible] TUMAN
Dip.Tes.No. 109[illegible] Dip.No. 2542

ENDOMETRİAL BİYOPSİ KANÜLÜ (PİPEL KANÜLÜ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme şeffaf plastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
2. Esnek ve pürüzsüz bir yapıya sahip olmalıdır.
3. Endometrial örnek almaya uygun yapıda olmalıdır.
4. Malzemenin uzunluğu 23 (±2) cm olmalı ve uç kısmında sağlı sollu iki adet delik olmalıdır.
5. Malzemenin içinde vakum yapmayı sağlayan plastik mandreli bulunmalıdır.
6. Tek kullanımlık steril ambalajında olmalıdır.
7. Malzemenin üzerinde çalışma derinliğini gösteren santimetre işaretleri olmalıdır.
8. Ambalaj üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
9. Ürün steril edilmiş olmalıdır, sterlizasyon yöntemi ürünün üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
10. En az 2 cm^3 materyal çekecek haznesi olmalıdır.
11. Yeterli spesmen almayı sağlayacak kadar vakum yapabilmelidir.
12. Ürün raf teslimi depoya teslim edilmelidir.
13. Son kullanma tarihine 3 ay kala ürün yenisi ile değiştirilmelidir.
14. Örnek numune görüldükten sonra uygunluk verilecektir.

ÜNAL FİLİZAY
Ankara Şehir Hastanesi
Kadın Doğum Hastanesi
HEMŞİRE HT 3502

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KADIN DOĞUM HASTANESİ
Uzm. Dr. [illegible] DERME
Çocuk Sağlığı [illegible] Neonatalini
Dip. [illegible]

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ
Öğretim Üyesi Neonatoloji Uzmanı
Prof.Dr. Cüneyt TAYMAN
Dip.Tes.No: 109[illegible]56 Dip.No: 2542

ENJEKTÖR 20 CC (CONTASIZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Şırınga steril ve tek kullanımlık olmalı ve tekli paketler halinde bulunmalıdır.
2) Pistonu kolay hareket edebilmelidir, ilacı pistonun arka tarafına kaçırmamalıdır.
3) Enjektörün içinde enjeksiyon sonrası kalan ilaç miktarı minumum olmalıdır.
4) Enjektörler üzerinde içinde çekilen mayi miktarını gösterecek rakam yazılı olmalıdır.
5) Enjektör içine çekilen ilacın görünür olmasını sağlayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
6) Piston geriye çekildiğinde enjektörün içinden kolayca çıkmasını önleyecek düzeneği bulunmalıdır.
7) Enjektör ile birlikte verilen iğne uçları yeşil No : 2 21G 08*38 mm olmalıdır.
8) Ambalaj üzerinde firma adı, imal ve son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği yazılı olmalıdır.
9) Sterilizasyon miadı en az 2 yıl olmalıdır.
10) Enjektörler anne sütü ünitesinde kullanılan ısıtıcılara çap ölçüsü olarak uygunluğu alındıktan sonra alımına karar verilmelidir.
11) Enjektör üzerindeki cc miktarını gösteren yazılar sıcak su ile temasta silinmemelidir.
12) Kullanım süresince çıkan aksaklıklardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

ÜNAL FİLİZAY
Ankara Şehir Hastanesi
Kadın Doğum Hastanesi
HEMŞİRE H113502

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KADIN DOĞUM HASTANESİ
Uzm. Dr. Turan DEKME
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzm.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ
Öğretim Üyesi Kadın Doğum Uzmanı
Prof. Dr. [illegible]
Dip.Tes.No [illegible] Dip.No. [illegible]42

VASKÜLER KAPAMA SİSTEMİ 6F - 8 F

1- Vasküler Kapatma Sistemi ana femoral arterlere yapılan girişim sonrasında ponksiyon yapılan bölgenin güvenli bir şekilde kapatılması ve hemostaz sağlanması için kullanılabilmelidir.
2- Sistem uygulaması laboratuarda tamamlanıp, hastanın kasık basma veya kum torbası kullanılarak saatlerce yatması ortadan kaldırılmalıdır. Hasta daha kısa sürede taburcu edilerek gereksiz yere yatak işgali önlenebilmelidir.
3- Hasta konforu sağlanırken aynı zamanda da laboratuar üretkenliği ve personelin verimliliği artırılabilmelidir.
4- Hastada kullanılan sheath'e göre sistemin 6 F ve 8 F seçenekleri olmalıdır.
5- Sistemin içeriğinde steril guide-wire, sheath, dilatör ve içinde arteri sandviç şeklinde kapatan kollajen, çapa ve suture barındıran aparatı bulunmalıdır.
6- Sandviç sisteminde bulunan arterin iç duvarına sabitlenen çapa PGA maddesinden yapılmış olup, arterin dış duvarına sabitlenecek olan kollajene dexon-S suture ile bağlanmış olmalıdır.
7- 8F olan üründe kapatma işlemi için en az 25 miligram, 6F üründe ise 14 miligram kollajen olmalıdır.
8- Ürünlerde kullanılan kollajen 2 yaşından genç, Kuzey Amerika orijinli danadan ve BSE (Deli dana) bakımından test edilmiş olmalıdır.
9- Artere yerleştirilen sistem lateks veya metal içermemelidir. Hastaya göre 30 ile 90 gün içinde tamamen absorbe edilebilmelidir.
10- Sistem içindeki guide-wire 6F için 0.035" , 8 F için 0.038" kalınlığında olmalıdır.
11- Sistem üzerinde arter lokalizasyonunu görmeyi sağlayacak ve kullanan uzmana kolaylık sağlayacak delikler, görsel ve sesli markerlar olmalıdır.
12- Sheath in distal kısmında kanamayı önleyen hemostatik valf bulunmalıdır.
13- Kollajen sistemin üzerinde hazır bulunmalıdır. Dışarıdan kollajen enjekte etmek gerekmemelidir.
14- Sistemde bulunan kollajen, ısıdan etkilendiği için paketin üzerinde kollajenin durumunu belirten ısı indikatörü ve steril tarihi bulunmalıdır.
15- Ürün yetkilisi, sistemi kullanacak olan uzmanı en az 5 uygulamada asiste etmelidir.
16- Raf ömrü en az 9 ay olmalıdır.
17- Sistem, CE belgesine sahip olmalıdır.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Mustafa Mucahit Balcı
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:118893

Prof.Dr.Ümit GÜRAY
Ankara Şehir Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği
Dip.Tescil.No:90320

Doç.Dr. İnci Aslı ATAR
Ankara Şehir Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği
Dip.No: 94036

İLK GİRİM, MİKRO, VASKÜLER, STANDART SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Zayıf arterial nabız alındığı durumlarda veya küçük çaptaki arteriyal sistemlere giriş için dizayn edilmiş olmalıdır

2-Set 1 adet girişim iğnesi, 1 adet kılavuz tel ve koaksiyal sistemde 2 adet dilatör içermelidir

3-Girişim iğnesi 21G kalınlıkta ve en az 7cm uzunlukta olmalıdır. Mandrelsiz ve keskin uçlu olmalıdır. İğne içinden 0,018" kılavuz tel geçebilmelidir.

4-İğne bağlantı ucu (hub) iç yapısı kullanılan kılavuz telin iğnenin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.

5-Kılavuz tel 0,018"kalınlıkta olmalıdır. Uzunluğu sistem ile uyumlu olmak üzere en az
cm uzunlukta olmalıdır.

6-Kılavuz tel şaft kısmı sert, uç kısmı yumuşak (flexible) ve radyoopak olmalıdır (şaft kısmının paslanmaz çelikten, uç kısmının platinden yapılmış olması bu şartları sağlayacaktır). Yumuşak (flexible) uç uzunluğu 5 cm'den kısa 10 cm'den uzun olmamalıdır.

7-Koaksiyal dilatör sistemi 4F çapta ve10(±2)cm uzunlukta olmalıdır.

8-Dıştaki dilatörün içerisinden 0,035"kılavuz tel geçebilmelidir.

9-İçteki dilatörün içerisinden 0,018" kılavuz tel geçebilmelidir.

10-Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

11-Ambalajlar üzerinde sterilizasyon yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Dr. Veirhan CAYHAN
Sicil: DR153877

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Dr. Bige Sever SAYIN
Dip. Tes. No: 90576/55039

HEMODİYALİZ GEÇİCİ KATETERİ 11-12,5 F

1. Hemodiyaliz tedavisi için kısa süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian ven, femoral ven ve tercihen juguler vene uygulanabilir yapıda ve çift lümenli olmalıdır. Hastane; katater değişme talep ettiği zaman değiştirilmelidir.
2. Hemodiyaliz kateteri set şeklinde olmalıdır.
3. Hemodiyaliz kateteri seti en az aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır. Tüm parçalar şeffaf tek bir ambalaj içinde olmalıdır.
   a - 11-12.5 F genişliğinde ve 15-18 cm boyunda çift lümenli kateter 1 adet
   b - J tip guide wire (girişim iğnesi ve dilatatöre uygun) 1 adet (Kılavuz teli paslanmaz çelik olup, her iki ucu flexible olmalı ve uçlardan biri "J" diğer ucu "düz" flexible olmalıdır.)
   c - Uygun çapta seldinger girişim iğnesi 1 adet
   d - Vessel dilatatör en az 1 adet
   e - Luer kilitli enjeksiyon kapağı 2 adet
4. Kateter gövdesi ve boruları biyolojik uyumlu, radyopak ve ısıya duyarlı, damara zarar vermeyen poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır. Kateter gövdesi damar içinde yumuşayarak içinde bulunduğu damara uyum göstermelidir. Fibrin ve pıhtı oluşumunu en aza indirecek özellikte ve yapıda olmalıdır.

Prof. Dr. Sema TURAN
Ankara Şehir Hastanesi
Yoğun Bakım Kliniği
Dip. No:11393 Sicil No: 75712

Prof.Dr. Dilek ÖZTÜRK KAZANCI
Ankara Şehir Hastanesi
Anestezyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Sicil No:80639 Tescil No:88856

Uzm. Dr. Hayriye CANKAR DAL
Ankara Şehir Hastanesi
Yoğun Bakım Yan Dal Uzm. İç Hastalıkları Uzm.
Dip. Tescil No: 147776

HEMODİYALİZ GEÇİCİ KATETERİ SUBCLAVİAN

1. Kateter seti en az alt maddelerde belirtilen malzemelerden oluşacaktır.
    a. 1 (bir) adet kateter
    b. 1 (bir) adet kılavuz tel
2. (bir) adet kılavuz tel sürücüsü
3. 1 (bir) adet enjektör
    a. 1 (bir) adet ponksiyon iğnesi
    b. 1 (bir) adet bisturi
    c. 1 (bir) adet dilatör
4. 2- Kateter poliüretan olacaktır.
5. 3- Kateterin uzatma hatları üzerinde distal ve proksimal volümler belirtilmiş olacaktır. Kateterin uzatma hatları üzerinde akış durdurma klempleri olacaktır.
6. 4- Kateter 13±1(on üç artı eksi bir) Fr çapında olacaktır.
7. 5-Kateterin 2 (iki) adet lümeni olacaktır.
8. 6- Kateter üzerinde santimetre cinsinden yerleştirme yardımcı çizgileri olacaktır.
9. 7- Kılavuz tel 65 ± 10 (altmış beş artı eksi on) cm uzunluğunda ve bir ucu j tipinde olacaktır.
10. 8- Ponksiyon iğnesi 19 ± 1 (on dokuz artı eksi bir) G çapında ve 6 ± 1 (altı artı eksi bir) cm uzunluğunda olacaktır.
11. 9- Kateter steril edilmiş ve paketlenmiş olacaktır.

Prof. Dr. Sema TURAN
Ankara Şehir Hastanesi
Yoğun Bakım Kliniği
Dip. No:11393 Sicil No: 75712

Prof.Dr. Dilek ÖZTÜRK KAZANCI
Ankara Şehir Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Sicil No:80630 Tescil No:86858

Uzm. Dr. Hayriye CANKAR DAL
Ankara Şehir Hastanesi
Yoğun Bakım Yan Dal Uzm. İç Hastalıkları Uzm.
Dip. Tescil No: 147776

ANTİİNKONTİNANS VE ANTİVEZİKOÜRETRAL REFLÜ (VUR) ENJEKSİYON MATERYALİ 1-5 CC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Enjeksiyon Materyali 1cc (m1)'1ik şırıngalar içerisinde bulunacaktır.
2. DEAE Sephadex ve Çapraz-Bağlı Hyaluronik asit icerecektir.
3. Yeni yumuşak doku oluşumu sağlayacak pozitif şarjlı dextranomer içerecektir.
4. Dekstronomer taneciklerinin boyutu en az 80, en fazla 120 mikron olacaktır.
5. Non-rigid partiküllere sahip olacaktır.
6. Polyacrylate-polyalcohol ve pyrolytic carbon etken maddesi içermemelidir.
7. Vücutta alerjik reaksiyon göstermeyecektir.
8. Materyal radyopak özellik göstermeyecektir.
9. Uzak dokulara migrasyon (göç etme) riski bulunmayacaktır.
10. Veziko Üreteral Reflü tedavisinde herhangi bir aparata gerek duyulmadan 3.7Fr Sistoskopi uygulama iğnesi ile kolay enjekte edilebilmelidir.
11. Ürün raf ömrü minimum iki yıl olacaktır.
12. Ürün1erin tamamı steril orijinal ambalajında olacaktır.
13. Her 2 adet enjeksiyon dolgu materyali için 1 adet 3,7fr enjeksiyon iğnesi verilmelidir.

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
ÇOCUK HASTANESİ
OP. DR. GÖKHAN DEMİRTAŞ
ÇOCUK ÜROLOJİ UZMANI
DİP. TES. NO:137470

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
PROF. DR. BİLGE KARABULUT
ÇOCUK ÜROLOJİSİ
DR. TES. NO:70125

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
ÇOCUK HASTANESİ
Prof. Dr. Hüseyin Tuğrul TİRYAKİ
Çocuk Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No:89950

ANJİYO KASIK KAPAMA TAMPONU(GAZ KOMPRES KATATER TAMPON) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gaz tampon 5 cm eninde, 4 cm (+-0,5) çapında kenarlarından serbest lifler vermeyecek şekilde, dikişsiz cerrahi tip sarılması ile oluşturulmalıdır.
2. Hidrofil gaz bezi tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm karede 20 tel (+-2 tel) olup, %100 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
3. Gaz tampon çok sıkı bir şekilde sarılmalıdır.
4. Dokuması sağlam olmalı dikiş, delik, kesik ve yırtık vb. bozukluklar bulunmamalıdır.
5. 50 veya 100 adetlik naylon ambalaj üzerindeki etikette malzemenin tipi, son kullanma tarihi, üretici firma adı açık olarak belirtilmeli dir.
6. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıtlı olmalıdır.
7. Teklif veren firma, teklif ile birlikte 2 adet numune vermelidir.
8. Verilen numuneler değerlendirildikten sonra muayene komisyonu tarafından uygunluk verilecektir.

Dr. Ünda BAŞYİĞİT
Kardiyoloji Uzmanı
Dip No: 110053
Ankara Şehir Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği
Doç.Dr.Mustafa Çetin
Dip.Tes.No:124091

Prof.Dr.Ümit GÜRAY
Ankara Şehir Hastanesi
Prof.Dr.Ümit GÜRAY
Kardiyoloji Kliniği
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.Tes.No:90320

BATIN KOMPRESİ 45CMX45CM RADYOOPAKSIZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İmal edildiği gaz hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm^2 de atkı ve çözgüde toplam 20 tel olup, %100 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
2. Gaz kompres 45 cm x 45 cm açılımı = 90 cm x 2 m (+/-5cm) olmalıdır.
3. Gaz kompres ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır.
4. Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.
5. Kenarları içe kıvrılarak dikilmiş olup kompres çift dikişli olacaktır.
6. Dış ambalaj üzerinde gaz kompresin tipi, miktarı, üretici firma, ismi açık olarak belirtilecektir.
7. Gaz kompresler en fazla 25 adetlik naylon ambalajlarda 300-400 adetlik kutularda non steril olarak teslim edilecektir.
8. Gaz kompres 45 cm x 45 cm (+/-2cm) ebatında 8 kat olacaktır.
9. Teklif edilen ürünün TİT UBB kaydı ve CE belgesi olmalıdır.
10. Teklif veren firma 25 adet numune verecektir.

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği
Uz.Dr. Demet BÖLÜKBAŞI
Dip.No: 96-T-1027
Uz.Tescil No. 108785

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Yoğun Bakım Kliniği
Uzm. Dr. Hasan DİRİ
Dip. Tes. No. 131489

Prof. Dr. Seval İZDES
Ankara Şehir Hastanesi
Dip. Tes. No. 62854 Uzm. Tes. No. [illegible]
Yoğun Bak. Uzm. Tes. No. 102870

SPANÇ 7,5CMx7,5CM 12 KAT OPAKSIZ

1. 7,5 cm x 7,5 cm ebatlarında Gaz Kompres 12 kat Gaz Hidrofilden imal edilmiş olup, kenarları tamamen içe katlanmış (Cerrahi Makine Katlama) olacaktır.
2. İmal edildiği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm^2'de toplam net 20 tel olup, %100 pamuk ipliğinden dokunmuş olacaktır.
3. 7,5 cm x 7,5 cm 12 kat Gaz Kompres açılımı; 30 cm x 23 cm (+/-2cm) olmalıdır.
4. Gaz Kompres ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır.
5. Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.
6. Gaz Kompresler 500 adetlik naylon ambalajlarda non steril olarak teslim edilecektir.
7. Dış ambalaj üzerinde Gaz Kompres tipi, miktarı, üretici firma ismi açık olarak belirtilmelidir.
8. Teklif edilen ürünün TİT UBB kaydı ve CE belgesi olmalıdır.
9. Teklif veren firma 25 adet numune verecektir.

ÜNAL FİLİZAY
Ankara Şehir Hastanesi
Kadın Doğum Hastanesi
HEMŞİRE

FINDIK TAMPON 8 CM*8CM XR'LI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fındık Tampon, hidrofil gaz bezinden 8 cm * 8 cm ebatlarında ve kenarlarından tamamen içe kıvrılarak fındık şeklinde, kenarlarından iplik çıkmayacak şekilde hazırlanmış olmalıdır.
2. 8 cm * 8 cm Fındık tamponun açılımı; 8 cm * 8 cm olmalıdır.
3. imal edildiği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm2'de toplam net 20 tel (+-2) olup, % 100 pamuk ipliğinden dokunmuş olacaktır.
4. Fındık tamponda kullanılan gazlı bezin ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır.
5. Fındık tampon, X ışınları ile görülebilecek radyoopaklı şerit ihtiva edecektir.
6. Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.
7. Fındık tamponlar 500'lü naylon ambalajda non steril olarak teslim edilecektir.
8. Dış ambalaj üzerinde gaz kompres tipi, miktarı, son kullanma tarihi ve üretici firma ismi açık olarak belirtilmelidir.
9. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıtlı olmalıdır.
10. Teklif veren firma 10 adet numune verecektir.
11. Verilen numuneler değerlendirildikten sonra muayene komisyonu tarafından uygunluk verilecektir.

Doç. Dr. Ali SAPMAZ
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Genel Cerrahi Kliniği
Dip. No: 80069

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Uzm.Dr. Birkan BİRBEN
Genel Cerrahi Kliniği
Diploma Tescil No: 141059

T.C. AYBÜ TIP FAKÜLTESİ
S.B. ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Dr.Öğ.Ü. Mustafa DONMEZ
Genel Cerrahi Kliniği
Dip.Tes.No: 119230

BATIN KOMPRESİ 45CMX45CM RADYOOPAKLI (XR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İmal edildiği gaz hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm^2 de atkı ve çözgüde toplam 20 tel olup, %100 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
2. Gaz kompres 45 cm x 45 cm açılımı = 90 cm x 2 m (+/-5cm) olmalıdır.
3. Gaz kompreş ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır.
4. Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.
5. Kenarları içe kıvrılarak dikilmiş olup kompres çift dikişli olacaktır.
6. Gaz kompres, X ışınları ile görülebilecek radyoopaklı şerit ihtiva edecek ve bu şerit gazlı bezin üzerinde dokunmuş, kompresin uzunluğu kadar, mavi renkte olacaktır.
7. Radyoopak şerit buhar otoklavında sterilizasyon işlemine uygun olmalıdır.
8. Dış ambalaj üzerinde gaz kompresin tipi, miktarı, üretici firma, ismi açık olarak belirtilecektir.
9. Gaz kompresler en fazla 25 adetlik naylon ambalajlarda 300-400 adetlik kutularda non steril olarak teslim edilecektir.
10. Gaz kompres 45 cm x 45 cm (+/-2cm) ebatında 8 kat olacaktır.
11. Teklif edilen ürünün TİT UBB kaydı ve CE belgesi olmalıdır.
12. Teklif veren firma 25 adet numune verecektir.

Op.Dr.Enejr VEIZI
Ankara Şehir Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Dip.No.220582 Tescil No.143620

Dr.Öğr. Üyesi
Enes ULUMAN
Ankara Şehir Has...
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 15...

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Op.Dr. İbrahim ... RT
Dip. Tes. No: 15...
Ortopedi ve Trav. Uzmanı

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI STERİL NO:6,5

1. Eldivenin ölçüsü malzeme adında belirtilen boyda olmalıdır.

2. Steril poşetler içinde sağ ve sol el için bir çift olmalıdır.

3. Eldivenler doğal kauçuk veya latex'ten imal edilmiş olmalıdır

4. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

5. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak allerjik olmayan pudra ile kaplanmış olmalıdır. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları olmamalıdır.

6. Yüzey pudrası ile ilgili olarak iç ve dış ambalajda uyarı yazısı bulunmalıdır.

7. Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

8. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.

9. Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır (parmakları içine almamalı).

10. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı).

11. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.

12. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

13. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.

14. Eldivenin iç kısmı, el nemli iken bile kolay giyilmesini sağlamak için polimer kaplanmış olmalıdır.

15. Eldivenler ışınlama yöntemi ile sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerinde açıkça belirtilmeli veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır.

16. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır. Dış paket, iç paketin sterilitesi bozulmadan kolayca açılabilmeli ve iç ve dış paketler birbirine yapışık olmamalıdır.

17. En az 25, en fazla 100 çift içeren ambalajlarda bulunmalıdır. Numaralar arasında değişiklik yapılabilmelidir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AYBÜ Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Ali COŞKUN
Genel Cerrahi Kliniği
Dip Tescil No 30378-35838

Ankara Şehir Hastanesi
Doç.Dr. Mustafa ÖZSOY
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.Tes.No: 119717

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Uzm.Dr. Burkan BİRBEN
Genel Cerrahi Kliniği
Diploma Tescil No: 141059

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI STERİL NO:7

1. Eldivenin ölçüsü malzeme adında belirtilen boyda olmalıdır.

2. Steril poşetler içinde sağ ve sol el için bir çift olmalıdır.

3. Eldivenler doğal kauçuk veya latex'ten imal edilmiş olmalıdır

4. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

5. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak allerjik olmayan pudra ile kaplanmış olmalıdır. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları olmamalıdır.

6. Yüzey pudrası ile ilgili olarak iç ve dış ambalajda uyarı yazısı bulunmalıdır.

7. Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

8. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.

9. Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır (parmakları içine almamalı).

10. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı).

11. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.

12. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

13. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.

14. Eldivenin iç kısmı, el nemli iken bile kolay giyilmesini sağlamak için polimer kaplanmış olmalıdır.

15. Eldivenler ışınlama yöntemi ile sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerinde açıkça belirtilmeli veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır.

16. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır. Dış paket, iç paketin sterilitesi bozulmadan kolayca açılabilmeli ve iç ve dış paketler birbirine yapışık olmamalıdır.

17. En az 25, en fazla 100 çift içeren ambalajlarda bulunmalıdır. Numaralar arasında değişiklik yapılabilmelidir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi AYBÜ Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ali COŞKUN Genel Cerrahi Kliniği Dip. Tescil No 33378-35838

Ankara Şehir Hastanesi Doç.Dr. Mustafa ÖZSOY Genel Cerrahi Uzmanı Dip.Tes.No: 119717

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Uzm.Dr. Birkan BİREBEN Genel Cerrahi Kliniği Diploma Tescil No: 141059

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI STERİL NO:7,5

1. Eldivenin ölçüsü malzeme adında belirtilen boyda olmalıdır.

2. Steril poşetler içinde sağ ve sol el için bir çift olmalıdır.

3. Eldivenler doğal kauçuk veya latex'ten imal edilmiş olmalıdır

4. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

5. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak allerjik olmayan pudra ile kaplanmış olmalıdır. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları olmamalıdır.

6. Yüzey pudrası ile ilgili olarak iç ve dış ambalajda uyarı yazısı bulunmalıdır.

7. Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

8. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.

9. Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır (parmakları içine almamalı).

10. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı).

11. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.

12. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

13. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.

14. Eldivenin iç kısmı, el nemli iken bile kolay giyilmesini sağlamak için polimer kaplanmış olmalıdır.

15. Eldivenler ışınlama yöntemi ile sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerinde açıkça belirtilmeli veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır.

16. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır. Dış paket, iç paketin sterilitesi bozulmadan kolayca açılabilmeli ve iç ve dış paketler birbirine yapışık olmamalıdır.

17. En az 25, en fazla 100 çift içeren ambalajlarda bulunmalıdır. Numaralar arasında değişiklik yapılabilmelidir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Prof. Dr. Ali COŞKUN Genel Cerrahi Kliniği Dip Tescil No: 3...

Ankara Şehir Hastanesi Doç.Dr. Mustafa ÖZSOY Genel Cerrahi Uzmanı Dip.Tes.No: 139717

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Uzm.Dr. Birsan BİRBEN Genel Cerrahi Kliniği Diploma Tescil No: 141059

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ STERİL NO:6,5

1. Eldivenler doğal kauçuk veya latex'ten imal edilmiş olmalı ve pudra içermemelidir.

2. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

3. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir.

4. Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

5. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.

6. Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır. (parmakları içine almamalı)

7. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı).

8. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalı, açarken yırtılmamalıdır.

9. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

10. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.

11. Eldivenin iç kısmı, el nemli iken bile kolay giyilmesini sağlamak için polimer kaplanmış olmalıdır.

12. Eldivenler ışınlama yöntemi ile sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerinde açıkça belirtilmeli veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır.

13. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır. Dış paket, iç paketin sterilitesi bozulmadan kolayca açılabilmeli ve iç ve dış paketler birbirine yapışık olmamalıdır.

14. En az 25, en fazla 100 çift içeren ambalajlarda bulunmalıdır. Numaralar arasında değişiklik yapılabilmelidir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYBÜ Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi Prof. Dr. A. COŞKUN Genel Cerrahi Kliniği Dip Tescil No: 35879-35838

Ankara Şehir Hastanesi Doç.Dr. Mustafa ÖZSOY Genel Cerrahi Uzmanı Dip. Tes. No: 119717

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Doç.Dr. Birkan BİRBEN Genel Cerrahi Kliniği Diploma Tescil No: 141059

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ STERİL NO:7

1. Eldivenler doğal kauçuk veya latex'ten imal edilmiş olmalı ve pudra içermemelidir.

2. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

3. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir.

4. Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

5. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.

6. Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır. (parmakları içine almamalı)

7. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı).

8. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalı, açarken yırtılmamalıdır.

9. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

10. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.

11. Eldivenin iç kısmı, el nemli iken bile kolay giyilmesini sağlamak için polimer kaplanmış olmalıdır.

[12. Eldivenler ışınlama yöntemi ile sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerinde açıkça belirtilmeli veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır.

13. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır. Dış paket, iç paketin sterilitesi bozulmadan kolayca açılabilmeli ve iç ve dış paketler birbirine yapışık olmamalıdır.

14. En az 25, en fazla 100 çift içeren ambalajlarda bulunmalıdır. Numaralar arasında değişiklik yapılabilmelidir.

Ankara Şehir Hastanesi
Doç.Dr. Mustafa ÖZSOY
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.Tes.No: 119711

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Uzm.Dr. Birkan BİRBEN
Genel Cerrahi Kliniği
Diploma Tescil No: 441059

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ STERİL NO:7,5

1. Eldivenler doğal kauçuk veya latex'ten imal edilmiş olmalı ve pudra içermemelidir.

2. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

3. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir.

4. Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

5. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.

6. Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır. (parmakları içine almamalı)

7. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı).

8. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalı, açarken yırtılmamalıdır.

9. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

10. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.

11. Eldivenin iç kısmı, el nemli iken bile kolay giyilmesini sağlamak için polimer kaplanmış olmalıdır.

12. Eldivenler ışınlama yöntemi ile sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerinde açıkça belirtilmeli veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır.

13. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır. Dış paket, iç paketin sterilitesi bozulmadan kolayca açılabilmeli ve iç ve dış paketler birbirine yapışık olmamalıdır.

14. En az 25, en fazla 100 çift içeren ambalajlarda bulunmalıdır. Numaralar arasında değişiklik yapılabilmelidir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AYBÜ Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Ali COŞKUN
Genel Cerrahi Kliniği
Dip Tescil No: 32878-35838

Ankara Şehir Hastanesi
Doç.Dr. Mustafa ÖZSOY
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.Tes.No: 119717

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Uzm.Dr. Birkan BİRBEN
Genel Cerrahi Kliniği
Diploma Tescil No: 141059

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ STERİL NO:8

1. Eldivenler doğal kauçuk veya latex'ten imal edilmiş olmalı ve pudra içermemelidir.

2. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

3. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir.

4. Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

5. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.

6. Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır. (parmakları içine almamalı)

7. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı).

8. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalı, açarken yırtılmamalıdır.

9. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

10. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.

11. Eldivenin iç kısmı, el nemli iken bile kolay giyilmesini sağlamak için polimer kaplanmış olmalıdır.

12. Eldivenler ışınlama yöntemi ile sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerinde açıkça belirtilmeli veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır.

13. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır. Dış paket, iç paketin sterilitesi bozulmadan kolayca açılabilmeli ve iç ve dış paketler birbirine yapışık olmamalıdır.

14. En az 25, en fazla 100 çift içeren ambalajlarda bulunmalıdır. Numaralar arasında değişiklik yapılabilmelidir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYBÜ Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi Prof. Dr. Ali COŞKUN Genel Cerrahi Kliniği Diş Tescil No: 31279-35838

Ankara Şehir Hastanesi Doç.Dr. Mustafa ÖZSOY Genel Cerrahi Uzmanı Diş Tes.No: 119717

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Doç.Dr. Arkan BİRBİR Genel Cerrahi Kliniği Diş Tescil No: 141059

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

CERRAHİ ELDİVEN PUDRALI STERİL NO:8

1. Eldivenin ölçüsü malzeme adında belirtilen boyda olmalıdır.

2. Steril poşetler içinde sağ ve sol el için bir çift olmalıdır.

3. Eldivenler doğal kauçuk veya latex'ten imal edilmiş olmalıdır

4. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

5. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak allerjik olmayan pudra ile kaplanmış olmalıdır. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları olmamalıdır.

6. Yüzey pudrası ile ilgili olarak iç ve dış ambalajda uyarı yazısı bulunmalıdır.

7. Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

8. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.

9. Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır (parmakları içine almamalı).

10. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı).

11. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.

12. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

13. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.

14. Eldivenin iç kısmı, el nemli iken bile kolay giyilmesini sağlamak için polimer kaplanmış olmalıdır.

15. Eldivenler ışınlama yöntemi ile sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerinde açıkça belirtilmeli veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır.

16. Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır. Dış paket, iç paketin sterilitesi bozulmadan kolayca açılabilmeli ve iç ve dış paketler birbirine yapışık olmamalıdır.

17. En az 25, en fazla 100 çift içeren ambalajlarda bulunmalıdır. Numaralar arasında değişiklik yapılabilmelidir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara Şehir Hastanesi Ankara Şehir Hastanesi Prof. Dr. Ali COŞKUN Genel Cerrahi Kliniği Dip Tescil No 33378-35838

Ankara Şehir Hastanesi Doç.Dr. Mustafa ÖZSOY Genel Cerrahi Uzmanı Dip.Tes.No: 119717

Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Prof. Dr. Birhan BİRBİR Genel Cerrahi Kliniği Diploma Tescil No: 141059