

AKUPUNKTUR İĞNESİ (KULAK İÇİN KALICI-STERİL)

1. Kutusunda 100 yüzer adet bulunmalıdır.
2. Yüzerli kutuda onar adet onarlı steril pakette bulunmalıdır.
3. Kutu üzerinde ve onarlı steril paketlerin üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri yazılmış olmalıdır.
4. Numune ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında beklenen/istenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, beklenmeyen durumlarla karşılaşılması ya da doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu zamanında yerine getirecektir. Tekliflerde miad ve miad dolmadan değişime imkan veren beyan bulunmalıdır.

AKUPUNKTUR KULAK TOHUMU (AKUPUNKTUR KULAK TOHUM FLASTERİ)

1. Kutu üzerinde SKT ve Ölçüleri yazılmış olmalıdır.
2. Bilyeler 100'er adet kutularda ve onarlı olarak verilmelidir.
3. Bilyeler yapışkanıyla beraber ten rengi görünümlü olmalıdır.
4. Numune ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında beklenen/istenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, beklenmeyen durumlarla karşılaşılması ya da doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu zamanında yerine getirecektir. Tekliflerde miad ve miad dolmadan değişime imkan veren beyan bulunmalıdır.

Dr. Hasan DEMİR
İş Yeri Hek. Ser. No: 8294 - 92
Diploma No: 5785
Dip. Tesli No: 55785

Dr. Hasan DEMİR
İş Yeri Hek. Ser. No: 8294 - 92
Diploma No: 5785
Dip. Tesli No: 55785

Dr. Hasan DEMİR
İş Yeri Hek. Ser. No: 8294 - 92
Diploma No: 5785
Dip. Tesli No: 55785

LUER LOCK KONNEKTÖR KELEBEK SET NO:19

TEKNİK ŞARTNAMESİ

150-03-03-210005751

- 1- Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
- 2- 19 Gauge olmalıdır.
- 3- Tüm elemanları ve hortumu ozona dirençli malzemeden, tercihen silikondan mamul olmalıdır.
- 4- İğnenin keskin ucu 3 açılı olmalıdır. Diğer ucu enjektör bağlantısına uygun olmalıdır.
- 5- Çeperi inceltilmiş ve lümen çapı kanın kolay geçişine uygun olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Doç. Dr. Bilge KESİKBURUN
Dip. Tes. No: 134882

İş Yeri Hek. Dr. Hasan DEMİR
Sert. No: 8294 - 92
Diploma No: 6703
Dip. Tes. No: 55785

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Ankara Şehir Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Berke ARAS
Dip. Tes. No: 145349 Uzm. Tes. No: 122662

VAKUM SİTRATLI OZON KAN ŞİŞESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

150-03-03-210142861

- 1- Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
- 2- Nötr camdan mamul olmalıdır.
- 3- Şişe içinde en az 500 mBar vakum olmalıdır.
- 4- 12 ml 3.13 lük Sodyum Sitrat çözeltisi içermelidir.
- 5- Şişe hacmi en az 250 ml olmalıdır.
- 6- Kan Tedavileri için üretilmiş ve steril olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Doç. Dr. Bilge KESİKBURUN
Dip. Tes. No: 134882

Dr. Hasan DEMİR
İş Yeri Hek. Ser. No: 8294 - 92
Diploma No: 5703
Dip. Tescil No: 55785

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Ankara Şehir Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Berke ARAS
Dip. Tes. No: 145349 Uzm. Tes. No: 122652

TRANSFÜZYON SETİ OZON TEDAVİSİ İÇİN

TEKNİK ŞARTNAMESİ

150-03-03-210143162

- 1- Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
- 2- Kan Alma-Verme seti olarak imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Set içinde bütünleşik kan filtresi içermelidir. Ayrıca hortum üzerinde Roller – Klemp (Akış kontrolü sağlayan açma kapama yapabilen düzenek) bulunmalıdır.
- 4- Vakuma dayanıklı olmalıdır. Vakum altında filtre ve hortum büzülmemelidir.
- 5- Bir ucunda “ spike ” olarak adlandırılan, paslanmaz çelikten mamul, minik bir bıçak içermelidir.
- 6- Ozon Kan Tedavisi için üretilmiş, steril ve ozona dirençli malzemeden olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Doç. Dr. Bilge KESİKBURUN
Dip. Tes. No:134882

Dr. Hasan DEMİR
İş Yeri Hek. Set. No: 8294 - 92
Diploma No: 6706
Dip. Tescil No: 55785

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Elvan ARAS
Dip. Tes. No:145346 Uzm. Tes. No:122832

BAKTERİ FİLTRESİ OZON TEDAVİSİ İÇİN

TEKNİK ŞARTNAMESİ

150-03-03-210143161

- 1- Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
- 2- Ozon Tedavisi için ozona dirençli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 3- Uzunluğu 20 ile 50 cm arasında olmalıdır.
- 4- Steril olmalıdır.
- 5- Bütünleşik 22 mikronluk hidrofobik filtre içermelidir.
- 6- Bir ucunda luer - lock erkek uç olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Doç. Dr. Bilge KESİKBURUN
Dip. Tes. No: 134882

Dr. Hasan DEMİR
İş Yeri Hek. Ser. No: 8294 - 92
Diploma No: 5703
Dip. Tescil No: 55785

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Berke ARAS
Dip. Tes. No 145349 Uz. T. Tes. No 122652

OZON ENJEKTÖRÜ 50 CC TEKNİK ŞARTNAMESİ

150-03-03-210142862

- 1- Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
- 2- Lateks içermemelidir.
- 3- Ozona dirençli olmalıdır. Tercihen iç yüzeyi silikonize edilmiş olmalıdır.
- 4- Ucu çam uç denilen katater bağlantısına uygun olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Doç. Dr. Bilge KESİKBURUN
Dip. Tes. No:134882

Dr. Hasan DEMİR
İş Yeri Hek. Ser. No: 8294 - S.C.
Diploma No: 5703
Dip. Tescil No: 55785

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Ankara Şehir Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Berke ARAS
Dip. Tes. No: 145349 Uzm. Tes. No: 122862

KAN SAFLAŞTIRMA İÇİN TÜP SİTRAT SETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

150-03-03-21013-3780

1. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
2. 3,13 oranında sudaki Sodyum Sitrat çözeltisi içermelidir
3. 10 ml lik steril cam ampul halinde olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Doç. Dr. Bilge KESİKBURUN
Dip. Tes. No: 134882

Dr. Hasan DEMİR
İş Yeri Hek. Ser. No: 8294 - 92
Diploma No: 5709
Dip. Tes. No: 85785

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Uzm. Dr. Serkan ARAS
Dip. Tes. No: 145143