

**AKUPUNKTUR SARF MALZEMESİ ŞARTNAMESİ**  
**AKUPUNKTUR İĞNESİ VÜCUT İÇİN ÇELİK TÜPLÜ 0,25X25MM STERİL**

1

- 1-İğnelerin her biri tek tek steril paketinde olmalıdır.
- 2-Paketlerin üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri yazılmış olmalıdır.
- 3-Kutu üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri bulunmalıdır
- 4-Akupunktur iğneleri 200 adet ambalajlarda steril olarak verilmelidir.
- 5-İğneler 0,25x25MM ebatında olmalıdır.
- 6-Numune ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında beklenen/istenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, beklenmeyen durumlarla karşılaşılması ya da doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu zamanında yerine getirecektir. Tekliflerde miad ve miad dolmadan değişime imkan veren beyan bulunmalıdır.

**AKUPUNKTUR İĞNESİ VÜCUT İÇİN ÇELİK TÜPLÜ 0,13X25MM STERİL**

2

- 1-İğnelerin her biri tek tek steril paketinde olmalıdır.
- 2-Paketlerin üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri yazılmış olmalıdır.
- 3-Kutu üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri bulunmalıdır
- 4-Akupunktur iğneleri 200 adet ambalajlarda steril olarak verilmelidir.
- 5-İğneler 0,13x25MM ebatında olmalıdır.
- 6-Numune ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında beklenen/istenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, beklenmeyen durumlarla karşılaşılması ya da doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu zamanında yerine getirecektir. Tekliflerde miad ve miad dolmadan değişime imkan veren beyan bulunmalıdır.

**AKUPUNKTUR İĞNESİ VÜCUT İÇİN ÇELİK TÜPLÜ 0,30X40MM STERİL**

3

- 1-İğnelerin her biri tek tek steril paketinde olmalıdır.
- 2-Paketlerin üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri yazılmış olmalıdır.
- 3-Kutu üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri bulunmalıdır
- 4-Akupunktur iğneleri 200 adet ambalajlarda steril olarak verilmelidir.
- 5-İğneler 0,30x40MM ebatında olmalıdır.
- 6-Numune ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında beklenen/istenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, beklenmeyen durumlarla karşılaşılması ya da doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu zamanında yerine getirecektir. Tekliflerde miad ve miad dolmadan değişime imkan veren beyan bulunmalıdır.

**AKUPUNKTUR İĞNESİ VÜCUT İÇİN ÇELİK TÜPLÜ 0,30X50MM STERİL**

4

- 1-İğnelerin her biri tek tek steril paketinde olmalıdır.
- 2-Paketlerin üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri yazılmış olmalıdır.
- 3-Kutu üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri bulunmalıdır
- 4-Akupunktur iğneleri 200 adet ambalajlarda steril olarak verilmelidir.
- 5-İğneler 0,30x50MM ebatında olmalıdır.
- 6-Numune ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında beklenen/istenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, beklenmeyen durumlarla karşılaşılması ya da doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu zamanında yerine getirecektir. Tekliflerde miad ve miad dolmadan değişime imkan veren beyan bulunmalıdır.

**AKUPUNKTUR İĞNESİ VÜCUT İÇİN ÇELİK TÜPLÜ 0,30X60MM STERİL**

5

- 1-İğnelerin her biri tek tek steril paketinde olmalıdır.
- 2-Paketlerin üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri yazılmış olmalıdır.
- 3-Kutu üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri bulunmalıdır
- 4-Akupunktur iğneleri 200 adet ambalajlarda steril olarak verilmelidir.
- 5-İğneler 0,30x60MM ebatında olmalıdır.
- 6-Numune ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında beklenen/istenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, beklenmeyen durumlarla karşılaşılması ya da doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu zamanında yerine getirecektir. Tekliflerde miad ve miad dolmadan değişime imkan veren beyan bulunmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
ANKARA ŞEHİRCİLİK HASTANESİ  
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri  
Prof. Dr. Müvessel PRAS  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı  
Dip. Tels. No: 852133

Dr. Hasan DEMİR  
İş Yeri Hek. Ser. No: 8294 - 92  
Diploma No: 5703  
Dip. Tesdi No: 56785

Dr. Hasan DEMİR

### **AKUPUNKTUR İĞNESİ VÜCUT İÇİN ÇELİK TÜPLÜ 0,30X75MM STERİL**

- 1-İğnelerin her biri tek tek steril paketinde olmalıdır.
- 2-Paketlerin üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri yazılmış olmalıdır.
- 3-Kutu üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri bulunmalıdır
- 4-Akupunktur iğneleri 200 adet ambalajlarda steril olarak verilmelidir.
- 5-İğneler 0,30x75MM ebatında olmalıdır.
- 6-Numune ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında beklenen/istenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, beklenmeyen durumlarla karşılaşılması ya da doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu zamanında yerine getirecektir. Tekliflerde miad ve miad dolmadan değişime imkan veren beyan bulunmalıdır.

### **AKUPUNKTUR İĞNESİ VÜCUT İÇİN ALTIN 0,25X25MM STERİL**

- 1-İğnelerin her biri tek tek steril paketinde olmalıdır.
- 2-Paketlerin üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri yazılmış olmalıdır.
- 3-Kutu üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri bulunmalıdır
- 4-Akupunktur iğneleri 200 adet ambalajlarda steril olarak verilmelidir.
- 5-İğneler 0,20x13MM ve/veya 0,20x15MM ve/veya 0,25x25MM ebatında olmalıdır.
- 6-İğneler altın kaplı olmalıdır.
- 7-Numune ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında beklenen/istenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, beklenmeyen durumlarla karşılaşılması ya da doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu zamanında yerine getirecektir. Tekliflerde miad ve miad dolmadan değişime imkan veren beyan bulunmalıdır.

### **AKUPUNKTUR İĞNESİ VÜCUT İÇİN GÜMÜŞ KAPLI-STERİL**

- 1-İğnelerin her biri tek tek steril paketinde olmalıdır.
- 2-Paketlerin üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri yazılmış olmalıdır.
- 3-Kutu üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri bulunmalıdır
- 4-Akupunktur iğneleri 200 adet ambalajlarda steril olarak verilmelidir.
- 5-İğneler 0,20x13MM ve/veya 0,20x15MM ve/veya 0,25x25MM ebatında olmalıdır.
- 6-İğneler gümüş kaplı olmalıdır.
- 7-Numune ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında beklenen/istenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, beklenmeyen durumlarla karşılaşılması ya da doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu zamanında yerine getirecektir. Tekliflerde miad ve miad dolmadan değişime imkan veren beyan bulunmalıdır.

### **AKUPUNKTUR KULAK TOHUM FLASTERİ**

- 1-Tohumlar çift flasterli olmalıdır.
- 2-Tohumlar steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 3-Paketlerin üstünde son kullanma tarihi olmalıdır.
- 4-Kutu üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
- 5-Malzeme son kullanma tarihine 3 ay kala yenileri ile değiştirmelidir.
- 6-Tohumlar steril paketler içinde olmalıdır.
- 7-Paketlerin üstünde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
- 8-Kutu üstünde son kullanma tarihi yazılmalıdır.
- 9-Depo tesliminden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.

### **AKUPUNKTUR İĞNESİ KULAK İÇİN KALICI-STERİL**

- 1-Ürün;100 lük kutularda 10 lu paketler halinde tek kullanımlık steril olmalıdır.
- 2-Kutu üzerinde ebatı,Türkçe kullanma kılavuzu,son kullanma tarihi olmalıdır.
- 3-Çift flasterli olmalı,iyi yapışmak ve hipoallerjenik olmalıdır.
- 4-UBB kaydı bulunmalıdır.Teklifle birlikte verilmelidir.
- 5-Ebatları talep listesindeki gibi olmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ  
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi  
Prof. Dr. Müyesser AKKAS  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı  
Dip. Tes. No: 85283

Dr. Hasan DEMİR  
İş Yeri Hek. Sar. No: 9294 - 92  
Diploma No: 5703  
Dip. Tes. No: 55785