ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

TÜBERKÜLOZ MASKESİ, N95 DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)

A) Maskeler EN 149:2001 standartlarına ve FFP2/FFP3/N95 sınıfına uygun olmalıdır.

B) Kafa bantları ve burun mandalı kullanım açısından kolay olmalı, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.

C) Çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır.

D) Maskelerin başa uygunluk bantları poliizopren, burun mandalı alüminyum, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.

E) Üzerinde nefes verme supabı bulunmamalıdır.

F) Latex içermemelidir.

G) Nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici tasarıma sahip olmalıdır.

H) Saklama sırasında kirlenmeyi önleyecek şekilde paketlenmiş olmalı ve bu paketler üzerinde maskenin resimli takma talimatları, maskenin standardı ve kategorisi okunabilir olmalıdır.

İ) Kutuların üzerinde saklama sıcaklığı, nemliliği ve raf ömrü yazılı olmalıdır.

J) 89/686/EEC sayılı (Personal Protective Equipment PPE) kişisel koruma ürünleri direktifine uygun olmalıdır.

K) EN 149:2001 standardına uygun olmalı ve standarda uygunluk belgelenmiş olmalıdır. FFP2/FFP3/N95 Maske materyalinin gramajı firmaca verilecek taahhütle ayrıca belirtilecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Uz. Dr. Duran YILDIZ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/ Neonatoloji
Dip. No: 14196 Dip. Tes. No. 119260

ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LIK

1. % 96 (V/V) Etil Alkol olmalıdır.
2. Metil alkol içermemelidir.
3. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır.
4. Alkol denatüre edilmemiş (içine katkı maddesi konulmamış) olmalıdır.
5. Etil Alkol'de ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık olmamalıdır.
6. Etil Alkol 5 Ltlik ambalajlarda olmalıdır.
7. Etiketin boyutları en az 74mm x 105mm olmalıdır.
8. Ürün ağzı mühürlü kapaklı ve orijinal ambalajlarda olmalıdır.
9. TAPDK standartlarına uygun olmalıdır. TAPDK tarafından alkol dağıtım yetki belgesi olmalıdır. Tıbbi amaçlı Etil Alkol Üretim ve Dağıtım Uygunluk Belgesine sahip olmalıdır.
10. Ürünün orijinal ambalajı üzerinde kullanım şekli, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, kullanımla ilgili açıklamalar Türkçe olmalıdır. Ambalaj üzerinde ürünün sahip olduğu kalite ve güvenlik işaretleri yer almalıdır.
11. Paketin üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı, raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. Ancak teknik özellikler içerisinde özellikle belirtilmiş miat tarihi var ise belirtilen miat geçerlidir. Ürün ambalajı üzerinde lot numarası, markası, bulunmalıdır.
12. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. İhale öncesi tutanak ile numune teslimi yapmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunenin kendisi bizzat görülecek, denenecektir, kullanılan ve denenen numuneler geri verilmeyecektir.
13. Herhangi bir nedenle tüketilmeyen ürünler stoklar tükeninceye kadar son kullanma tarihinden 3 ay önce haber verme koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.
14. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.
15. Muayene Komisyonu gerek duyduğu ürünlerden her seri için yeterli sayıda numune alarak analiz için gönderebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır. Analiz sebebi ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
16. Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
17. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında ürünler için istekliler Biyosidal Ürün Ruhsatını teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
18. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak sınıflandırılmalı, etiketlenmeli ve ambalajlanmalıdır.
19. Ürünün güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu ihale dosyasında bulunmalıdır.
20. Ürün etiketinde içerik bilgisi, zararlılık ve önlem ifade kodları ve açıklamaları, GHS zararlılık işaretleri (en az 23*23 mm boyutta görünür şekilde piktogram) olmalıdır.
21. Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak taşınmalı, 'Taşıma Evrakı' ile birlikte teslim edilmelidir.

Uzm.Dr. Müge AYHAN
Ankara Şehir Hastanesi
Enfeksiyon Hast.ve Klinik Mikrobiyoloji
Dip.Tes.No: 11341

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Genel Müdürlüğü
Eğitim Koordinatörü
Fatma KUTLUBAY

Yeliz ÇATAK
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Ankara Şehir Hastanesi

POVİDON BATİDEX %10 100 ML

1. Ürün %10 oranında povidone iodine içermelidir.
2. Bakterisid, virüsid, fungusid özelliğe sahip olmalıdır.
3. Cilt ve mukoza ile yara antisepsisinde kullanılmalı, allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.
4. Ürün alkol içermemelidir.
5. Cilde sürüldüğünde su gibi akıp gitmemeli, ciltte antiseptik özelliğe sahip bir film tabaka oluşturmalıdır.
6. 100ml'lik ambalajlarda olmalıdır, her kutu için birebir üzerinde veya yanında rahat kullanımı sağlayan damlalıklı kapak teslim edilmelidir. Damlalıklı kapaklar sızdırmamalıdır.

7. Paketin üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı, raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. Ancak teknik özellikler içerisinde özellikle belirtilmiş miat tarihi var ise belirtilen miat geçerlidir. Ürün ambalajı üzerinde lot numarası, markası, bulunmalıdır.

8. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ürünler için en az iki numune ilgili alım birimine teslim edilecektir. İhale öncesi tutanak ile numune teslimi yapmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunenin kendisi bizzat görülecek, denenecektir, kullanılan ve denenen numuneler geri verilmeyecektir.

9. Herhangi bir nedenle tüketilmeyen ürünler stoklar tükeninceye kadar son kullanma tarihinden 3 ay önce haber verme koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.

10. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.

11. Muayene Komisyonu gerek duyduğu ürünlerden her seri için yeterli sayıda numune alarak analiz için gönderebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır. Analiz sebebi ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.

12. Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.

13. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında ürünler için istekliler Biyosidal Ürün Ruhsatını teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

Uzm.Dr. Müge AYHAN
Ankara Şehir Hastanesi
Enfeksiyon Hast.ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzm.Tes.No: 11[illegible]

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Genel Ameliyathane
Birim Sorumlusu
Merva KUTLUBAY

Yeliz ÇATAK
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Ankara Şehir Hastanesi

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

POLİ VİDON İYOT İÇEREN %10LUK 1000 ML ANTİSEPTİK SOLÜSYON

1. Ürün %10 oranında povidone iodine içermelidir.
2. Bakterisid, virüsid, fungusid özelliğe sahip olmalıdır.
3. Cilt ve mukoza ile yara antisepsisinde kullanılmalı, allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.
4. Ürün alkol içermemelidir.
5. Cilde sürüldüğünde su gibi akıp gitmemeli, ciltte antiseptik özelliğe sahip bir film tabaka oluşturmalıdır.
6. 1000ml'lik ambalajlarda olmalıdır, her kutu için birebir üzerinde veya yanında rahat kullanımı sağlayan damlalıklı kapak teslim edilmelidir. Damlalıklı kapaklar sızdırmamalıdır.
7. Ürüne ait analiz sertifikası ve güvenlik bilgi formu başvurulan dosyada bulunmalıdır.
8. Biyosidal ürün yönetmeliğine uygunluğu gösteren güncel ruhsat ihale dosyasında bulunmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde etken madde, kullanım şekli, tehlike ve zararlılık işaret bilgileri yer almalıdır.

Uzm.Dr. Müge AYHAN
Ankara Şehir Hastanesi
Enfeksiyon Has.ve Klinik Mikrobiyoloji
Dip.Tes.No: 118494

Uzm. Dr. Belgin COŞKUN
Ankara Şehir Hastanesi
Enfeksiyon Has.ve Klinik Mikrobiyoloji
Dip.Tes.No:129901

Prof.Dr.Rahmet GÜNER
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Ankara Şehir Hastanesi
Enfeksiyon Has.ve Klinik Mikrobiyoloji
Dip.Tes.No: 61451

EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) 1000 ML

1. Ürün cerrahi ve hijyenik el antisepsisi için uygun olmalıdır.
2. Alkol bazlı olmalıdır. Alkol içeriği n-propanol için en az % 42, izopropanol için en az %60, etanol için en az %70 konsantrasyonda olmalıdır. Alkol içeriği metanol olmamalıdır. İki veya daha çok alkol türü içerenlerde alkol konsantrasyonu %60'dan az olmamalıdır. Alkol içeriği ve konsantrasyonlarını içeren belgeler ihale komisyonuna ibraz edilmelidir.
3. Sağlık Bakanlığının Biyosidal yönetmeliğine göre, referans akredite kurum tarafından düzenlenmiş EN standardına uygun olarak bakterisit (Escherichia coli K12, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Acinetobacter, VRE), tüberkülosit (Mycobacterium terrae), fungusit (Candida albicans, Aspergillus brasiliensis-Aspergillus niger), virusit (Adenovirus, Poliovirus, Murin norovlrüs) etkili olmalıdır. Yüklenici firma bu belgelerin orijinalini veya noter tasdikli suretini satınalma ve muayene komisyona belgelemelidir.
4. Uzun süreli kullanımda cilde zarar vermemelidir. Tekrarlayan kullanımlar sırasında cildin kurumasını engellemek amacıyla yumuşatıcı madde içermelidir. Yumuşatıcı olarak lanolin, pantenol, E vitamini veya gliserin vb. içermelidir. Cilde zarar vermediği dermatolojik raporlarla ibraz etmelidir.
5. Ürünün kokusu keskin ve rahatsız edici olmamalıdır, parfüm içermemeli, öksürük ve/veya alerjik reaksiyona yol açmamalıdır.
6. Alkol bazlı el antiseptiği 1.000 mL (±0.010 mL) solüsyon içeren kaplar içerisinde bulunmalıdır.
7. Firma, alkol bazlı el antiseptiğinin her 1.000mL'lik kap ile birlikte mutlaka en az 1 adet masaüstü kullanıma uygun pompa aparatını ücretsiz olarak temin etmelidir. Pompa 1 defada 3-5 mm3 antiseptik solüsyon bırakmalıdır. Sprey aparatı orjinal ambalaj üzerinde takılı ve kilitli olmalıdır ve takılı olmayan aparatlar tekli olarak temiz poşetlerde ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
8. 25 litreye 1 adet olacak şekilde duvar, küvez gibi alanlarda kullanılmak üzere özel aparatlar yüklenici tarafından temin edilecektir ve montajı yapılacaktır. Ayrıca bozuk veya ürünün kullanıldığı dönemde bozulan veya kırılan aparatlar ilgili firma tarafından değiştirilecektir.
9. Yüzeyler üzerine döküldüğünde leke bırakmamalı ve yüzeye zarar vermemelidir.
10. El ve cilt antiseptik solüsyonu Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Biyosidal Ürün ruhsatına sahip olmalıdır. Ambalajın üzerinde, Biyosidal Yönetmeliği'ne uygun Biyosidal ürün etiketi bulunmalıdır. Biyosidal Ürün ruhsatı teklif dosyasında sunulmalıdır.
11. Ürünün güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu ihale dosyasında bulunmalıdır.
12. İhale miktarının %5 i oranında 500 ml'lik ambalajlarda, kozmetik ürün ruhsat onaylı, nemlendirici el kremi yüklenici firma tarafından teslim edilmelidir.
13. Teklif veren firmalar uzman üyenin belirlediği sayıda numuneyi ihale öncesi teslim edecektir. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

Uzm.Dr. Müge AYHAN
Ankara Şehir Hastanesi
Enfeksiyon Hast.ve Klinik Mikrobiyoloji
Dip.Tes.No: [illegible]

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Genel Ameliyathane
Birim Sorumlusu
Fatma KUTLUBAY

Veliz ÇATAK
Tehlikeli Madde Güven Danışmanı
Ankara Şehir Hastanesi

14. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere her seri için yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz (mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal içerik, korozif etki vb.) için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.

15. Numuneler orijinal ambalajında denenerek alınacaktır.

16. İhale dökümanında dezenfektanlarla ilgili bulunan genel hükümler geçerlidir.

17. Ürün etiketinde içerik bilgisi, zararlılık ve önlem ifade kodları ve açıklamaları, GHS zararlılık işaretleri (en az 16*16 mm boyutta görünür şekilde piktogram) olmalıdır.

18. Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak taşınmalı, 'Taşıma Evrakı' ile birlikte teslim edilmelidir.

Uzm.Dr. Müge AYHAN
Ankara Şehir Hastanesi
Enfeksiyon Has.Ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzp.Tes.No:

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Genel Sekreterliği

Yeliz CATAK
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Ankara Şehir Hastanesi

Serum Seti 21G Luer Lock

1. Non toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalı ve Açma kapama klembi ile az miktardaki mayi istenen şekilde verebilmek amacı için tasarlanmış olmalıdır.

2. Serum haznesi haznesi yumuşak ve kolay dolabilir olmalı ve bu hazne küçük haznelilerde 7 (±2)cc, büyük haznelilerde ise 12(±2)cc hacminde olmalıdır.

3. Sağlık Kuruluşunun ihtiyacına göre Işık geçirmeme özelliği olan, sarmaya gerek duyulmayan seçenekleri de bulunmalıdır. (Işıktan korumalı serum seti)

4. Hava girişli delme ucu bulunmalı ve delme ucu ISO standartlarına uygun olmalıdır.

5. Açma kapama klembi olmalıdır.

6. Açma kapama klembi parmakla kolayca kavranabilen veya makaranın istenen yöne hareketini kolaylaştırabilecek büyüklükte olmalıdır.

7. Enjeksiyon portu olmalıdır.

8. Hortum uzunluğu en az 150 (±5)cm olmalı ve king yapmamalıdır.

9. Ucu luer veya ajutaj konnektörlü olmalıdır.

10. Hazne tabanında sabit 15 mikronluk mayi filtresi olmalıdır.

11. Setler iğneli olmalıdır. İğne ucunda koruyucu kapak bulunmalıdır.

12. Delme ucu kısmında hava girişi bulunmalıdır.

13. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş olmalıdır.

14. ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı, ambalajın üzerinde son kullanma tarihi,LOT ve CE bilgisi bulunmalıdır.

15. Bozuk ve tarihi geçmiş ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.

ŞÜKRAN ÜNSAL
MH3 3/B
SORUMLU HEMŞİRE

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Genel Ameliyathane
Birim Sorumlusu
Berna KUTLUBAY

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KALP DAMAR HASTANESİ MHZ
1C GENEL YOĞUN BAKIM
SORUMLU HEMŞİRESİ
BERNA AYDOĞAN

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ

DUVAR TİPİ KAPALI SİSTEM OKSİJEN NEMLENDİRME SU SETİ ŞARTNAMESİ

1. Adaptör üzerinde basınç valfi olacaktır.
2. 650 (± 150) ml su ve H nemlendirme adaptörü steril şartlarda paketlenmiş olacaktır.
3. Su non-toksik apirojen ve distile özellikle olmalıdır.
4. Nemlendirilmiş hava üretmek için kullanıma uygun olmalıdır. (%30 BN)
5. Nazal kanül ve oksijen maskesi ile kullanılabilmelidir.
6. Soğuk sistem, düşük nemlendirme akışına sahip olmalıdır. (2-4 LMP)
7. Hastanede kullanılan oksijen flometrelerine uygun olmalıdır.
8. Firmalar şartnameye uygunluk taahhütnamesi veya broşür ile birlikte numune vereceklerdir.
9. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
10. Ürünün raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.
11. Numune üzerinden değerlendirilecektir, numune (1 adet yeterli) orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Ankara Şehir Hastanesi
Uz. Dr. Fatma ... CASARAN
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No: 141424

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Akciğer Nakli Kliniği
Uzm. Dr. Sinan TÜRKKAN
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No: 113113

Doç. Dr. Alkın YAZICIOĞLU
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Göğüs Cerrahisi Kliniği
Dip. Tes. No: 115583
Uz. Tes. No: 79955

Kan Verme Seti

1 Ürün kan verme torbalarında kullanılmak amacı ile medikal malzemeden üretilmiş uygun yapıda ve yer çekimi etkisiyle hastaya kan transferinde kullanıma uygun olmalıdır.

2 Setin boyu en az 150 cm boyunda olmalı ve hortum kırmaya ezilmeye dayanıklı olmalı king yapmamalıdır.

3 Setler kendinden iğneli veya iğnesiz çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.İğneli setler 18G iğneli olmalı,paketinde 18G yazmalıdır.

4 Ürünün hava girişsiz delme ucu olmalıdır.

5 Ürünün 20 damlası 1 ml'ye eşit olmalıdır.

6 Ürünün haznesinde 200 mikron filtresi bulunmalıdır.

7 Ürün PVC hortumdan imal edilmiş ve esnek olmalıdır.Tubing iç çapı 3.0,dış çapı 4.1 mm olmalıdır.

8 Setlerde istem dişi akım engellemek adına klemp (makaralı vb.) sistemi bulunmalıdır.

9. Ürün ambalajı üzerinde Türkçe olarak ürün özellikleri, uyarılar, açıklayıcı bilgiler,son kullanma tarihi,LOT ve CE bilgisi bulunmalıdır.

10. Steril tekli ambalajda,tek kullanımlık olmalıdır.

11.Bozuk olan setler yenisiyle değiştirilmelidir.

12.Setlerin üzerinde son kullanma tarihleri en az 2 yıl olmalıdır.

13.Bozuk ve tarihi geçmiş ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.

ŞÜKRAN ÜNSAL
MH3-3/B
SORUMLU HEMŞİRE

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Genel Ameliyathane
Birim Sorumlusu
Berna KUTLUBAY

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KALP DAMAR HASTANESİ MH2
YOĞUN BAKIM
SORUMLU HEMŞİRESİ
BERNA AYDOĞAN

İdrar Torbası Steril Musluklu, 2.000 ml

1. Ürün, idrar yoluyla ilgili işlemlerde kullanılmak üzere PVC'den üretilmiş olmalıdır.

2. Sıvı toplama kapasitesi 2000 ml olmalıdır.

3. Torbanın üzeri en az 100 ml aralıklarla derecelenmiş olmalıdır. Her 100 ml için ölçüm çizgisi bulunmalı,her 500 ml ölçüm rakamla belirtilmelidir.

4. Askı için delikleri bulunmalıdır.
5. Derecelendirme sıvı miktarını doğru olarak belirtmelidir.

6. Hortumun ucunda konik bağlantı konnektörü bulunmalı ve konektör üzerinde kapak olmalıdır.

7. Kapak konektöre iyi oturmalı kendiliğinden çıkmamalıdır.

8. Torba içi tam dolu iken bile sızdırma yapmamalıdır.

9. İdrar torbası musluğu kapalıyken torbanın hiçbir yerinden idrar sızdırmamalıdır. Torbanın alt kısmında ileri geri hareketle açılıp kapanan musluğu olmalıdır.

10. Musluk kendiliğinden açılmamalıdır.

11. Torbada idrarın hastaya dönmesini engelleyen valf sistemi olmalıdır.
12. Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığından 24 saat dayanabilmelidir.

13. Sondaya takılan idrar torbası ucu tam oturmalı sondayla uyumlu olmalı ve idrar sızdırmamalıdır.

14. Hasta yatarken foley ile torba arasındaki hortum gerilme ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme ya da kırılma oluşturmayacak yeterlilikte esnek olmalıdır.

15. Ürün tekli ve steril paketlenmiş olmalıdır.

16. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB,LOT ve CE bilgisi bulunmalıdır.

17. Bozuk ve tarihi geçmiş ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.

ŞÜKRAN ÜNSAL
MH2 S/B
SORUMLU HEMŞİRE

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Genel Ameliyathane
Birim Sorumlusu
BERRİN ULUBAY

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KALP DAMAR HASTANESİ MH2
1C GÜNDÜZ YOĞUN BAKIM
SORUMLU HEMŞİRESİ
BEFRA AYDOĞAN

Sıvı Vazelin (1lt.)

1 Vazelin likit formda olmalıdır.

2 Renksiz, şeffaf, yağımsı ve viskoz yapıda olmalıdır.

3 Ürün hiçbir katkı maddesi içermemelidir.

4 Vazelin ambalajı polietilen materyalden kırılmaz olmalıdır.

5 Ambalaj kapaklan kilitli plastikten olmalıdır.

6. Ürünün sprey formunda olan tipleri ürün homojen olarak dağılmasını sağlamak ve hastanın Hassas bölgelerine uygulanabilmesi amacı ile kendinden sprey başlıklı olmalı ayrıca bu başlık ürün homojen olarak dağıtmalı ve uygulama Kolaylı sağlamalıdır.

7. Tekli korunaklı ambalaj ile teslim edilmelidir.

8. Ürün içeriğinde bulunan kimyasallar etiket üzerinde veya kullanım kılavuzunda yazılı olmalıdır.

9. Tekli korunaklı ambalaj ile teslim edilmelidir.

10. Ürün içeriğinde bulunan kimyasallar etiket üzerinde veya kullanım kılavuzunda yazılı olmalıdır.

11. Tekli korunaklı ambalaj ile teslim edilmelidir.

12. Ürün içeriğinde bulunan kimyasallar etiket üzerinde veya kullanım kılavuzunda yazılı olmalıdır.

13. Famasotik ve non alerjik özellikte olmalıdır.

14. Ürünün üzerinde son kullanma tarihi ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

15. Bozuk ve tarihi geçmiş ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.

ŞÜKRAN ÜNSAL
MH 3/B
SORUMLU HEMŞİRE

Birim Sorumlu
Bahattin ULUBAY

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KALP DAMAR HASTANESİ MH2
1C GENEL CERRAHİ GÜN BAKIM
SORUMLU HEMŞİRESİ
BERNA AYDOĞAN

Damla Ayar Seti

1 Damla ayar seti, sıvı akışının ayarlanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

2 Damla ayar seti tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.

3 Setin uzatması en az 45cm olup, set yumuşak kolay kırılmayan özel malzemeden üretilmiş olmalıdır.

4 Damla ayar seti ile akış hızı 3(±2)-400(±150) ml/saat arasında ayarlanabilmeli, ayar dereceleri kolaylıkla seçilebilmeli, dereceleme rakamları kullanım sırasında silinmemelidir

5 Hasta hareketi ile ayarı bozulmamalıdır.

6 Sistem şeffaf üzerinde damla ayar miktarı gösteren bir akım kontrol ünitesi ile her iki ucundan çıkan serum hortumundan oluşmalıdır.

7 Setin iki ucu plastik konnektörle kapalı olup ancak kullanırken açılmalıdır.

8 Serum hortumlarının bir ucu dişi luer-lock diğer ucu erkek luer-lock konnektörlü olmalıdır.

9 Set üzerinde hariçten ilaç uygulamak için tıpa veya enjeksiyon portu bulunmalıdır.

10 Damla ayar setinin üzerindeki hiçbir parçasında latex bulunmamalıdır.

11 Kullanım sırasında setin dışına mayi sızdırmamalıdır.

12 Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.

13 Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

14. Bozuk ve tarihi geçmiş ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.

ŞÜKRAN ÜNSAL
MH2-A/B
SORUMLU HEMŞİRE

ANKARA Şehir Hastanesi
Genel Ameliyathane
Birim Sorumlusu

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KALP DAMAR HASTANESİ MH2
1C GENÇ DOĞUM BAKIM
SORUMLU HEMŞİRESİ
BERNA AYDOĞAN

Üç Yollu Musluk-Mavi

1 Ürün, infüzyon işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

2 Gövdesi şeffaf, polikarbonat veya poliamid malzemeden imal edilmeli, akışı kontrol eden kısım mavi renkte, 360 derecede rahatlıkla dönebilir şekilde dizayn edilmiş olmalı ve birkaç kez döndürüldükten sonra bozulmamalıdır.

3 En az 3 koruyucu kapağı olmalı, kapaklar kendiliğinden yerinden çıkmamalıdır.

4 Mayi akışını yönlendirme veya aynı anda birden fazla mayi vermeye uygun olmalıdır.

5 360 derece dönebilen ana valfin üzerinde akış yönünü gösteren oklar olmalıdır.

6 3,5-5 bar/saniye hava ve 5 bar/30 dakika su basıncına, sıkıştırmaya dayanıklı olmalı,çatlamamalıdır.

7 Bir döner erkek ve ikidişi luer lock konnektöre sahip olmalıdır.

8 Setlerle bağlantı yapan uçları setlere iyi oturmalı, setlerden kolayca ayrılmamalıdır.

9 Bağlantı ve ek yerlerinden sıvı akıtmamalıdır.

10 Ürün steril ve tekli paketlenmiş olmalıdır.

11 Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, CE ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

12 Bozuk ve tarihi geçmiş ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.

ŞÜKRAN ÜNSAL
MHB 3/B
SORUMLU HEMŞİRE

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Genel Eczane
Birim Sorumlusu

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KALP DAMAR HASTANESİ MH2
İÇ GENEL YOĞUN BAKIM
SORUMLU HEMŞİRESİ
BERK AYDOĞAN

Foley Sonda İki Yollu Silikon 6F

1. Mesane kataterizasyonu sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
2. Sonda uzun süreli kullanımlarda sertleşmemesi ve tahriş olmayı engellemesi için ürün %100 silikondan ve/veya doğal lateksten ve/veya slikolateksten yapılmış olmalı ve dokuda travma oluşturmamalıdır.
3. Sondalar 6F boyutunda olmalıdır.
4. Pediatrik sondanın kılavuz teli olmalıdır.
5. Yuvarlatılmış kapalı distal ucu ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkla olmalıdır.
6. Silikon sondalarda ürünün radyoopak dolgu ucu ve gövdesinde radyoopak çizgi bulunmalıdır.
7. Balonun üst sınırı ile sonda alt deliği arasındaki mesafe kısa olmalı, büyük numaralı sondalarda 1cm±2mm aralık olmalı,balon şişirildiğinde mesane boynuna tam oturmalıdır.
8. Balon kolay şişirilmeli, patlamamalı, sonda çıkarılırken balondaki su, kolay ve tamamen boşaltılabilmelidir.
9. Balon şişirildiğinde sonda balonun tam ortasında kalmalı, tek tarafa doğru şişmemelidir.
10. Balonu şişirme işlemi sırasında enjektörle sıvı ileri doğru verilirken kolayca şişmeli, fazladan bir güç gerektirmemelidir.
11. Balon şişirildikten sonra valf sonda da sabit kalmalı, sondadan ayrılmamalı ya da valfi enjektöre takılıp geri çıkmamalı, valf balonu şişirme işlemini zorlaştırmamalıdır.
12. Sonda 2 yollu ve ucu 2 delikli olmalıdır.
13. Balon kapasitesi sonda büyüklüğüne göre 1-10 cc olmalı, balon tek taraflı değil, lümen çevresinde simetrik şişmelidir.
14. Kılavuz tel uygun sertlikte olmalıdır. Kırılıp bükülmemelidir. Sonda takılıp, çıkartılırken kılavuz tel kolay takılıp çıkarılabilmeli, sonda ve mesaneye zarar vermemelidir.
15. İdrar sondasının torbayla bağlantı kısmı ürometreye rahat takılabilmelidir.
16. Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalıdır.
17. Sondanın çapı ve balonun hacim kapasite aralığı sondanın "Y" ucunda belirtilmiş olmalıdır.
18. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
19. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB,LOT ve CE bilgisi bulunmalıdır.
20. Bozuk ve tarihi geçmiş ürünler firma tarafından değiştirilmelidir.

ŞÜKRAN ÜNSAL
MH3 3/B
SORUMLU HEMŞİRE

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Genel Cerrahi Ameliyathane
Birim Sorumlusu
[illegible] ÜNLÜ

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
KALP DAMAR HASTANESİ MH2
İÇ GENEL YOĞUN BAKIM
SORUMLU HEMŞİRESİ
BERNA AYDOĞAN