

## CERRAHİ ALET/CİHAZ BAKIM ONARIM ve TAMİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ekli listede belirtilen altı kalem arızalı nefreskopların tekrar çalışır hale getirilmesi sağlanacaktır.
2. Yüklenici firma, arızalı ürünlerin üretici firmasından temin ettikleri Temsilcilik ve Bakım Onarım Yetki Belgesi' ni teklif ile beraber Satınalma birimine ileteceklerdir. Belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışında kalacaktır.
3. İşlem görecekt ürünler Avrupa Sertifikası (CE) ve Medikal Cihaz Yönetmeliği (MDR) AB'de üretilen veya ticareti yapılan tıbbi cihazlar, güvenlik ve sağlık alanındaki AB mevzuatına uygunluğunu kaybetmemelidir.
4. Yüklenici firma TS12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi' ne sahip olacaktır.
5. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen ürünler için Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında tamir ve tamir aşamasındaki yenileme, işçilik ve montaj hatalarına karşı (sarf malzemeleri hariç) 2 yıl garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
6. Arızalı ürünlerin tamiri işi nakliye masrafları yükleniciye ait olup, ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.
7. Tamiri gerçekleştirilen ürünler temizlikleri yapılarak sağlam ve ambalajlı bir şekilde teslim edilecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ  
Bircan ÖZAY  
Onkoloji Ameliyathane Sorumlusu  
Hastanesi

11/11/1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ  
ONKOLOJİ HASTANESİ  
Ferhat DEĞİRMENCI  
Teknik Hizmetler Müdürü