



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

Sayı : E-72300690-949
Konu : Zeyilname-2 (66 Kalem)

ZEYİLNAME-2

Hastanemiz tarafından 28/06/2022 tarihinde Saat:10.00'da yapılacak olan 2022 Yılı Cerrahi Onkoloji Ameliyathanesi 66 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi'nde, ihale listemizin 35. kalemi olan Laparoskopik Spesimen Çıkarma Torba Sistemi 10 (mm) Küçük malzemesinin teknik şartnamesi;

- "1. Disposable olmalıdır.
2. Laparoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. Laparoskopik spesimen torba sisteminin şaftı 10 mm çapında olmalıdır.
4. Laparoskopik spesimen torba sisteminin kanül uzunluğu 28 (±2) cm olmalıdır.
5. Laparoskopik spesimen torba sisteminde kanülün içinde torbanın bağlı bulunduğu iç şaft olmalıdır.
6. Laparoskopik spesimen torbası yırtılmaya dayanıklı polyurethane malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
7. Laparoskopik spesimen torbasının ağız çapı 6 (± 1) cm, derinliği 15 (± 1) cm olmalı ve konik şeklinde açılabilir.
8. Laparoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı itildiğinde torba metal bir kasağa bağlı olarak açılabilir.
9. Laparoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı arkasında bulunan ip veya ipe bağlı halka çekilerek torba kasnaktan ayrılabilir ve torbanın ağız büzülebilir.
10. Laparoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı üzerinde torbanın batın içinde açılma yönünü belirten bir uyarı yazısı veya işareti olmalıdır.
11. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miadlı olmalı, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine üç ay kala yeni ürün ile değiştirilmelidir. Ürün bilgileri steril paket üzerinde orijinal baskı veya orijinal etiket ile belirtilmelidir.
12. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
13. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
14. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
15. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir." şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

İhale Yetkilisi
Doç. Dr. Emre ADIGÜZEL
Koordinatör Başhekim Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Do rulama Kodu: 4d390928-4ddf-46ba-91d7-8c14eca68c30 Belge Do rulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No:9 Bilkent-Çankaya/ANKARA

Telefon: Faks No: 03125529978 Dahili:771156

e-Posta: deniz.karakus2@saglik.gov.tr İnternet Adresi: ankarasehir.saglik.gov.tr

Bilgi için: Deniz KARAKUŞ

Veri Hazırlama ve Kontrol İşt.

Telefon No: (0 312) 552 60 00

