1

ANKARA ŞEHİR HSTANESİ

KONDOM (PREZERVATİF)

1. Transvajinal USG probunda kullanılmak üzere kolay yırtılmayan Tek tek ambalajlanmış şekilde, disposable olacaktır.
2. Kondomların yüzeyi düz ve pürüzsüz olacaktır.
3. Kondomlar doğal kauçuk latexten üretilmiş olmalı, görünüşleri saydam olmalı, renklendirici madde içermemeli, renk değişikliği olmayacak nitelikte non-toksik ve antialerjik olmalıdır.
4. Spermisid içermemelidir
5. Kondomların yüzeyi sıvı kayganlaştırıcı ile kaplı olacaktır.
6. Kondomların uzunluğu 170 mm'den az olmayacaktır
7. Kondomların kalınlığı en az 0.05 ±0.01 mm olmalıdır

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Ankara Şehir Hastanesi
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi
Op.Dr. Elif ÜREYEN ÖZDEMİR
Dip Tes No 146161

Prof.Dr. Hüseyin Levent KESKİN
Ankara Şehir Hastanesi
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Eğitim
Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Eğitim

2

ÜRODİNAMİ MESANE ÖLÇÜM KATETERİ VEZİKAL (HAVALI SİSTEM) 7F TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter vezikal ve üretral basınç ölçümü için üretilmiş ve steril pakette olmalıdır.
2. 7 Fr kalınlığında 3 lümenli olmalı; 2 adet basınç ölçüm ve 1 adet mesane dolum kanalı bulunmalıdır.
3. Kateter hasta ve transducer yüksekliğinden etkilenmeyen hava ile ölçüm prensibine göre tasarlanmış olmalı, kateterin 360 derece basınç ölçmesini sağlayan basınç ölçüm balonları olmalıdır.
4. Kateter kapalı sisteme sahip olmalı transducer enfeksiyonu ihtimali olmamalıdır.
5. Kateter basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir.
6. Kateter luer lock bağlantıları, bağlanacağı transdecer rengi ile eşleşecek şekilde aynı renkte üretilmiş ve hatalı bağlantı ihtimalini azaltacak şekilde olmalıdır.
7. Örnek numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
8. Teslim tarihi itibariyle 2 yıl son kullanma miadlı olmalıdır.
9. Son kullanma tarihine 3 ay kala ürün yeni tarihli ürün ile değişimi sağlanmalıdır.
10. Ürün raf teslimi depoya teslim edilmelidir.

ÜNAL FİLİZAY
Ankara Şehir Hastanesi
Kadın Doğum Hastanesi
HEMŞİRE H113502

Münire E. ER
E 15046

Prof.Dr. Hüseyin Levent KESKİN
Ankara Şehir Hastanesi
Kadın Hast.ve Doğum Eğt.Grv.
Sağlık Bilimleri Üni.Tıp Fak.
Kadın Hast.ve Doğum Öğr.Ü.

3

ÜRODİNAMİ REKTAL BASINÇ ÖLÇÜM KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter rektal basınç ölçümü için üretilmiş ve steril pakette olmalıdır.
2. Kateter tek kanal basınç ölçümü için tasarlanmış 7Fr kalınlıkta olmalı ve yerleştirmeyi kolaylaştırmak için kateter içine guide-wire yerleştirilmiş olmalıdır.
3. Kateter hasta ve transducer yüksekliğinden etkilenmeyen hava ile ölçüm prensibine göre tasarlanmış olmalı kateterin 360 derece basınç ölçmesini sağlayan basınç ölçüm balonu olmalıdır.
4. Kateter kapalı sisteme sahip olmalı transducer enfeksiyonu ihtimali olmamalıdır.
5. Kateter basınç akım çalışması sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi ile oluşan yükseklik farkından etkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir.
6. Kateter luer lock bağlantıları, bağlanacağı transducer rengi ile eşleşecek şekilde aynı renkte üretilmiş ve hatalı bağlantı ihtimalini azaltacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
7. Örnek numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
8. Teslim tarihi itibariyle 2 yıl son kullanma miadlı olmalıdır.
9. Son kullanma tarihine 3 ay kala ürün yeni tarihli ürün ile değişimi sağlanmalıdır.
10. Ürün raf teslimi depoya teslim edilmelidir.

ÜNAL FİLİZAY
Ankara Şehir Hastanesi
Kadın Doğum Hastanesi
HEMŞİRE H113502

Münire EŞER
E 46346

Prof.Dr. Hüseyin Levent KESKİN
Ankara Şehir Hastanesi
Kadın Hast ve Doğum Eğt.Grv.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fak.
Kadın Hast ve Doğum Öğr.Ü.

ALETLİ PERİTON DİYALİZ BOŞALTIM TORBASI

ŞARTNAMESİ

1-Aletli periton diyaliz tedavisinde gece boyunca hastanın karnından boşalan atık sıvıyı toplamak için 15 lt kapasiteli olmalıdır.

2-Aletli periton diyaliz tedavisinde kullanılan set ile bağlantı yapılabilecek özellikte olmalıdır.

3-Steril tek paketlenmiş ambalaj şeklinde olmalıdır.

4-Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildiği tarihte raf ömürlerinin en az üçte ikisi kalmış olmalıdır.

5-Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miadlılarla değiştirilecektir.

6-Tıbbi malzeme orijinal ambalajında olmalı, yapıştırma etiket vb. yollarla ürün yeniden ambalajlanmış olmamalıdır.

7-Orijinal etiket üzerinde imalatçı firmanın ticari adı, markası, ürünün numarası, varsa hangi malzemeden imal edildiği, varsa sterilizasyon metodu, varsa sahip olduğu kalite veya güvenlik işaretleri, lot numarası, son kullanma tarihi gibi bilgiler iç ve dış ambalaj üzerinde (tek ambalaj ise bunun üzerinde) olmalıdır.

8-Ürünler kolayca depolanabilecek, taşınabilecek sayılabilecek dayanaklı ve sağlam ambalajlar içinde teslim edilecektir.

9-Ürünün kullanılması için varsa gerekli araç, gereç, donanım ve sistemler en geç ilk parti teslimat ile birlikte kullanıcı birimine kurulmalıdır, ürün teslim edildiğinde kullanıma hazır olmalıdır.

10-Alımı yapılan ürünlerde seri hata çıkması halinde o seriye ait ürünlerin tamamı yeni ürünle değiştirilmelidir.

11-T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine kayıtlı ve sistemde aktif olmalıdır. Firma tedarikçi firma değilse ürünü tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair ürün takip sistemi kaydının olduğunu kanıtlamak ve Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlandığını gösterir belge sunulmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ ÇOCUK HASTANESİ Doç.Dr.Petek Semsa ÇAYCI Dip.Tesc.No:88956 Çocuk Nefroloji

T.C.Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastaneleri Çocuk Hastanesi Doç. Dr. Sare Gülfem GÜLÜ Çocuk Nefroloji Uzmanı Dip.Tesc.No. 105876

PEDİATRİK ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ

1.Homechoice ve HomeChoice Pro isimli Aletli Periton Diyalizi cihazları ile uyumlu ve periton diyaliz tedavisi gören hastalarda, solüsyon torbalarının cihaza bağlanmasını sağlayacak özellikte olmalıdır.

2.Torba bağlantılarının yapılacağı setler renklerle kodlanmış olmalıdır.

3.Steril tek tek paketlenmiş ambalaj şeklinde olmalıdır.

4.Hasta hattında ilaç uygulamaları için port olmalıdır.

5.Pediatrik hastalarda düşük boşaltım alarmı önlemek için set içindeki sirküle eden hacmi azaltacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

6.Pediyatrik hastalarda enfeksiyonu engellemek için transfer set ve hasta hattı birebir örtüşmelidir.

7.Teslim edilen malzemenin,depoya teslim edildiği tarihte raf ömürlerinin en az üçte ikisi kalmış olmalıdır.

8.Depoya teslim edilen malzemeler firmaya bir(1) önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miatlılarla değiştirilecektir.

9.Tıbbı malzeme orijinal ambalajında olmalı,yapıştırma etiket vb. yollarla ürün yeniden ambalajlanmış olmamalıdır.

10.Orjinal etiket üzerinde imalatçı firmanın ticari adı, markası, ürünün numarası, hangi malzemeden imal edildiği, sterilizasyon metodu, sahip olduğu kalite veya güvenlik işaretleri ,lot numarası, son kullanma tarihi gibi bilgiler iç ve dış ambalaj üzerinde (tek ambalaj ise bunun üzerinde) olmalıdır.

11.Ürünler kolayca depolanabilecek , taşınabilecek ,sayılabilecek dayanıklı ve sağlam ambalajlar içinde teslim edilecektir.

12.Ürünün kullanılması için gerekli araç ,gereç ,donanım ve sistemler en geç ilk parti teslimat ile birliktr kullanıcı birimine kurulmalıdır,ürün teslim edildiğinde kullanıma hazır olmalıdır.

13.Alımı yapılan ürünlerde seri hata çıkması halinde o seriye ait ürünlerin tamamı yeni ürünle değiştirilmelidir.

14.T.C Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine kayıtlı ve sistemde aktif olamlıdır.Firma tedarikçi firma değilse ürünü tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair ürün takip sistemi kaydının olduğunu kanıtlamak ve Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlandığını gösteriri belge sunulmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ ÇOCUK HASTANESİ Dr. Fatma Şemsa ÇAYCI Dip.Tes.No:88955 Çocuk Nefroloji

T.C.Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastaneleri Çocuk Hastanesi Doç. Dr. Nare Hatem ÖZLÜ Çocuk Nefroloji Uzmanı Dip.Tesc.No. 105375

PERİTON DİYALİZ KATETERİ 57 CM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Periton diyaliz kateteri periton diyaliz uygulaması için diyazn edilmiş biyouyumlu tıbbı silikondan imal edilmiş olmalıdır.

2-Enfeksiyon yolunu kapatmak ve kateterin konumunu sabitleştirmek için katater üzerinde biyouyumlu poliesterden yapılmış bir ya da iki adet cuff bulunmalıdır.

3-Kateter üzerinde x-ray cihazında görülmesini sağlayacak radyoopak şerit olmalıdır.

4-Kateter dış çapı bilinen boyutları en uygun sıvı giriş ve çıkışını sağlamalı, ayrıca kateterin vücut içerisindeki geometrisini ve konumunu en uygun şekilde sağlayacak ölçülerde olmalıdır.

5-Kateteterin vücut içerisindeki kısmı delikli ve kendi üzerine dairevi kıvrılmış olmalıdır.

6-Periton diyaliz kateterinin kıvrımlı-kısmı üstünde çok sayıda giriş ve çıkış delikleri bulunmalıdır.

7-Periton diyaliz kateteri gerektiğinde uzatılabilme ve/veya tamir edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.

8-Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildiği tarihte raf ömürlerinin en az üçte ikisi kalmış olmalıdır.

9--Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miadlılarla değiştirilecektir.

10-Tıbbi malzeme orijinal ambalajında olmalı, yapıştırma etiket vb. yollarla ürün yeniden ambalajlanmış olmamalıdır.

11-Orijinal etiket üzerinde imalatçı firmanın ticari adı, markası, ürünün numarası, varsa hangi malzemeden imal edildiği, varsa sterilizasyon metodu, varsa sahip olduğu kalite veya güvenlik işaretleri, lot numarası, son kullanma tarihi gibi bilgiler iç ve dış ambalaj üzerinde (tek ambalaj ise bunun üzerinde) olmalıdır.

12-Ürünler kolayca depolanabilecek, taşınabilecek sayılabilecek dayanaklı ve sağlam ambalajlar içinde teslim edilecektir.

13-Ürünün kullanılması için varsa gerekli araç, gereç, donanım ve sistemler en geç ilk parti teslimat ile birlikte kullanıcı birimine kurulmalıdır, ürün teslim edildiğinde kullanıma hazır olmalıdır.

14-Alımı yapılan ürünlerde seri hata çıkması halinde o seriye ait ürünlerin tamamı yeni ürünle değiştirilmelidir.

15-T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine kayıtlı ve sistemde aktif olmalıdır. Firma tedarikçi firma değilse ürünü tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair ürün takip sistemi kaydının olduğunu kanıtlamak ve Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlandığını gösterir belge sunulmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ ÇOCUK HASTANESİ Prof.Dr.Fatma Şirmsa ÇAYCI Dip.Tes.No:88955 Çocuk Nefroloji

T.C.Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastaneleri Çocuk Hastanesi Doç. Dr. Sare Gülfem ÖZLÜ Çocuk Nefroloji Uzmanı Dip.Tes.No. 105875

PERİTON DİYALİZ KATATERİ SWAN NECK 42 CM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Periton diyaliz kataterı periton diyaliz uygulaması için diyazn edilmiş biyouyumlu tıbbı silikondan imal edilmiş olmalıdır.

2-Enfeksiyon yolunu kapatmak ve kateterin konumunu sabitleştirmek için katater üzerinde biyouyumlu poliesterden yapılmış bir ya da iki adet cuff bulunmalıdır ve katater tenchoff swan neck (kuğu boynu) şeklinde olmalıdır.

3-Kateter üzerinde x-ray cihazında görülmesini sağlayacak radyoopak şerit olmalıdır.

4-Kateter dış çapı bilinen boyutları en uygun sıvı giriş ve çıkışını sağlamalı, ayrıca kateterin vücut içerisindeki geometrisini ve konumunu en uygun şekilde sağlayacak ölçülerde olmalıdır.

5-Kateteterin vücut içerisindeki kısmı delikli ve kendi üzerine dairevi kıvrılmış olmalıdır.

6-Periton diyaliz kateterinin kıvrımlı-kısmı üstünde çok sayıda giriş ve çıkış delikleri bulunmalıdır.

7-Periton diyaliz kateteri gerektiğinde uzatılabilme ve/veya tamir edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.

8-Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildiği tarihte raf ömürlerinin en az üçte ikisi kalmış olmalıdır.

9--Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miatlılarla değiştirilecektir.

10-Tıbbi malzeme orijinal ambalajında olmalı, yapıştırma etiket vb. yollarla ürün yeniden ambalajlanmış olmamalıdır.

11-Orijinal etiket üzerinde imalatçı firmanın ticari adı, markası, ürünün numarası, varsa hangi malzemeden imal edildiği, varsa sterilizasyon metodu, varsa sahip olduğu kalite veya güvenlik işaretleri, lot numarası, son kullanma tarihi gibi bilgiler iç ve dış ambalaj üzerinde (tek ambalaj ise bunun üzerinde) olmalıdır.

12-Ürünler kolayca depolanabilecek, taşınabilecek sayılabilecek dayanaklı ve sağlam ambalajlar içinde teslim edilecektir.

13-Ürünün kullanılması için varsa gerekli araç, gereç, donanım ve sistemler en geç ilk parti teslimat ile birlikte kullanıcı birimine kurulmalıdır, ürün teslim edildiğinde kullanıma hazır olmalıdır.

14-Alımı yapılan ürünlerde seri hata çıkması halinde o seriye ait ürünlerin tamamı yeni ürünle değiştirilmelidir.

15-T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine kayıtlı ve sistemde aktif olmalıdır. Firma tedarikçi firma değilse ürünü tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair ürün takip sistemi kaydının olduğunu kanıtlamak ve Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlandığını gösterir belge sunulmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastaneleri Çocuk Hastanesi Doç. Dr. Sara Gülfem ÖZLÜ Çocuk Nefroloji Uzmanı Dip.Tesc.No: 105875

MİNİ KAPAK (POVİDON İYOT İÇEREN KORUYUCU KAPAK)

1-Değişim işleminden sonra, ultratransfer seti açıkta kalan ucunu kapanmak amacıyla kullanılır.

2-Tek kullanımlık olmalıdır.

3-Her değişim için ayrı olmalıdır.

4-Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildiği tarihte raf ömürlerinin en az üçte ikisi kalmış olmalıdır.

5-Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miatlılarla değiştirilecektir.

6-Tıbbi malzeme orijinal ambalajında olmalı, yapıştırma etiket vb. yollarla ürün yeniden ambalajlanmış olmamalıdır.

7-Orijinal etiket üzerinde imalatçı firmanın ticari adı, markası, ürünün numarası, varsa hangi malzemeden imal edildiği, varsa sterilizasyon metodu, varsa sahip olduğu kalite veya güvenlik işaretleri, lot numarası, son kullanma tarihi gibi bilgiler iç ve dış ambalaj üzerinde (tek ambalaj ise bunun üzerinde) olmalıdır.

8-Ürünler kolayca depolanabilecek, taşınabilecek sayılabilecek dayanaklı ve sağlam ambalajlar içinde teslim edilecektir.

9-Ürünün kullanılması için varsa gerekli araç, gereç, donanım ve sistemler en geç ilk parti teslimat ile birlikte kullanıcı birimine kurulmalıdır, ürün teslim edildiğinde kullanıma hazır olmalıdır.

10-Alımı yapılan ürünlerde seri hata çıkması halinde o seriye ait ürünlerin tamamı yeni ürünle değiştirilmelidir.

11-T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine kayıtlı ve sistemde aktif olmalıdır. Firma tedarikçi firma değilse ürünü tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair ürün takip sistemi kaydının olduğunu kanıtlamak ve Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlandığını gösterir belge sunulmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Doç. Dr. Sema Sarıpınar ÇAYCI Dip. Tıpta Uzmanlık No: 88955 Çocuk Nefroloji

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastaneleri Çocuk Hastanesi Doç. Dr. Sema Sarıpınar ÇAYCI Çocuk Nefroloji Uzmanlık Dip. Tıpta No: 88955