

DÜZ SHAVER UCU (KBB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Sert olmayan kemik, doku uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Güçlendirilmiş doku traşlaması, içi dişli, uç dış kısmı atravmatik dişli, makas tipi kesim, kemiksi dokuların tıraşlanmasında etkili dişler, yumuşak doku ve kemiksi uygulamalar, dış kısım ile dokuyu tutup iç kısımda kesebilme özelliği ile dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Proximal uçta irrigation bağlantısı olmalıdır.
- 4- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmalıdır.
- 5- Çapı 4 mm uzunluğu 11 cm 2000-5000 RPM hızında kesim için kullanılabilir olmalıdır.
- 6- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.
- 7- Irrigation tubing ile birlikte paketlenmiş, 5 adetlik kutularda olmalıdır.
- 8- Hastanemiz KBB Ameliyathanesinde kullanılan Medtronic marka shaver handpiece ile uyumlu olmalıdır.



Prof.Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No 96111 - Dip. Tes. No: 61753

Doç. Dr. Yücel İSLAMOĞLU
K.B.B. Hastalıkları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip. Tes. No: 176279
Uzm. Tes. No: 115432


12 DERECE EĞİMLİ SHAVER UCU (KBB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kuvvetli 12 derece eğimli uç ile unsinektomi ve etmoidektomi vakalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Güçlendirilmiş doku traşlaması, içi dişli, uç dış kısmı atravmatik dişli, makas tipi kesim, kemiksi dokuların tıraşlanmasında etkili dişler, yumuşak doku ve kemiksi uygulamalar, dış kısım dokuyu tutup iç kısımda kesebilme özelliği ile dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmalıdır.
- 4- Çapı 4 mm uzunluğu 11 cm, 12 derece eğimli 3000-5000 RPM hızında kesim için kullanılabilir olmalıdır.
- 5- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.
- 6- Hastanemiz KBB Ameliyathanesinde kullanılan Medtronic marka shaver handpiece ile uyumlu olmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet Yılmaz KEMEZ
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip. No: 9610 - Dış. Tes. No: 61753



Doç. Dr. Yücel İSLAMOĞLU
K.B.B. Anestezisi Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip. Tes. No: 176279
Uzm. Tes. No: 115432



40 DERECE EĞİMLİ SHAVER UCU (KBB) TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1- Kuvvetli 40 derece eğimli uç ile frontal recess ve maxillary sinüs cerahisinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Güçlendirilmiş doku traşlaması, içi dişli, uç dış kısmı atravmatik dişli, makas tipi kesim, kemiksi dokuların tıraşlanmasında etkili dişler, yumuşak doku ve kemiksi uygulamalar, dış kısımla dokuyu tutup iç kısımda kesebilme özelliği ile dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmalıdır.
- 4- Çapı 4 mm uzunluğu 11 cm, 40 derece eğimli 3000-5000 RPM hızında kesim için kullanılabilir olmalıdır.
- 5- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.
- 6- Hastanemiz KBB Ameliyathanesinde kullanılan Medtronic marka shaver handpiece ile uyumlu olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADEME
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No:9610 - Uzm.Tes.No:61753


Doç. Dr. Yücel İSLAMOĞLU
K.B.B Hastahane Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.Tes. No: 176279
Uzm.Tes. No: 115432

RADENOİD PEDIATRİK SHAVER UCU (KBB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 40 derece eğimli dizaynı sayesinde adenoidektomi ameliyatlarında rahatlıkla kullanılabilir.
- 2- Proksimal uçta irrigasyon bağlantısı olmalıdır.
- 3- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmalıdır.
- 4- Çapı 4.0 mm, uzunluğu 11cm olmalıdır.
- 5- 1500 rpm hızda opresyon sırasında kesim için kullanılabilir olmalıdır.
- 6- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.
- 7- 5 adetlik kutularda olmalıdır.
- 8- Hastanemiz KBB Ameliyathanesinde kullanılan Medtronic marka shaver handpiece ile uyumlu olmalıdır.



Prof. Dr. Mehmet Ali BABADENEZ
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No.9610 - Dip.Tes.No: 1733






Doç. Dr. Yüce İSLAMOĞLU
K.B.B. Hastalıkları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.Tes. No: 176279
Uzm.Tes. No: 115432

NIM PRASS PAIRED ELEKTROD TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kas için özel dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- 5mm ucu, içi özel koruma ile (elektrik akımını geçirmeyecek özellikte) kaplanmış olmalıdır.
- 3- Uzun iğne boyu seçenekleri ile hedefteki kas gruplarına daha derin girişi sağlayabilmelidir.
- 4- 1 metrelik çift burgulu kablosu olmalı ve ses izolasyonunu sağlamalıdır. Kablo ucundaki bağlantı jakı "Patient Interface" uyumlu ve elektrik akımını geçirmeyecek özellikte koruma pin'li olmalıdır.
- 5- Hastaya kolay yerleşimi sağlamak amacıyla renk kodlu olmalıdır.
- 6- 2 ve 4 kanallı NIM intra operatif facial sinir monitörlerine uyumlu olmalıdır.
- 7- Steril tekli paketlerde, 5 adetlik kutularda bulunmalıdır.
- 8- Kullanılacak olan cihaz ile vaka esnasında yaşanacak olumsuzlukları engellemek ve sistemin bütün olarak çalışabilmesi için cihaz ile aynı marka olmalıdır.
- 9- Hastanemizde bulunan Nim 3.0 Response cihazıyla birebir uyumlu olmalıdır.


Prof. Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No.9610 - Dip.Tes.No:61753


Dr. Nure İSLAMOĞLU
K.B.B. Hastahıları Uzmanı
Dip.No: 9610 - Dip.Tes.No: 1140858


Doç. Dr. Nure İSLAMOĞLU
K.B.B. Hastahıları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.Tes. No: 176279
Uzm.Tes. No: 115432

EAR WICK KULAK TAMPONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yapısında lif bulunmamalıdır.
- 2-Kendi ağırlığının yaklaşık 25 katıkadar sıvı absorbe edebilmelidir.
- 3-Kullanım sırasında sıvı ilaç verilmesi gereken durumlarda ürün,yayılm özelliği gösterebilmelidir.
- 4-Biocompatible (vücut ile uyumlu) ve atravmatik olmalıdır.
- 5-Ürün %100 sentetik materyalden imal edilmiş olup, bakteri tutumunu azaltacak özellikte olmalıdır.
- 6-Çapı 9mm, uzunluğu 24mm olmalıdır.
- 7-Kutu üzerinde son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
- 8-Steril tek tek paketlenmiş olmalıdır. Ön yüzü, malzemenin kolayca görülebileceği şekilde şeffaf, arka yüzü malzeme bilgilerinin yazdığı blister ambalajda olmalıdır.
- 9-Paket üzerinde malzeme adı, markası, steril edilme türü, firma bilgileri Orijinal baskı ile yazılı olmalıdır.
- 10-Ürünler PVA'dan (poli vinil asetal) imal edilmiş olmalıdır. Bu özellik firma tarafından belgelendirilecektir.
- 11-Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalı, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine üç ay kala yeni ürün ile değiştirilmelidir.
- 12-Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No.9610 / Dip.Tes.No:34753

Doç. Dr. Yüce İŞAMOĞLU
K.B.B Hastahılar Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip. Tes. No: 116279
Uzm. Tes. No: 115432

SUCTION TUP SETİ (KBB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Declog t p seti bladelere ile dođrudan bađlantılı olmalıdır.
2. Declog t p seti disposable olmalıdır.
3. Diego Elite ana kontrol  nitesi ile uyumlu olmalı ve bu uyumluluk  nitenin  reticisi tarafından onaylı olmalıdır.
4.  retici onayı sunmayan firmaların teklifleri deđerlendirmeye alınmayacaktır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BARADEMEZ
Ankara Şehir Hastanesi KBB Kliniđi
Tıbbi Sorumlusu
Dip.No:9610 - Dip.Tes.No:61753

Doç. Dr. Y se ISLAMOđLU
K.B.B. Hastalıkları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.Tes. No: 176279
Uzm.Tes. No: 115432

RADYOFREKANS PROBU KONKA İÇİN TEK KULLANIMLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen malzeme hastanemiz demirbaşına kayıtlı veya hastanemizde kullanılan Arthrocare marka Coblator II model bipolar radyofrekans (rf) elektrocerrahi plazma cihazına tam uyumlu veya orijinal olmalıdır.
- 2- Farklı marka ve model cihazlara ait problemleri teklif edecek firmalar Coblator II model radyofrekans cihazının üreticisi tarafından verilmiş olan uygunluk belgesini, ayrıca akredite test laboratuvarlarından alınmış uygunluk test belgesini ibraz etmelidir veya teklif edilen problemlerin kullanım süresi boyunca kliniğe teklif edilen probun üreticisi ile aynı marka radyofrekans cihazını kliniğin kullanımına sunmalıdır.
- 3- Prob tek shaft üzerinde ve tam bipolar olmalıdır, ayrıca hastaya herhangi bir nötr elektrot bağlanmamalıdır. “+” ve “-” uç tek shaft prob üzerinde bulunmalıdır. Çatal uçlu sistemler birden fazla noktadan giriş yapıldığı için kabul edilmeyecektir.
- 4- Probun uç tarafı göve ile 45 derece veya 22 derecelik açı oluşturmalıdır.
- 5- Konka probu üzerindeki işaretler, türbinatlar içerisindeki yerleştirmenin derinliğini belirleme konusunda rehber olmalı ve ilk işaret distal uçtan 15 veya 13 mm uzakta olmalı ve sonraki ikisi arasındaki mesafe 13 veya 9 mm olmalıdır.
- 6- Prob Konka Radyofrekans uygulamalarına uygun, ucu 8 mm +/- 0.50 mm (sekiz mm artı/eksi sıfırlı mm) aktif ve pasif şeklinde tasarlanmış olmalıdır. Probun uç kısmı sivri olmalıdır.
- 7- Prob ısı ve koter teknolojisi ile değil doku içi sıvıları kullanarak plazma oluşturma teknolojisiyle çalışmalıdır.
- 8- Redüksiyon yolu ile üst solunum yolu obstrüksiyonunun tedavisi ve submukozal doku şişmesi tedavisinde kullanılabilir.
- 9- Prob ile yapılan cerrahi sonrası dokuda nekroz oluşturmamalı ve kullanıcı hekim ikinci, üçüncü seans ameliyatlara ihtiyaç duymamalıdır.
- 10- Pediatrik kullanımlara uygun tasarlanmış konka probu da bulunmalıdır.
- 11- En az 2 m kendinden kablolu olmalıdır. Prob kablosu Latex içermemelidir. Kablosu silikon bazlı esnek ve yumuşak olmalıdır. Böylelikle daha uzun süre kullanılabilir. Pvc bazlı, sert ve kopma riski olan kablolar kabul edilmeyecektir. Tutma kısmı uygulama bölgesine göre rahat pozisyon alabilecek yapıda olmalıdır.
- 12- Prob steril ve tekli orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası olmalıdır.
- 13- Prob tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
- 14- Problemler için klinikten uygunluk alınmalıdır.
- 15- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa B. BADEMİZ
Ankara Şehir Hastanesi
Eğitim Görevlisi
Dip.No: 9910 - Dip.Tes.No: 617153

Doç. Dr. Fatih GÜL
Yıldırım Beyazıt Üni. Ank. Şehir Hast.
KBB ve Baş Boyun Cerrahisi
Dip.No: 2008-2308 - Dip. Tes. No: 140866

Doç. Dr. Yücel İSLAMOĞLU
K.B.B Hastalıkları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip. Tes. No: 176279
Uzm. Tes. No: 115432

TONSİL ANS TELİ (KBB)

1. Tonsillektomi ameliyatlarında tonsil anslarına takılarak kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. 12'li paketler halinde olmalıdır.
4. Tellerin uçları eğir olmalıdır.
5. Telin çapı 0.30 mm olmalıdır

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No:9610 - Dip.Tes.No:61753

Doç. Dr. Yücel İSLAMOĞLU
K.B.B Hastalıkları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.Tes. No: 1176279
Uzm. Tes. No: 115432

Doç. Dr. Yücel İSLAMOĞLU
K.B.B Hastalıkları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.Tes. No: 1176279
Uzm. Tes. No: 115432

STERL KULAK KEMİK ÇİMENTOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Örnek Katalog numarası: 37201 3M Ketac Cem

- 1- Glass ionomer cement özelliğinde olmalıdır.
- 2- Toz ve solüsyon olarak iki parçadan oluşmalıdır.
- 3- Toz ve solüsyon ameliyat sırasında elle karıştırılarak kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
- 4- Yüksek biyokompatibilite özelliği olmalıdır.
- 5- Kulak cerrahisinde kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
- 6- Radyopak olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No: 6610 - Dip. Tes. No: 61753

Yıldırım
Dip.No: 6610 - Dip. Tes. No: 61753

Doç. Dr. Y. İSLAMOĞLU
K.B.B Hastahkari Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip. Tes. No: 176279
Uzm. Tes. No: 115432

T-GROMMET KULAK VENTİLASYON TÜPÜ 1,14 MM (KBB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Materyali silikon olmalıdır. Paket üzerinde yazılı olmalıdır.
- 2- İleri doğru eğilen yumuşak flanşları sayesinde dar insizyon boyunca girişimi ve rahat çıkarılmasına olanak sağlamalıdır
- 3- Flanşları tüpü TM pozisyonunda tutarken aynı zamanda erken ekstrüzyonda oluşabilecek değişimi engellemelidir.
- 4- Ölçüleri iç çapı 1.14mm, flanş çapı 9.0mm, uzunluğu 12.0mm olmalıdır. Paket üzerinde iç çap yazılı olmalıdır.
- 5- EO ile steril edilmiş olmalıdır.
- 6- Rengi yeşil olmalıdır.
- 7- Paket üzerinde son kullanma tarihi, malzeme katalog numarası, adı, üretici firma adı, ürün iç çapı, materyali, LOT numarası, tek kullanımlık olduğu ve CE işareti yazılı olmalıdır.
- 8- Steril tekli paketlerde 5'lik kutularda bulunmalıdır.
- 9- Paket üzerindeki etiket kolayca hasta dosyasına yapıştırmak için kolay çıkarılabilmeli ve nereden çıkarılacağına dair işaret bulunmalıdır.
- 10-Ürün paket içinden rahatlıkla görülebilmelidir. Ürünün paketi, firmanın orijinal ambleminin, adresinin ve bilgilerin basılı olduğu tyvek kağıt olmalıdır.


Prof.Dr. Mehmet Ali BABADENEZ
Ankara Şehir Hst. KES Hn. 10
İdari Sorumlusu
Dip.No:9610 - Dip.Tes. No:61753



Doç. Dr. Yücel İSLAMOĞLU
K.B.B Hastahkallı Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.Tes. No: 116279
Uzm.Tes. No: 115432

SİLİKON DOYLE TİP İNTERNAL NAZAL SPLİNT-L TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Post-op dönemde rahat nefes almayı sağlamak için airwayli olmalıdır.
- 2- Materyali girişim sırasında ve çıkarırken maksimum hasta konforunu sağlamak için tıbbi dereceli silikon olmalıdır. Paket üzerinde materyali yazılı olmalıdır.
- 3- Uç ve yan kısımlarındaki delikler sayesinde rahatça tespit edilebilir.
- 4- Ürünün ölçüleri 7x 0.4x 2 olmalıdır. İstenildiğinde rahatlıkla kesilebilmelidir.
- 5- EO ile steril edilmiş olmalıdır.
- 6- Steril çiftli paketlerde ve 5'lik kutularda bulunmalıdır.
- 7- Ürün üzerinde kanama yapabilecek hiçbir çapak olmamalı, pürüzsüz olmalıdır.
- 8- Ürün paket içinde rahatlıkla görülmeli, ayrı bir zarf içinde olmamalıdır. Ürünün paketi, firmanın orijinal ambleminin, adresinin ve bilgilerin basılı olduğu tyvek kağıt olmalıdır.
- 9- Paket üzerindeki etiket kolayca hasta dosyasına yapıştırmak için kolay çıkarılabilir ve nereden çıkarılacağına dair işaret bulunmalıdır.
- 10-Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, üretici firma adı, LOT numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık olduğu ve CE işareti yazılı olmalıdır.


Prof. Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ
Ankara Şenil Hast. KBB Kliniği
Tıbbi Sorumlusu
Dip.No:5010 - Dip.Tes.No:61753




Doç. Dr. Tunc İSLAMOĞLU
K.B.E Hastahıları Uzmanı
Ankara Şenil Hastanesi
Dip. Tes. No: 176279
Uzm. Tes. No: 115432

YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU 0,5 MM YİVLİ UZUN TOPUZ (KBB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları hastanemizde kullanılan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçlar üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli drill uçları steril ambalajında ve ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır. Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve ürün eğitimi almış kalifiye elemanların sertifikaları olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli drill uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç çeşitlerini ve tek kullanımlık perfaratör uçlarını da içermelidir.
7. Uç başlıkta belirtilen ebat ve şekilde olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADEMİR
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No:06100 Dr.Tes.No:61753

Doç.Dr. Yücel İSLAMOĞLU
Yüksek Devirli Motor
KBB Uzmanı
Dip.No:2003-2003 Dr.Tes.No:140866

Doç. Dr. Yücel İSLAMOĞLU
K.B.G Hastalıkları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.Tes. No: 176279
Uzm.Tes.No: 115432

YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU 1 MM YİVLİ ELMAS UZUN TOPUZ (KBB TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları hastanemizde kullanılan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçlar üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli drill uçları steril ambalajında ve ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır. Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve ürün eğitimi almış kalifiye elemanların sertifikaları olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli drill uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç çeşitlerini ve tek kullanımlık perfaratör uçlarını da içermelidir.
7. Uç başlıkta belirtilen ebat ve şekilde olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADÖMEZ
Ankara Şehir Hast. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No:9610 - Uzm.Tes.No:61753

Doç.Dr. Fatih GÜL
Yıldırım Beyazıt Üni. Ank. Şehir Hast.
KBB ve Baş. Servis Sorumlusu
Dip.No:2004257 - Uzm.Tes.No:115432

Doç. Dr. Yüce İSLAMOĞLU
K.B.B Hastahıkları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.Tes. No: 176279
Uzm.Tes. No: 115432

YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU 2 MM YİVLİ UZUN TOPUZ UÇ (KBB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları hastanemizde kullanılan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçlar üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli drill uçları steril ambalajında ve ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır. Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve ürün eğitimi almış kalifiye elemanların sertifikaları olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli drill uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç çeşitlerini ve tek kullanımlık perfaratör uçlarını da içermelidir.
7. Uç başlıkta belirtilen ebat ve şekilde olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No:9910 - Dip. Tes. No:61753

Doc. Dr. Yücel İSLAMOĞLU
K.B.B Hastalıkları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip. Tes. No: 176279
Uzm. Tes. No: 115432

YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU 2 MM YİVLİ ELMAS TOPUZ UÇ (KBB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları hastanemizde kullanılan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçlar üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli drill uçları steril ambalajında ve ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır. Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve ürün eğitimi almış kalifiye elemanların sertifikaları olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli drill uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç çeşitlerini ve tek kullanımlık perfaratör uçlarını da içermelidir.
7. Uç başlıkta belirtilen ebat ve şekilde olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ
Ankara Şehir Hast. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No:9511 Dıp.Tes.No:61753

Doç.Dr. Fatih ÇETİNER
Yıldırım Beyazıt Hast. KBB ve Baş Boyun
Dip.No:2008-2508 Dıp.Tes.No:114033

Doç.Dr. Hüseyin İSLAMOĞLU
K.B.E Hastalıkları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.Tes. No: 176279
Uzm.Tes. No: 115432

YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU 2.5 MM YİVLİ TOPUZ UÇ (KBB)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları hastanemizde kullanılan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçlar üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli drill uçları steril ambalajında ve ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır. Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve ürün eğitimi almış kalifiye elemanların sertifikaları olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli drill uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç çeşitlerini ve tek kullanımlık perfaratör uçlarını da içermelidir.
7. Uç başlıkta belirtilen ebat ve şekilde olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No: 0610 - Dip. Tes.No: 01753

Doç. Dr. Yüce İSLAMOĞLU
K.B.B Hastahalları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip. Tes. No: 176279
Uzm. Tes. No: 115432

Doç.Dr. Fethi ÇELİK
Yıldırım Beğazili Hastahalları Uzmanı
KBB ve Baş Boyun Cerrahisi
Dip.No:2008-2508 Dip.Tes.No:140000

YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU 3 MM YİVLİ TOPUZ UÇ (KBB TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları hastanemizde kullanılan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçlar üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli drill uçları steril ambalajında ve ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır. Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve ürün eğitimi almış kalifiye elemanların sertifikaları olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli drill uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç çeşitlerini ve tek kullanımlık perfaratör uçlarını da içermelidir.
7. Uç başlıkta belirtilen ebat ve şekilde olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No.9610 - Dip. Tes.No.61763

Doç.Dr. E. Yildırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt Dr. Anest. Uzm. Dr.
KBB ve Baş Boyun Cerr. Uzm. Dr.
Dip.No:2006-2539 Dip. Tes.No:140866

Doç. Dr. Yücel İSLAMOĞLU
K.B.B Hastalıkları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip. Tes. No: 176179
Uzm. Tes. No: 115432

YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU 3 MM YİVLİ ELMAS TOPUZ UÇ (KBB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları hastanemizde kullanılan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçlar üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli drill uçları steril ambalajında ve ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır. Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve ürün eğitimi almış kalifiye elemanların sertifikaları olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli drill uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç çeşitlerini ve tek kullanımlık perfaratör uçlarını da içermelidir.
7. Uç başlıkta belirtilen ebat ve şekilde olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No.9610 - Dip.Tes.No:81753

Doç.Dr. Fatih GÜL
Yıldırım Beyazıt Üni. Ank. Şehir Hst.
KBB ve Baş Boyun Hastalıkları
Dip.No:2007/21342, 21343, 21344

Doç. Dr. Yücel İSLAMOĞLU
K.B.B Hastalıkları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip. Tes. No: 176279
Uzm. Tes. No: 115432

YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU 3 MM TOPUZ UÇ (KBB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları hastanemizde kullanılan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçlar üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli drill uçları steril ambalajında ve ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır. Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve ürün eğitimi almış kalifiye elemanların sertifikaları olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli drill uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç çeşitlerini ve tek kullanımlık perfaratör uçlarını da içermelidir.
7. Uç başlıkta belirtilen ebat ve şekilde olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No.9610 - Dip.Tes.No: 1753



Doç. Dr. Y. İsmail İSLAMOĞLU
K.B.B Hastalıkları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip. Tes. No: 176279
Uzm. Tes. No: 115432



YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU 4 MM TOPUZ UÇ (KBB)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları hastanemizde kullanılan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçlar üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli drill uçları steril ambalajında ve ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır. Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve ürün eğitimi almış kalifiye elemanların sertifikaları olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli drill uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç çeşitlerini ve tek kullanımlık perfaratör uçlarını da içermelidir.
7. Uç başlıkta belirtilen ebat ve şekilde olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No:9616 - Dip.Tes.No:11753

Doç.Dr. Fatih GÜL
Yıldırım Beyazıt Üni. Ankara Şehir Hst.
KBB ve Baş Boyun Cerrahisi
Dip.No:2002-2508 Dip.Tes. No:140866

Doç. Dr. Yücel İSLAMOĞLU
K.B.B Hastahane Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.Tes. No: 176279
Uzm.Tes. No: 115432

YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU 5 MM TOPUZ UÇ (KBB)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları hastanemizde kullanılan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçlar üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli drill uçları steril ambalajında ve ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır. Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve ürün eğitimi almış kalifiye elemanların sertifikaları olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli drill uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç çeşitlerini ve tek kullanımlık perfaratör uçlarını da içermelidir.
7. Uç başlıkta belirtilen ebat ve şekilde olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADEMEZ
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No:9670 - Elm. Tes. No: 61753

Doç.Dr. Yücel İSLAMOĞLU
Yüksek Devirli Elektrikli Drill Ucu
KBB ve Baş Ucu Uzmanı
Dip.No:2003-2022 Elm. Tes. No:140868

Doç. Dr. Yücel İSLAMOĞLU
K.B.B Hastalıkları Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip. Tes. No: 76279
Uzm. Tes. No: 415432

YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU 5 MM ELMAS TOPUZ UÇ (KBB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları hastanemizde kullanılan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçlar üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli drill uçları steril ambalajında ve ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır. Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve ürün eğitimi almış kalifiye elemanların sertifikaları olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli drill uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç çeşitlerini ve tek kullanımlık perfaratör uçlarını da içermelidir.
7. Uç başlıkta belirtilen ebat ve şekilde olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADİMEZ
Ankara Şehir Hst. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No:9410 Dip.Tes.No:61753

Doç.Dr. Fatih ÇELİK
Yıldırım Beyazıt Üni. Hst. Şehir Hst.
KBB ve Baş Boyun Cerrahisi
Dip.No:2008-2808 Dip.Tes.No:140866

Doç. Dr. Yücel İSLAMOĞLU
K.B.B Hastahane / Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.Tes. No: 175279
Uzm.Tes. No: 145432

YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU 6 MM TOPUZ UÇ (KBB)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları hastanemizde kullanılan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçlar üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli drill uçları steril ambalajında ve ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır. Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi ve ürün eğitimi almış kalifiye elemanların sertifikaları olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli drill uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları; delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç çeşitlerini ve tek kullanımlık perfaratör uçlarını da içermelidir.
7. Uç başlıkta belirtilen ebat ve şekilde olmalıdır.

Prof.Dr. Mehmet Ali BABADENİZ
Ankara Şehir Hast. KBB Kliniği
İdari Sorumlusu
Dip.No.9610 - Uzm.Tes.No:61753

Doç.Dr. Yüce İSLAMOĞLU
K.B.B Hastahkleri Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.Tes. No: 176279
Uzm.Tes. No: 115432

Doç.Dr. Yüce İSLAMOĞLU
K.B.B Hastahkleri Uzmanı
Ankara Şehir Hastanesi
Dip.Tes. No: 176279
Uzm.Tes. No: 115432