ANTERİOR VİTREKTOMİ PROBU ŞARTNAMESİ

1.Centuruon Vision System fako cihazı ile birebir uyumlu olmalıdır.

2. Prob özel olarak imal edilmiş dayanıklı plastik bir kutu içerisinde ve steril olarak hazır bulunmalıdır.

3. Probun steril kutusunun üzerinde üreticisi , üretim ve son kullanma tarihleri lot numarası ve sterilizasyon edildiği teknik bulunmalıdır

4. Prob paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır ve 23Ga kesiden geçebilecek lumen genişliğine sahip olmalıdır.

5. Probun kesim hızının yüksek hızlarda bile gerçek değerini koruyabilmesi için prob içinde yaylı kesim mekanizması sistemi değil birbirinden bağımsız hava kanalları olmalıdır.

6. Prob 4000 kesi / dakika kesim hızına ulaşabilmelidir. Giyotin probun ucundaki kesim yerini anlayabilmek amacıyla probun elle tutulan yerinde bunu işaret eden işaret bulunmalıdır.

7. Prob bi-manuel ön vitrektomi yapabilme imkanı sağlamalıdır. Bunun için steril paket içinde irrigasyon için 23 GA irrigasyon kanülü de bulunmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Tuğ AKCAN
Yıldırım Beyazıt Üni. Tıp Fak.
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 10[illegible]-128375

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
GÖZ HASTALIKLARI
Op.Dr. [illegible] Ercahçıcı Timur
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 145879

VİTRORETİNAL KAVRAMA FORSEPSİ 27G (MAXGRİP) ŞARTNAMESİ

1. Forseps 27Gauge Vitrektomi Tekniklerinde Kullanılmak Üzere, Peelıng Ve Ağır Membran Tutma İşlemleri İçin Dizayn Edilmiş Olmalıdır.
2. Forceps Ucu Fibros Veya Yapışık Dokuları Tutmak mikro dokulu geniş tutuş yüzeyine sahip Olmalıdır.
3. Tutma Gücü 27 Gauge için yaklaşık 40 gram olmalıdır.
4. Künt (hafifçe yuvarlatılmış) uç tasarımana sahip olmalıdır.
5. Forseps Elciği Ve Tipi Tek Kullanımlık Ve Monoblok Yapıda Olmalıdır.
6. Forseps Tek Kullanımlık Steril Ambalajda Olmalı, Ambalaj Üzerinde Son Kullama Tarihi Ve Kolay Açılabilmesi İçin Açılış Yerini Belirten Bir İşaret Olmalıdır.
7. Forseps Elciği Üzerinde En Az 20 Adet Eklemli Koldan Oluşan, 360° De Simetrik Bir Şekilde Konumlandırılmış Ve 360° De Tam Bir Kontrol Ve Kullanıma İmkan Veren Aktivasyon Platformuna Sahip Olamalıdır. Bu Sistem Hekime Göz İçinde Tipi, Sadece Elciği Çevirerek (Sıkıştırma Ve / Veya Karşı Kuvvet Oluşturma Presibi İle Çalışan Diğer Elcik Sistemlerinden Farklı Olarak Tipe Tekrar Pozisyon Vermeye Gerek Kalmadan) Tam Olarak Kontrol Edebilme İmkanı Vermelidir. Ya da forseps Elciği ile kullanıma uygun dizayn yapıda olmalıdır.
8. Dokuyu tutma işlevinde amaca hizmet edebilmeli işlem esnasında göze zarar vermemelidir.

3

PUNKTUM FİXASYONLU ENTÜBASYON SETİ(STENTLİMİNİMONOKO) ŞARTNAMESİ

1. Kanalikül yaralanmalarında lacrimal kesilerde kullanılmak üzere imal edilmiş olmalı.
2. Ürün silicon tüp, punktum tıkacı ve introdüser ile tek bir üniteden oluşmalıdır.
3. 30,35 ve 40 mm uzunluğunda 3 boyu olmalıdır.
4. Ürünle birlikte sizer set verilmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Tuba AKÇAM
Yıldırım Beyazıt Üni. Tıp Fak.
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 100581-128375

4

BİPOLAR ELEKTRO KOTER KABLOSU ŞARTNAMESİ

1. Alcon marka VİTREKTOMİ VE FAKO CİHAZLARINA UYUMLU OLMALIDIR.
2. Kablo uzunluğu 3 metrelik bipolar kablo olmalıdır.
3. Klinikte kullanılan Bipolar forcepsler ile kullanıabilmelidir.
4. Üzerinde lot numarası ve markası kesinlikle olmalıdır.
5. Teklif veren firmaların ürünlerinin orijinal kataloglarını ve her ebattan bir adet numuneyi birime sunmalıdır.
6. Her ürünün UTS kodu olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Tuba AKÇAM
Yıldırım Beyazıt Üni. T...
Göz Hastalıkları Anabili...
Dip. Tes. No: 100581-128375

...A ŞEHİR HASTANESİ
...KLARI
...Timur
...

5 – 61 Kalemlerin Teknik Şartnamesi

KATLANABİLIR TEK PARÇA HİDROFOBİK ASFERİK/SFERİK GÖZ İÇİ LENSİ (İNTRAOKÜLER) ŞARTNAMESİ

1. Optik ve haptik şeffaf hidrofobik akrilik yapıda olmalıdır.
2. Lensin su içeriği %1 in altında olmalıdır.Sıvı doldurulmuş flakonlar içerisinde olmamalıdır.
3. Lens monoblok olmalıdır.
4. Lensin refraktif indeksi 1,55 (±0,1) olmalıdır.
5. Haptik mesafe 13 mm (±0,5) mm olmalıdır.
6. Optik çapı 6 mm olmalıdır.
7. Optik katlanabilir özellikte olmalıdır.
8. Optik bikonveks olmalıdır.
9. Optik kenarları arka kapsül kesafet gelişimini engellemek için keskin kenarlı olmalıdır.
10. Ultraviyole koruyucu olmalıdır.
11. Optik haptik düzlemi arasında açı olmamalıdır
12. A sabiti 118-118,8 arasında olmalıdır.
13. Lensin diyoptri aralığı +6/+30 arasında 0,5 aralıklarla olmalıdır.
14. Lens enjektörle göz içine verilebilmeli 2.8 (±0,3) mm'lik tünel kesisinden geçebilecek özellikte olmalıdır.
15. Her lensle birlikte 1 adet kartuş verilecektir. Klinik isteğine göre % 10 kartuş ekstradan bedelsiz verilebilmelidir.
16. Ürünler ihtiyaca göre partiler halinde teslim alınacaktır.
17. Teslim tarihi itibarı ile ürünün miadı asgari 2 (iki) yıl olmalıdır.
18. Kullanıma hazır orijinal ambalajında tekli paketlerde olmalı ve paketler üzerinde orijinal olarak ürünün sterilizasyon, üretim son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.

21.UBB Kodu olmalıdır.

22.Ürün teslimi sırasında ve daha sonra dioptri aralığı ihtiyaca göre değiştirilebilir.

23.İhtiyaç olması durumunda aynı markaya ait üç parçalı lensler ile değişim istenecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Tuba AKÇAY
Yıldırım Beyazıt Üni. Tıp Fak.
Göz Hastalıkları Anabilim D...
Dip. T... 1-128375

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ