

NAYLON TORBA
KİLİTLİ POŞET (7*9) ŞARTNAMESİ

Gülgün ALTINOK
Eczacı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi

1

1. Poşet 7*9 cm boyutlarında olmalıdır.
2. Kilitli Poşet şeffaf renkte ve plastikten olmalıdır.
3. Boya, Kanserojen madde içermemeli.
4. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalıdır. Üretim hataları içermemelidir.
5. İlaç ile etkileşime girmemelidir.
6. Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
7. Ürünler 100 lük, 200 lük ve 300 lük gibi sayılabilecek ambalajlarda teslim edilmelidir.
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Gülgün ALTINOK
Eczacı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi

Ecz. Gülseli YILMAZ
Ankara Şehir Hastanesi
Sicil No: ECZ717

Hicri GÖKAY
Eczacı
Ankara Şehir Hastanesi
Sicil No: ECZ338
01.01.2020

2
**NAYLON TORBA
KİLİTLİ POŞET (50*70) ŞARTNAMESİ**

1. Poşet 50*70 cm boyutlarında olmalıdır.
2. Kilitli Poşet şeffaf renkte ve plastikten olmalıdır.
3. Boya, Kanserojen madde içermemeli.
4. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalıdır. Üretim hataları içermemelidir.
5. İlaç ile etkileşime girmemelidir.
6. Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
7. Ürünler 100 lük, 200 lük ve 300 lük gibi sayılabilecek ambalajlarda teslim edilmelidir.
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

3
KİLİTLİ POŞET (26*35) ŞARTNAMESİ

1. Poşet 26*35 cm boyutlarında olmalıdır.
2. Kilitli Poşet şeffaf renkte ve plastikten olmalıdır.
3. Boya, Kanserojen madde içermemeli.
4. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalıdır. Üretim hataları içermemelidir.
5. İlaç ile etkileşime girmemelidir.
6. Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
7. Ürünler 100 lük, 200 lük ve 300 lük gibi sayılabilecek ambalajlarda teslim edilmelidir.
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

4
KİLİTLİ POŞET (11*14) ŞARTNAMESİ

1. Poşet 11*14 cm boyutlarında olmalıdır.
2. Kilitli Poşet şeffaf renkte ve plastikten olmalıdır.
3. Boya, Kanserojen madde içermemeli.
4. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalıdır. Üretim hataları içermemelidir.
5. İlaç ile etkileşime girmemelidir.
6. Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
7. Ürünler 100 lük, 200 lük ve 300 lük gibi sayılabilecek ambalajlarda teslim edilmelidir.
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

5

TEKNİK ŞARTNAME
ERİŞKİN PALYATİF BAKIM MERKEZİ
HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI

1. Ebat çalışma kitabı boyutunda 15,0 cm x 21,0 cm olmalıdır.
2. El kitabı kapağı 350 gr kuşe olmalıdır.
3. Kapakta selefion olmalıdır.
4. İç sayfalar 150 gr parlak kuşe kağıda basılı olmalıdır.
5. Tasarım firmaya aittir.
6. 250' şer adet paketlenmelidir.
7. Tasarımda sınırsız revize hakkı bulunmaktadır.
8. 4 renk trigromi baskı yapılacaktır.
9. Sayfalar dikişli ve tutkallı olmalıdır.
10. Renkleri net ve okunaklı olmalıdır.
11. Tasarım bittikten sonra örnek kitapçık yapılıp teslim edilecektir.
12. Teslim edilen örneğe birebir uyacak şekilde basımı yapılmalıdır.
13. Teklif verecek olan yüklenici numune getirerek ilgili servisten uygunluk almalıdır.
14. ISBN numarası basım yapacak yetkili firma tarafından alınmalıdır.

PALYATİF BAKIM MERKEZİ
Sorumlu Hemşire
AZU AY TEKİN
Sicil No: H131375

Prof. Dr. Kadriye KAHVECİ
Ankara Şehir Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No: 61507

Doç. Dr. Çhan DÖĞER
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uz.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara Şehir Hastanesi
Tıp Tsd: 216460 - Uz. Tsd: 73287

ÇOCUK ŞAMPUANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yeni doğan bebeklerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sık kullanımda cildi tahriş etmemelidir.
3. PH değeri nötr olmalıdır.
4. Göz yakmama özelliği olmalıdır.
5. SLS-SLES –PARABEN- SABUN içermemelidir.
6. Şampuan ağırlığı en az 750 ml. en çok 1000 ml. olmalıdır.
7. Teslim edilen malzemenin, depoya teslim edildiği tarihte raf ömürlerinin en az üçte ikisi kalmış olmalıdır.
8. Depoya teslim edilen malzemeler firmaya 1 (bir) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun mitalılarla değiştirilecektir.
9. Orijinal etiket üzerinde imalatçı firmanın ticari adı, markası, ürünün numarası, lot veya barkod numarası, son kullanma tarihi gibi bilgiler dış ambalaj üzerinde (tek ambalaj ise bunun üzerinde) olmalıdır.
10. Ürünler kolayca depolanabilecek, taşınabilecek sayılabilecek dayanıklı ve sağlam ambalajlar içinde teslim edilecektir.
11. Alımı yapılan ürünlerde seri hata çıkması halinde o seriye ait ürünlerin tamamı yeni ürünle değiştirilmelidir.
12. Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış olmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
ÇOCUK HASTANESİ
Neslihan Karaman
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
ÇOCUK HASTANESİ
Zeynep Akden Akar
Sağlık Bakım Hizmetleri
Sağlık Bakım Hizmetleri

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
ÇOCUK HASTANESİ
Dip. Tes. No: 221389-1/11