

## İLAC KUTUSU (ÇEKMECELİ) BÜYÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İlaç çekmeceleri kaliteli sert plastikten imal edilmelidir.
2. İlaç çekmeceleri kızıaklı ve birbiri ile uyumlu olmalı, kızıakları sayesinde yan yana sırt sırta takılabilmelidir.
3. İlaç çekmecelerinin iç ebatları 260mm x 340mm x 150mm (+2mm) olmalıdır.
4. İlaç çekmeceleri kolaylıkla çekilebilmesi için ön tarafında çekme kulpları olmalıdır.
5. Kutu içerisindeki plastik çekmeceler şeffaf olmalı, dış renk çeşitliliği ve sayıları idare tarafından belirlenecektir.
6. İlaç çekmecelerinin içerisinde kırık teslim edilmiş olanlar değiştirilmeli ve firma bunu taahhüt etmelidir.
7. İlaç çekmecelerinin ön tarafına yazı yazılabilmelidir.
8. İlaç kutularıyla beraber her bir tane için 3 (üç) adet iç bölme verilmelidir.
9. İlaç çekmeceleri numunesi üzerinden değerlendirilecektir.

Ayşe GÜLKAN  
Ankara Şehir Hastanesi  
Sağlık Bakım Hizmetleri  
Müdürü

Aysel ACAR  
Sağlık Bakanlığı  
Ankara Şehir Hastanesi  
Kalp Damar Hastanesi  
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ  
KALP DAMAR HASTANESİ  
Genel Hastane  
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Ayşe Gülcay  
Sağlık Bakanlığı  
Ankara Şehir Hastanesi  
Genel Hastane  
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ  
ONKOLOJİ HASTANESİ  
Sağlık Bakım Hizmetleri  
Müdürü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ  
Fzt. Çiğdem TAN  
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  
Hastanesi Sağlık ve Bakım  
Hizmetleri Müdürü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ  
ÇOCUK HASTANESİ  
Neslihan KAYDEMİR  
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü