PLATELETTEN ZENGİN PLASMA (PRP) SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.Set içerisinde hastadan kan alınması ve tekrar enjeksiyon yapılmasını sağlayacak 5 ml ve 20 ml'lik enjektörler, prp kiti, kan alma iğnesi ve turnike bulunmalıdır.

2.Hiçbir ekstra malzemeye gerek duyulmaksızın set ile alınan örnek ürün elde edilerek enjekte edilmesine yönelik tek kullanımlık ve steril ambalajlarda olmalıdır.

3.Kanın enjektör içerisinde pıhtılaşmasını engelleyecek antikoagülan setin içerisinde bulunmalıdır.

4.Platelet seperasyonu için özel kit setin içerisinde bulunmalıdır.

5.Uygulama ve bekleme süreleri oda ısısında gerçekleştirilmelidir.

6.Setlerle birlikte sisteme ait özel santrifüj cihazı kullanım için üniteye bırakılmalı ve yüklenici değişmediği sürece ünitede kalmalı, üretim ve mevzuat direktifleri doğrultusunda kalibrasyonları yüklenici tarafından ünitedeki hizmet aksatılmadan yaptırılmalı ve belgelenmeli, cihazın işlevselliğinde sıkıntı görülmesi halinde 24 saat içinde değiştirilmelidir.

7.Tüp içerisinde plateletten zengin plazmayı (PRP) ve plateletten fakir plazmayı (PPP) ayrıştıran mekanizma bulunmalı, tüpten tahliyeleri farklı kanallardan gerçekleşmelidir.

8.Sistemin %90 platelet geri kazanımı sağladığı yayınlarla kanıtlanmalıdır.

9.Sistem 20ml'lik kit içinde 18 ml kandan en az 2 ml platelet kazanımı gerçekleştirmelidir.

10.PRP içinde iyileşme mekanizmasını hızlandırması için beyaz kan hücreleri de uygulanacak plazma da bulunmalıdır.

11.Setler ve kit en az üç yıl oda ısısında raf ömrüne sahip olmalıdır.

12.Tüm ürünlerin UBB kayıtları bulunmalıdır.

13.Tüm sistemin CE belgesine sahip olması gerekmektedir

14.Numuneler ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında arızalı olması ya da beklenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi ya da iadesi istendiğinde yüklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yüklenici tarafından son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünlerin ücretsiz değişimi sağlanacaktır. Bu madde kapsamında ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu en kısa sürede yerine getirecek olup bu madde hükmü, satın alınan malzeme stoklarımızdan sıfırlanıncaya kadar sürdürülür ve iade/değişimin her yönlü taşıma masrafı yüklenici tarafından karşılanır.

2.3,4.5.6,7

OZON TEDAVİSİ SARF MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAKUM SİTRATLI OZON KAN ŞİŞESİ 250 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
2-Nötr camdan mamul olmalıdır.
3-Şişe içinde en az 500 mBar vakum olmalıdır.
4-12 ml 3.13 lük Sodyum Sitrat çözeltisi içermelidir.
5-Şişe hacmi en az 250 ml olmalıdır.
6-Kan Tedavileri için üretilmiş ve steril olmalıdır.
7-Her şişe için 1(bir) adet olmak üzere şişeye uyumlu ve tek kullanımlık plastik şişe askısı bulunmalıdır.
8- Numuneler ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında arızalı olması ya da beklenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi ya da iadesi istendiğinde yüklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yüklenici tarafından son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünlerin ücretsiz değişimi sağlanacaktır. Bu madde kapsamında ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu en kısa sürede yerine getirecek olup bu madde hükmü, satın alınan malzeme stoklarımızdan sıfırlanıncaya kadar sürdürülür ve iade/değişimin her yönlü taşıma masrafı yüklenici tarafından karşılanır.

TRANSFÜZYON SETİ OZON TEDAVİSİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
2-Kan Alma-Verme seti olarak imal edilmiş olmalıdır.
3-Set içinde bütünleşik kan filtresi içermelidir. Ayrıca hortum üzerinde Roller – Klemp (Akış kontrolü sağlayan açma kapama yapabilen düzenek) bulunmalıdır.
4-Vakuma dayanıklı olmalıdır. Vakum altında filtre ve hortum büzülmemelidir.
5-Bir ucunda " spike " olarak adlandırılan, paslanmaz çelikten mamul, minik bir bıçak içermelidir.
6-Ozon Kan Tedavisi için üretilmiş, steril ve ozona dirençli malzemeden olmalıdır.
7- Numuneler ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında arızalı olması ya da beklenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi ya da iadesi istendiğinde yüklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yüklenici tarafından son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünlerin ücretsiz değişimi sağlanacaktır. Bu madde kapsamında ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu en kısa sürede yerine getirecek olup bu madde hükmü, satın alınan malzeme stoklarımızdan sıfırlanıncaya kadar sürdürülür ve iade/değişimin her yönlü taşıma masrafı yüklenici tarafından karşılanır.

BAKTERİ FİLTRESİ OZON TEDAVİSİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
2-Ozon Tedavisi için ozona dirençli malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3-Uzunluğu 20 ile 50 cm arasında olmalıdır.
4-Steril olmalıdır.
5-Bütünleşik 22 mikronluk hidrofobik filtre içermelidir.
6-Bir ucunda luer - lock erkek uç olmalıdır.
7- Numuneler ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında arızalı olması ya da beklenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi ya da iadesi istendiğinde yüklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yüklenici tarafından son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünlerin ücretsiz değişimi sağlanacaktır. Bu madde kapsamında ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu en kısa sürede yerine getirecek olup bu madde hükmü, satın alınan malzeme stoklarımızdan sıfırlanıncaya kadar sürdürülür ve iade/değişimin her yönlü taşıma masrafı yüklenici tarafından karşılanır.

LUER LOCK KONNEKTÖR KELEBEK SET NO:19 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
2-19 Gauge olmalıdır.
3-Tüm elemanları ve hortumu ozona dirençli malzemeden, tercihen silikondan mamul olmalıdır.
4-İğnenin keskin ucu 3 açılı olmalıdır. Diğer ucu enjektör bağlantısına uygun olmalıdır.
5-Çeperi inceltilmiş ve lümen çapı kanın kolay geçişine uygun olmalıdır.

OZON ENJEKTÖRÜ 50 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
2-Lateks içermemelidir.
3-Ozona dirençli olmalıdır. Tercihen iç yüzeyi silikonize edilmiş olmalıdır.
4-Ucu çam uç denilen katater bağlantısına uygun olmalıdır.

KAN SAFLAŞTIRMA İÇİN TÜP SİTRAT SETİ (SODYUM SİTRAT AMPUL) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu UBB sisteminde kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
2- Sodyum Sitrat çözeltisi 3,13 oranında suda Sodyum Sitrat çözeltisi içermelidir.
3-10 ml lik steril cam ampul halinde olmalıdır.
4- Numuneler ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında arızalı olması ya da beklenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi ya da iadesi istendiğinde yüklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yüklenici tarafından son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünlerin ücretsiz değişimi sağlanacaktır. Bu madde kapsamında ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu en kısa sürede yerine getirecek olup bu madde hükmü, satın alınan malzeme stoklarımızdan sıfırlanıncaya kadar sürdürülür ve iade/değişimin her yönlü taşıma masrafı yüklenici tarafından karşılanır.

8, 9, 10, 11

AKUPUNKTUR İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

AKUPUNKTUR İĞNESİ (VÜCUT İÇİN ÇELİK TÜPLÜ) (0,13x25mm)

1.İğnelerin her biri tek tek steril paketinde olmalıdır.
2.Paketlerin üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri yazılmış olmalıdır.
3.Kutu üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri bulunmalıdır.
4.Akupunktur iğneleri 200 adet ambalajlarda steril olarak verilmelidir.
5.İğne ölçüsü 0,13x0,25mm ölçüsünde olmalıdır.
6-Numuneler ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında arızalı olması ya da beklenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi ya da iadesi istendiğinde yüklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yüklenici tarafından son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünlerin ücretsiz değişimi sağlanacaktır. Bu madde kapsamında ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu en kısa sürede yerine getirecek olup bu madde hükmü, satın alınan malzeme stoklarımızdan sıfırlanıncaya kadar sürdürülür ve iade/değişimin her yönlü taşıma masrafı yüklenici tarafından karşılanır.

AKUPUNKTUR İĞNESİ (VÜCUT İÇİN ÇELİK TÜPLÜ) (0,25x25mm)

1.İğnelerin her biri tek tek steril paketinde olmalıdır.
2.Paketlerin üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri yazılmış olmalıdır.
3.Kutu üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri bulunmalıdır.
4.Akupunktur iğneleri 200 adet ambalajlarda steril olarak verilmelidir.
5.İğne ölçüsü 0,25x25mm olmalıdır.
6- Numuneler ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında arızalı olması ya da beklenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi ya da iadesi istendiğinde yüklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yüklenici tarafından son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünlerin ücretsiz değişimi sağlanacaktır. Bu madde kapsamında ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu en kısa sürede yerine getirecek olup bu madde hükmü, satın alınan malzeme stoklarımızdan sıfırlanıncaya kadar sürdürülür ve iade/değişimin her yönlü taşıma masrafı yüklenici tarafından karşılanır.

AKUPUNKTUR İĞNESİ (VÜCUT İÇİN ÇELİK TÜPLÜ) (0,30x40mm)

1.İğneler tek tek steril pakette olmalıdır.
2.Her bir iğne steril paketi içinde tüplü olarak kağıt ambalajı olmalıdır.
3.Paketlerin üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri yazılmış olmalıdır.
4.İğneler 200 adet kutularda steril olarak verilmelidir.
5.İğne ölçüsü (0,30x40mm) olmalıdır.
6- Numuneler ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında arızalı olması ya da beklenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi ya da iadesi istendiğinde yüklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yüklenici tarafından son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünlerin ücretsiz değişimi sağlanacaktır. Bu madde kapsamında ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu en kısa sürede yerine getirecek olup bu madde hükmü, satın alınan malzeme stoklarımızdan sıfırlanıncaya kadar sürdürülür ve iade/değişimin her yönlü taşıma masrafı yüklenici tarafından karşılanır.

AKUPUNKTUR İĞNESİ (VÜCUT İÇİN ÇELİK TÜPLÜ) (0,30x60mm)

1.İğneler tek tek steril pakette olmalıdır.
2.Her bir iğne steril paketi içinde tüplü olarak kağıt ambalajı olmalıdır.
3.Paketlerin üzerinde SKT ve İğne Ölçüleri yazılmış olmalıdır.
4.İğneler 200 adet kutularda steril olarak verilmelidir.
5.İğne ölçüsü (0,30x60mm) olmalıdır.
6- Numuneler ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında arızalı olması ya da beklenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi ya da iadesi istendiğinde yüklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yüklenici tarafından son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünlerin ücretsiz değişimi sağlanacaktır. Bu madde kapsamında ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu en kısa sürede yerine getirecek olup bu madde hükmü, satın alınan malzeme stoklarımızdan sıfırlanıncaya kadar sürdürülür ve iade/değişimin her yönlü taşıma masrafı yüklenici tarafından karşılanır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Prof. Dr. Müyesser ARAS
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dip.Tes.No: 85283

12, 13, 14

KUPATEDAVİSİ (HACAMAT) KUPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

5 CM HACAMAT KUPASI

1-Kupa, kantaron yağı ve pad yerli üretim olmalıdır.
2-Kupa, kupa uygulamalarına uygun, dıştan-dışa 5cm ebatında, tek kullanımlık olmalı, üzerinde marka ve numarası bulunmalıdır.
3-Ana gövde sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Düşmelerde kırılma-çatlama olmayan bir sağlamlıkta olmalıdır.
4-Kupanın cilde temas eden ağız kısmı cilde uyum sağlayacak şekilde cidarda biraz daha kalın, düz ve pürüzsüz şekilde yapılmış olmalı ve cilt üzerinde kaydırıldığında cilde zarar ve ağrı vermemelidir.
5-Kupanın tepesinde içindeki havayı çekerek vakum uygulanabilecek şekilde renkli bir sübap bulunmalıdır. Süpab yerleşim yeri yüzüklü olmalı, sübap üzerinde gerektiğinde vakumu boşaltabilecek veya azaltabilecek şekilde mekanizma bulunmalı, işlem sırasında sübap yüzük bölümünden bir zorlama olmadan ayrılmamalı ve kan sızdırmamalıdır.
6-Kupa, vakum oranı ayarlanarak; iki çekim, üç çekim gibi standart uygulama imkanı olmalıdır. Kupayı vücuttan ayırmadan, vakum artırma imkanı olmalı ve küçük (iki parmak) ve büyük (4 parmak) vakum el pompalarına uyumlu olmalıdır.
7-Her 200 (ikiyüz) kupa ile beraber 1 (bir) adet büyük ebatlı (4 parmak) vakum el pompası verilmelidir.
8-Her 1000 (bin) kupa için 1 litre (1000ml tek ambalajında veya 200 ml üzeri daha büyük ambalajlara bölünmüş te olabilir) kantaron yağı verilmelidir. Kantaron yağı üzerinde üretim yeri ve son kullanım tarihi yazılı olan kapalı ambalajı içinde olmalıdır.
9-Her 1(bir) kupa ile beraber işlem bölgesini kapatacak boyutlarda 1 (bir) adet non-alerjik padli yara kapama flasteri verilmelidir.
10-Numuneler ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında arızalı olması ya da beklenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi ya da iadesi istendiğinde yüklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yüklenici tarafından son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünlerin ücretsiz değişimi sağlanacaktır. Bu madde kapsamında ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu en kısa sürede yerine getirecek olup bu madde hükmü, satın alınan malzeme stoklarımızdan sıfırlanıncaya kadar sürdürülür ve iade/değişimin her yönlü taşıma masrafı yüklenici tarafından karşılanır.

6 CM HACAMAT KUPASI

1-Kupa, kantaron yağı ve pad yerli üretim olmalıdır.
2-Kupa, kupa uygulamalarına uygun, dıştan-dışa 6cm ebatında, tek kullanımlık olmalı, üzerinde marka ve numarası bulunmalıdır.
3-Ana gövde sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Düşmelerde kırılma-çatlama olmayan bir sağlamlıkta olmalıdır.
4- Kupanın cilde temas eden ağız kısmı cilde uyum sağlayacak şekilde cidarda biraz daha kalın, düz ve pürüzsüz şekilde yapılmış olmalı ve cilt üzerinde kaydırıldığında cilde zarar ve ağrı vermemelidir.
5-Kupanın tepesinde içindeki havayı çekerek vakum uygulanabilecek şekilde renkli bir sübap bulunmalıdır. Süpab yerleşim yeri yüzüklü olmalı, sübap üzerinde gerektiğinde vakumu boşaltabilecek veya azaltabilecek şekilde mekanizma bulunmalı, işlem sırasında sübap yüzük bölümünden bir zorlama olmadan ayrılmamalı ve kan sızdırmamalıdır.
6-Kupa, vakum oranı ayarlanarak; iki çekim, üç çekim gibi standart uygulama imkanı olmalıdır. Kupayı vücuttan ayırmadan, vakum artırma imkanı olmalı ve küçük (iki parmak) ve büyük (4 parmak) vakum el pompalarına uyumlu olmalıdır.
7-Her 200 (ikiyüz) kupa ile beraber 1 (bir) adet büyük ebatlı (4 parmak) vakum el pompası verilmelidir.
8-Her 1000 (bin) kupa için 1 litre (1000ml tek ambalajında veya 200 ml üzeri daha büyük ambalajlara bölünmüş te olabilir) kantaron yağı verilmelidir. Kantaron yağı üzerinde üretim yeri ve son kullanım tarihi yazılı olan kapalı ambalajı içinde olmalıdır.
9-Her 1(bir) kupa ile beraber işlem bölgesini kapatacak boyutlarda 1 (bir) adet non-alerjik padli yara kapama flasteri verilmelidir.
10-Numuneler ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında arızalı olması ya da beklenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi ya da iadesi istendiğinde yüklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yüklenici tarafından son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünlerin ücretsiz değişimi sağlanacaktır. Bu madde kapsamında ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu en kısa sürede yerine getirecek olup bu madde hükmü, satın alınan malzeme stoklarımızdan sıfırlanıncaya kadar sürdürülür ve iade/değişimin her yönlü taşıma masrafı yüklenici tarafından karşılanır.

7 CM HACAMAT KUPASI

1-Kupa, kantaron yağı ve pad yerli üretim olmalıdır.
2-Kupa, kupa uygulamalarına uygun, dıştan-dışa 7cm ebatında, tek kullanımlık olmalı, üzerinde marka ve numarası bulunmalıdır.
3-Ana gövde sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Düşmelerde kırılma-çatlama olmayan bir sağlamlıkta olmalıdır.
4- Kupanın cilde temas eden ağız kısmı cilde uyum sağlayacak şekilde cidarda biraz daha kalın, düz ve pürüzsüz şekilde yapılmış olmalı ve cilt üzerinde kaydırıldığında cilde zarar ve ağrı vermemelidir.
5-Kupanın tepesinde içindeki havayı çekerek vakum uygulanabilecek şekilde renkli bir sübap bulunmalıdır. Süpab yerleşim yeri yüzüklü olmalı, sübap üzerinde gerektiğinde vakumu boşaltabilecek veya azaltabilecek şekilde mekanizma bulunmalı, işlem sırasında sübap yüzük bölümünden bir zorlama olmadan ayrılmamalı ve kan sızdırmamalıdır.
6-Kupa, vakum oranı ayarlanarak; iki çekim, üç çekim gibi standart uygulama imkanı olmalıdır. Kupayı vücuttan ayırmadan, vakum artırma imkanı olmalı ve küçük (iki parmak) ve büyük (4 parmak) vakum el pompalarına uyumlu olmalıdır.
7-Her 200 (ikiyüz) kupa ile beraber 1 (bir) adet büyük ebatlı (4 parmak) vakum el pompası verilmelidir.
8-Her 1000 (bin) kupa için 1 litre (1000ml tek ambalajında veya 200 ml üzeri daha büyük ambalajlara bölünmüş te olabilir) kantaron yağı verilmelidir. Kantaron yağı üzerinde üretim yeri ve son kullanım tarihi yazılı olan kapalı ambalajı içinde olmalıdır.
9-Her 1(bir) kupa ile beraber işlem bölgesini kapatacak boyutlarda 1 (bir) adet non-alerjik padli yara kapama flasteri verilmelidir.
10-Numuneler ilgili doktor/personel tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir. Malzeme kullanımı sırasında arızalı olması ya da beklenen işlevleri yeterince gerçekleştirememesi, doktor/hasta şikayeti nedeniyle ürün değişimi ya da iadesi istendiğinde yüklenici bunu behemahal yerine getirecektir. Yüklenici tarafından son kullanma tarihine 3 ay kalan ürünlerin ücretsiz değişimi sağlanacaktır. Bu madde kapsamında ürün değişimi veya iadesi istendiğinde yüklenici bunu en kısa sürede yerine getirecek olup bu madde hükmü, satın alınan malzeme stoklarımızdan sıfırlanıncaya kadar sürdürülür ve iade/değişimin her yönlü taşıma masrafı yüklenici tarafından karşılanır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Prof. Dr. Müyesser ARAS
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dip.Tes.No: 85283