# NAZOFARENGEAL AİRWAY 4.0 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Non-toksik tıbbi malzemeden ve pvc'den üretilmiş olmalıdır.

2) Lateks içermemelidir.

3) Bükülebilir özellikte olmalıdır.

4) Nazal pasaja travma oluşturmayan yuvarlatılmış, yumuşak kenarlı olmalıdır.

5) Tekli paketler halinde olmalıdır.

6) Etilen oksit ile steril edilmiş ve kullanıma hazır olmalıdır.

7) Paketler en az 3(üç) yıl miadlı olmalıdır.

8) Numune görüldükten sonra karar verilecektir.

Yıldırım Beyazıt Üniv. Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Abdulkadir BUT
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Dip. No: 108[illegible] Dip. Tes. No: [illegible]

Yıldırım Beyazıt Üniv. Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Buralı NALBANT
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Dip. Tes. No: 139729

Ankara Şehir Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Uzm. Dr. M. Serap DİKER
Dip. Tes. No: 61513

2.

# NAZOFARENGEAL AİRWAY 5.0 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Non-toksik tıbbi malzemeden ve pvc'den üretilmiş olmalıdır.

2) Lateks içermemelidir.

3) Bükülebilir özellikte olmalıdır.

4) Nazal pasaja travma oluşturmayan yuvarlatılmış, yumuşak kenarlı olmalıdır.

5) Tekli paketler halinde olmalıdır.

6) Etilen oksit ile steril edilmiş ve kullanıma hazır olmalıdır.

7) Paketler en az 3(üç) yıl miadlı olmalıdır.

8) Numune görüldükten sonra karar verilecektir.

Yıldırım Beyazıt Üniv. Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
Prof.Dr. Abdülkadir BUT
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Dip No: 10981 Dip.tes.No: 84113

Yıldırım Beyazıt Üniv. Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Burak NALBANT
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Dip. Tes. No: 139729

Ankara Şehir Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Uzm. Dr. M. Serap DİKER
Dip. Tes. No: 61513

# NAZOFARENGEAL AİRWAY 5.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Non-toksik tıbbi malzemeden ve pvc'den üretilmiş olmalıdır.

2) Lateks içermemelidir.

3) Bükülebilir özellikte olmalıdır.

4) Nazal pasaja travma oluşturmayan yuvarlatılmış, yumuşak kenarlı olmalıdır.

5) Tekli paketler halinde olmalıdır.

6) Etilen oksit ile steril edilmiş ve kullanıma hazır olmalıdır.

7) Paketler en az 3(üç) yıl miadlı olmalıdır.

8) Numune görüldükten sonra karar verilecektir.

Yıldırım Beyazıt Üniv. Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Burak NALBANT
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Dip. Tes. No: 138729

Ankara Şehir Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Uzm. Dr. M. Serap DİKER
Dip. Tes. No: 61513

Yıldırım Beyazıt Üniv. Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

# NAZOFARENGEAL AİRWAY 6.0 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Non-toksik tıbbi malzemeden ve pvc'den üretilmiş olmalıdır.

2) Lateks içermemelidir.

3) Bükülebilir özellikte olmalıdır.

4) Nazal pasaja travma oluşturmayan yuvarlatılmış, yumuşak kenarlı olmalıdır.

5) Tekli paketler halinde olmalıdır.

6) Etilen oksit ile steril edilmiş ve kullanıma hazır olmalıdır.

7) Paketler en az 3(üç) yıl miadlı olmalıdır.

8) Numune görüldükten sonra karar verilecektir.

Yıldırım Beyazıt Ünv. Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Abdulkadir BUT
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Dip. No: 10881 Dip.Tes.No: 64183

Yıldırım Beyazıt Ünv. Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Burak NALBANT
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Dip. Tes. No: 139729

Ankara Şehir Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
*Uzm. Dr. M. Serap DİKER*
Dip. Tes. No: 61513

5.

# NAZOFARENGEAL AİRWAY 6.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Non-toksik tıbbi malzemeden ve pvc'den üretilmiş olmalıdır.

2) Lateks içermemelidir.

3) Bükülebilir özellikte olmalıdır.

4) Nazal pasaja travma oluşturmayan yuvarlatılmış, yumuşak kenarlı olmalıdır.

5) Tekli paketler halinde olmalıdır.

6) Etilen oksit ile steril edilmiş ve kullanıma hazır olmalıdır.

7) Paketler en az 3(üç) yıl miadlı olmalıdır.

8) Numune görüldükten sonra karar verilecektir.

Yıldırım Beyazıt Ünv. Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Burak NALBANT
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Dip. Tes. No: 139729

Ankara Şehir Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Uzm. Dr. M. Serap DİKER
Dip. Tes. No: 61513

Yıldırım Beyazıt Ünv. Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Abdulkadir BUT
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Dip. No: 10830 Dip. Tes. No: 84113

# NAZOFARENGEAL AİRWAY 7.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Non-toksik tıbbi malzemeden ve pvc'den üretilmiş olmalıdır.

2) Lateks içermemelidir.

3) Bükülebilir özellikte olmalıdır.

4) Nazal pasaja travma oluşturmayan yuvarlatılmış, yumuşak kenarlı olmalıdır.

5) Tekli paketler halinde olmalıdır.

6) Etilen oksit ile steril edilmiş ve kullanıma hazır olmalıdır.

7) Paketler en az 3(üç) yıl miadlı olmalıdır.

8) Numune görüldükten sonra karar verilecektir.

Yıldırım Beyazıt Ünv. Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
Prof.Dr. Abdulkadir BUT
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Dip No: 10331 Dip.Tes.No: 84113

Yıldırım Beyazıt Ünv. Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Burak NALBANT
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Dip. Tes. No: 139729

Ankara Şehir Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Uzm. Dr. M. Serap DİKER
Dip: Tes: No: 61513

7.

# PENİSİLİN ALERJİSİ TEST KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her bir kit 3 PPL (Major Determinant), 3 MD (Minör Determinant) ve 12 Dilüent içermelidir.
2. Kit içerisinde yer alan her bir PPLve MD şişeleri 1ml'llik ambalajlar halinde bulunmalıdır.
3. Her PPL şişesinde 0.04mg Benzylpenicilloyl octa-L-lysine liyofilize halde bulunmalıdır.
4. Her MD şişesinde 0,5 mg sodyum benzylpenilloate liyofilize halde bulunmalıdır.
5. Her kutu da ürün kodu ve ismi dozajı,son kullanma tarihi,saklama koşulları, seri numarası,üretici firmanın adı-adresi yazılmalıdır.
6. Test kitinin son kullanma tarihi hastaneye tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
7. Test kitinin son kullanma tarihine 3 ay kala yeni miadlarla yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak stoklar bitene kadar değiştirilmelidir.
8. Amoksisilin duyarlılık test kitini ithal eden ve satışını yapan firmalar son kullanıcı izlenebilirliğinin sağlanabilmesi ve solüsyonların soğuk zincir koşullarına uygunluğunun takibi için yetki belgesi olmalıdır.
9. Sağlık Bakanlığı ithal izin belgesi ve Sağlık Bakanlığı kontrol belgeleri mevcut olmalıdır.

AYŞE ÖREN
Hemşire

Uzm.Dr.Özge ÖZTÜRK AKTAŞ
Ankara Şehir Hastanesi
İmmünoloji ve Allerji Hast.
Dip.Tes.No:145672

Doç.Dr. Şadan SOYYİĞİT
Ankara Şehir Hastanesi
Hastalıkları

# AMOKSİSİLİN ALERJİSİ TEST KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her bir kit 3 adet Sodyum Amoksisilin 20mg ve 6 adet Dilüent içermelidir.
2. Kit içerisinde yer alan her bir Sodyum Amoksisilin 20mg şişeleri 1ml'lik ambalajlarda ve liyofilize halde bulunmalıdır.
3. Her kutu da ürün kodu ve ismi dozajı,son kullanma tarihi,saklama koşulları, seri numarası,üretici firmanın adı-adresi yazılmalıdır.
4. Test kitinin son kullanma tarihi hastaneye teslimminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
5. Test kitinin son kullanma tarihine 3 ay kala yeni miadlarla yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak stoklar bitene kadar değiştirilmelidir.
6. Amoksisilin duyarlılık test kitini ithal eden ve satışını yapan firmalar son kullanıcı izlenebilirliğinin sağlanabilmesi ve solüsyonların soğuk zincir koşullarına uygunluğunun takibi için yetki belgesi olmalıdır.
7. Sağlık Bakanlığı ithal izin belgesi ve Sağlık Bakanlığı kontrol belgeleri mevcut olmalıdır.

AYŞE ÖREN
Hemşire

Uzm.Dr.Özge ÖZTÜRK AKTAŞ
Ankara Şehir Hastanesi
İmmünoloji ve Alerji Hast.
Dip.Tes.No: 45672

Doç.Dr. Şadan SOYYİĞİT
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
Dip. Tes. No: [illegible]

# YAMA TESTİ PANELİ SOLÜSYONU (ZİRKONYUM )
# TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1.**Alerjenler 5 ml 'lik vazeline emdirilmiş kapalı enjektörler içinde bulundurulmalıdır.

**2.**Her bir alerjen 80-100 testlik olmalıdır.

**3.**Alerjenlerin son kullanma tarihi 2 (iki) yıl olmalıdır.Alerjenler son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala yeni miadlarla yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirmelidir.

**4.**Alerjenler kullanıma hazır halde etiketli olarak teslim edilmelidir.

**5.**Alerji test solüsyonlarını ithal eden ve satışını yapan firmalar son kullanıcı izlenebilirliğinin sağlanabilmesi ve solüsyonların soğuk zincir koşullarına uygunluğunun takibi için yetki belgesi olmalıdır.

**6.**Sağlık Bakanlığı ithal izin belgesi ve Sağlık Bakanlığı kontrol belgeleri mevcut olmalıdır.

AYŞE GÖREN
Hemşire

Uzm.Dr.Özge ÖZTÜRK AKTAŞ
Ankara Şehir Hastanesi
İmmünoloji ve Alerji Hast.
Dip.Tescil No:145672

Doç.Dr. Sadan SOYYİ...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
Dip. Tescil No: 112434

# YAMA TEST PANELİ (AVRUPA STANDART SERİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alerjenler 5ml 'lik vazeline emdirilmiş kapalı enjektörler içinde bulundurulmalıdır.

2. Sıvı alerjenler 10 ml 'lik şişeler içinde olmalıdır.

3. Her bir alerjen 80-100 testlik olmalıdır.

4. Alerjenlerin son kullanım tarihi 2 (iki) yıl olmalıdır. Alerjenlerson kullanma tarihine 3(üç) ay kala yeni miadlarla yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak stoklar bitene kadar değiştirilmelidir.

5. Alerjenler plastik tepsiler içinde kullanıma hazır halde etiketli olarak teslim edilmelidir.

6. Her bir alerjen numaralandırılmalıdır.

7. Alerji test solüsyonlarını ithal eden ve satışını yapan firmalar son kullanıcı izlenebilirliğinin sağlanabilmesi ve solüsyonların soğuk zincir koşullarına uygunluğunun takibi için yetki belgesi olmalıdır.

8. Sağlık Bakanlığı ithal izin belgesi ve Sağlık Bakanlığı kontrol belgeleri mevcut olmalıdır.

Doç.Dr. Sadan SOYYİĞİT
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Şehir Hastanesi
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
Dip.Tes.No:172434

Uzm.Dr.Özge ÖZTÜRK AKTAŞ
Ankara Şehir Hastanesi
İmmünoloji ve Allerji Hast.
Dip.Tes.No:145672

AYŞE ÖREN
Hemşire

Ankara Şehir Hastanesi
Prof.Dr. Akın AKTAŞ
Dermatoloji Kliniği
İdari ve Eğitim Sorumlusu
Dip.No:E00821 Tes.No:35452

# YAMA TESTİ PANELİ SOLÜSYONU (TİTANYUM )
# TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1.**Alerjenler 5 ml 'lik vazeline emdirilmiş kapalı enjektörler içinde bulundurulmalıdır.

**2.**Her bir alerjen 80-100 testlik olmalıdır.

**3.**Alerjenlerin son kullanma tarihi 2 (iki) yıl olmalıdır.Alerjenler son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala yeni miadlarla yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirmelidir.

**4.**Alerjenler kullanıma hazır halde etiketli olarak teslim edilmelidir.

**5.**Alerji test solüsyonlarını ithal eden ve satışını yapan firmalar son kullanıcı izlenebilirliğinin sağlanabilmesi ve solüsyonların soğuk zincir koşullarına uygunluğunun takibi için yetki belgesi olmalıdır.

**6.**Sağlık Bakanlığı ithal izin belgesi ve Sağlık Bakanlığı kontrol belgeleri mevcut olmalıdır.

AYŞE ÖREN
Hemşire

Uzm.Dr.Özge ÖZTÜRK AKTAŞ
Ankara Şehir Hastanesi
İmmünoloji ve Allerji Hast.
Dip.Tes.No:145672

Doç.Dr.Şadan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Ankara Şehir Hastanesi
İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları
Dip. Tescil No. 113404